

Kielce 05.08.2025 r.

EZ/114/2025/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” znak sprawy: EZ/114/2025/ES.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powołaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 1 igły do iniekcji 0,8x25? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innego rozmiaru igły niż 0,8 x 16 z uwagi na specyfikę pracy w oddziale Neonatologii.


Pytanie 2

Dot. pakietu nr 6 poz. 1 i 2



Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści porty w całości wykonane z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 6F z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm, pojemność 0,52ml – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka, przewodnica.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Możliwość podawania kontrastu PSI do 300 Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5-Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T)W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zaproponowane porty nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w SWZ ze względu na specyfikę leczonych pacjentów.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 4

dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 2 poz. 3



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wyłącznie w rozmiarach:

0,33 mm x 12 mm	różowy	29
0,30 mm x 8 mm	żółty	30
0,25 mm x 6 mm	fioletowy	31
0,25 mm x 8 mm	niebieski	31

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 2 poz. 5



Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x13mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 2 poz. 7 – 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kraniki z wyłącznie optycznym indykatores położenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 2, poz. 9-14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 9, poz.11

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił w formularzu asortymentowo-cenowym wycenę strzykawek w opakowaniu a'50sztuk.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1 - 9

Czy Zamawiający wymaga, w celu zachowania kompatybilności oraz ułatwionej identyfikacji produktu, aby pozycje 1-9 były od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 2 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający wymaga, w celu zachowania kompatybilności oraz ułatwionej identyfikacji produktu, aby pozycje 1-8 były od jednego producenta?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 2 poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na specyfikę pracy w oddziale Neonatologii.



Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 2 poz. 7

Proszę o dopuszczenie kraników do o wytrzymałości do 5Ba. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 2 poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer lock 5ml- z rozszerzeniem do 6ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 2 poz. 10

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 10ml- z rozszerzeniem do 12ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 2 poz. 11

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20ml- z rozszerzeniem do 22ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 18

Dot. Pakietu nr 2 poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer 5ml z rozszerzeniem do 6ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 19

Dot. Pakietu nr 2 poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer 10ml z rozszerzeniem do 12ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 2 poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer 20ml z rozszerzeniem do 22ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 21



Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6x32mm. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7x32mm. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni rozmiar 18 G x 40 mm i 18 G x 25 mm do wyboru Zamawiającego w momencie składania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 1 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków o poniższych parametrach:

Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuc obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o tuberkuliny 1 ml z z igłą 0,5 x 16 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na specyfikę pracy w oddziale Neonatologii.

Pytanie 26

Dot. Pakietu nr 2 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z drenem 10cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na specyfikę pracy w oddziale Neonatologii.

Pytanie 27

Dot. Pakietu nr 2 poz. 9,10,11,12,13,14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych z przezroczystym tłokiem z polipropylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 2 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych 20 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 29

Dot. Pakietu nr 2 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych 20 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 21.08.....2025r.

Termin otwarcia ofert: 21.08.....2025r.

Termin związania ofertą: 19.09.....2025r.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail edyta.stefanska@wszkielce.pl

2025-08-19
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Michał Martyniak

2025-08-05
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

2025/11/08
Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl