

EZ/138/2025/SL

Kielce dn. 21.08.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup USG z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy umowy zał. 3, § 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy.” na „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2


Dotyczy umowy zał. nr 3, § 7 ust.4

Czy Zamawiający zmieni zapis z: „W przypadku gdy wady sprzętu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzenie/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/podzespołu na nowe wolne od wad.” na zapis: „W przypadku gdy wady elementu/podzespołu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/podzespołu na nowe wolne od wad.” W przypadku „dużych urządzeń medycznych” które są serwisowane zazwyczaj w miejscu instalacji, przy kilkuletnich okresach gwarancyjnych, wymiana urządzenia po trzech naprawach nie jest praktykowana ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3- Dotyczy umowy zał. nr 3, § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20 %, gdyż kara umowna w wysokości 30% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Dotyczy umowy zał. nr 3, § 8 ust. 2b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 500zł, gdyż kara umowna w wysokości 1000zł jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy zał. nr 3, § 8 ust. 2c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 250zł, gdyż kara umowna w wysokości 500zł jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat stacjonarny na podstawie jezdnej o 4 skrętnych kołach z możliwością blokady 3 kół bez ustawienia aparatu do jazdy na wprost? Brak ustawienia kół do jazdy na wprost nie wpływa na ergonomię użytkowania systemu, urządzenie nie przekracza 90 kg co umożliwia swobodne i precyzyjne manewrowanie aparatem w ograniczonej przestrzeni i gwarantuje łatwość przemieszczania nawet bez trybu „jazdy na wprost”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który posiada wybierane częstotliwości pracy w trybie CD 2- 9.4 MHz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który posiada wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD 2- 9.4 MHz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat który posiada oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex bez obrazowania panoramicznego w trybie Dopplera kolorowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.63



Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych z możliwością ustawienia 1 linii? Anatomiczny M-Mode z możliwością ustawienia więcej niż 1 linii wykorzystywany jest wyłącznie w zaawansowanej echokardiografii płodowej oraz w badaniach klinicznych (naukowych) echokardiografii dorosłych. W codziennej praktyce diagnostycznej w zupełności wystarcza możliwość ustawienia jednej linii

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.75

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który nie posiada złącza DisplayPort, natomiast wyposażony jest w dwa niezależne złącza HDMI? Rozwiązanie oparte na złączach HDMI stanowi bardziej uniwersalną alternatywę niż DisplayPort ponieważ HDMI jest standardem powszechnie stosowanym w sprzęcie medycznym, monitorach oraz systemach audiowizualnych, co zapewnia szeroką kompatybilność bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.83

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada sondę liniową do badań naczyniowych i małych narządów wykonaną w technologii Single Crystal o parametrach: zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz, Ilość elementów: 256, Szerokość skanu: 50 mm ? Technologia Single Crystal przewyższa technologię Micro Slice, generuje bardziej jednorodną i stabilną wiązkę ultradźwięków co przekłada się na lepszą rozdzielczość i większą penetrację

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.84

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada sondę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów wykonaną w technologii Single Crystal o parametrach: zakres częstotliwości pracy 2-9 MHz, Ilość elementów: 192, Szerokość skanu: 44 mm? Technologia Single Crystal przewyższa technologię Micro Slice, generuje bardziej jednorodną i stabilną wiązkę ultradźwięków co przekłada się na lepszą rozdzielczość i większą penetrację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14


Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.85

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada sondę convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej wykonaną w technologii Single Crystal o parametrach: zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz, Ilość elementów: 192, Szerokość skanu: 102°? Technologia Single Crystal przewyższa technologię Micro Slice, generuje bardziej jednorodną i stabilną wiązkę ultradźwięków co przekłada się na lepszą rozdzielczość i większą penetrację

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pkt.86



Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada sondę typu „phased array” do badań kardiolo-gicznych i transkraniálních wykonaną w technologii Single Crystal o parametrach: zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz, Ilość elementów: 80, Szerokość skanu: 90°? Technologia Single Crystal przewyższa technologię Micro Slice, generuje bardziej jednorodną i stabilną wiązkę ultradźwięków co przekłada się na lepszą rozdzielczość i większą penetrację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (Opcjonalne parametry dodatkowo punktowane) pkt.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie PDF i XLM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Biłog

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-08-27
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Łasa
INSPEKTOR

22. 08. 2025
RADCA PRAWNY
KL-1A07

Agnieszka Zwierchowska-Łucka

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski 22-08-2025

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-517
sylvia.lasa@wszkielce.pl