




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 08.09.2025r

EZ/148/2025/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Zakup i sukcesywne dostawy oprzyrządowania do neuromonitoringu dla potrzeb bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sondy bipolarnej o długości całkowitej 155mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marek Martyniak

2025-09-09

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-09-08

mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400