



Kielce, 16.09.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/128/2025/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na **Dostawa sprzętów i urządzeń medycznych dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 10

PARAMETRY PODSTAWOWE POZ. 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie piły do cięcia gipsu Poziom hałasu do 77 dB, przy maksymalnych obrotach: max. 95 dB(A) $\pm$ 5 dB(A) (poziom 4 do 6).

Z zachowaniem pozostały opisów bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dot. umowy zał. 3, § 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy.” na „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą zapewniając ciągłość badań.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 3 dot. umowy zał. 3, § 7 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni zapis z: „W przypadku gdy wady sprzętu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzenie/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/podzespołu na nowe wolne od wad.” na zapis: „W przypadku gdy wady elementu/podzespołu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/podzespołu na nowe wolne od wad.”

W przypadku „dużych urządzeń medycznych” które są serwisowane zazwyczaj w miejscu instalacji, przy kilkuletnich okresach gwarancyjnych, wymiana urządzenia po trzech naprawach nie jest praktykowana ze względów ekonomicznych.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 4 dot. umowy zał. 3, § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20 %, gdyż kara umowna w wysokości 30% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 5 dot. umowy zał. 3, § 8 ust. 1 pkt 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 500zł, gdyż kara umowna w wysokości 1000zł jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 6 dot. umowy zał. 3, § 8 ust. 1 pkt 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 250zł, gdyż kara umowna w wysokości 500zł jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 6 dot. umowy zał. zał. nr 2.5 opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 5 Aparat USG pkt.11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony w 3 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2025-09-16
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Szaniawski

2025-09-16
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Bartosz Stemplewski 16-09-2025

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik

16. 09. 2025
RADCA PRAWNY
KL. 1
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl

SPECJALISTA

Agnieszka Zwiąrczowska-Łucka