

Kielce, dnia 15.09.2025 r.

Znak sprawy: EZ/127/2025/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa oraz Przychodni Przyszpitalnej**, znak sprawy: EZ/127/2025/ESŁ*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), przekazuje treść zapytań, które nie wpłynęły w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 34

Dot. pkt 5b Załącznik nr 2b do umowy

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ datowanych 5 września 2025 r. ponawiamy wniosek o zmianę zapisów w pkt. 5b Załącznika 2b do umowy na: „jest zgodny z przepisami rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC)”

Ukształtowanie obecnego zapisu skutkuje narażaniem pacjentów na pozbawienie ich odpowiednich terapii i niezbędnych technologii medycznych, gdyż wedle naszej najlepszej wiedzy, na rynku nie istnieją urządzenia do obrazowania śródoperacyjnego typu O-arm spełniające takie wymagania.

Wymóg, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne nie zawierały substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC) w rozumieniu rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 jest niemożliwy do spełnienia oraz przede wszystkim sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozporządzenie REACH dopuszcza stosowanie substancji SVHC w wyrobach medycznych, pod warunkiem spełnienia przez producentów i importerów określonych wymagań regulacyjnych.

Podkreślamy, że w przypadku wyrobów medycznych, obecność niektórych substancji SVHC jest niezbędna do zapewnienia właściwej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania. W wielu przypadkach nie ma aktualnie alternatywnych technologii, które pozwalałyby na całkowite wyeliminowanie tego typu substancji.

Tym samym, obowiązkiem wykonawcy powinno być zapewnienie zgodności z przepisami REACH w zakresie substancji SVHC, co pozwoliłoby zapewnić pacjentom dostęp do technologii medycznych, przy jednoczesnym potwierdzeniu, że wszelkie obowiązki i obostrzenia wynikające z zastosowania takiej substancji są spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt 5b Załącznika nr 2b do umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „*jest zgodny z przepisami rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC)*”

ZMIANA TERMINÓW_3

Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 w powiązaniu z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiany treści SWZ dotyczą:

1. Załącznika nr 2b do umowy - oświadczenie DNSH

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2b do umowy - oświadczenie DNSH.

2. Pkt 25, 30 i 31 SWZ

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: 23.09.2025 r. do godz. 10.00
- termin otwarcia ofert: 23.09.2025 r. o godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.12.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

2025-09-15
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-09-15
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski