



Kielce, 30.09.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/128/2025/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na *Dostawa sprzętów i urządzeń medycznych dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA+MODYFIKACJA+PRZESUNIĘCIE TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. PAKIET NR 9 Zadanie nr 2 Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego – 1 kpl.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego w wymaganym trybie koordynacji ma posiadać programy utrzymania siły statyczne/ dynamiczne oraz programy znajdowania kąta aktywne/ pasywne rozwijające percepcję aktualnej pozycji zgiętego kolana?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ww. parametrów dla urządzenia.

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany *Załącznik nr 2.9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 9_PO MODYFIKACJI.*

Pytanie nr 2 dot. PAKIET NR 9 Zadanie nr 2 Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego – 1 kpl.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego ma posiadać dedykowane sekwencyjne, automatyczne plany terapii dostosowane do najczęstszych urazów i operacji (więzadła krzyżowe, chrząstka stawowa, endoprotezoplastyka) oparte na kilku etapach z dostosowanym współczynnikiem aktywności w odpowiedniej proporcji ruchu pasywnego do aktywnego?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ww. parametrów dla urządzenia.

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany *Załącznik nr 2.9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 9_PO MODYFIKACJI.*

Pytanie nr 3 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu USG, który nie posiada funkcji zapamiętywania kilku preferowanych ustawień w cyfrowej regulacji TGC dostępnej na panelu



dotykowym, ale posiada tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40 parametrów za pomocą 3 suwaków wyświetlanych na ekranie dotykowym. Jest to unikalna technologia, która optymalizuje obraz ultrasonograficzny poprzez proste działanie na trzech suwakach: Resolution – Penetration, Contrast – Soft, Smooth – Sharp, dynamicznie optymalizując parametry obrazu ultradźwiękowego, jednocześnie działając z 45 parametrami związanymi z rozdzielczością oraz penetracją. Zastosowane rozwiązanie pozwala na osiągnięcie równoważnej funkcjonalności. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe równoważne rozwiązanie spełniania oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG, który posiada 9000 obrazów pamięci dynamicznej CINE co jest i tak wartością nigdy w praktyce codziennej jak i klinicznej oraz naukowej nie wykorzystywane. Pamięć Cine jest pamięcią podręczną pozwalającą lekarzowi cofnąć obraz po zatrzymaniu celem uzyskania lepszego ujęcia diagnostycznego. W takiej sytuacji cofane jest kilkadziesiąt, a czasem kilkaset klatek, natomiast parametr minimum 40 000 obrazów nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia i jedynie ogranicza uczciwą konkurencję. Różnica ta nie wpływa na walory kliniczne ani użytkowe ultrasonografu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG, który posiada możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 1800. Aktualnie wszystkie normy i wytyczne naukowe zakładają badania w pozycji 00 a jednym odstępstwem są badania ginekologiczne, urologiczne oraz przezprzełykowe gdzie można się spotkać o obraz obrócony o 1800, dzięki temu obraz na ekranie jest odzwierciedleniem układu anatomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 41

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu USG, który oferuje zakres wielkości bramki dopplerowskiej od 0,5 mm do 24 mm. Zakres ten umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów badania do potrzeb klinicznych i odpowiada aktualnym standardom diagnostyk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 44

Zamawiający w punkcie 44 wymaga, aby aparat posiadał „jednoprzyciskową funkcję automatycznie umieszczającą bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji”. Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG z funkcją automatycznej optymalizacji pozycji i korekcji kąta w trybie PWD oraz optymalizacji parametrów dla PWD (m.in. wzmocnienie, skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku, ale nie posiadającego możliwości automatycznego ustawienia bramki SV wewnątrz naczynia – ustawienie ręczne bramki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 8 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 48

Wśród wymaganego oprogramowania zamawiający wymienił m. in. oprogramowanie do badań ginekologicznych. Ponieważ aparat ma być przeznaczony do badań ortopedycznych wymaganie takiego dodatkowego oprogramowania wydaje się niezasadne, a spowoduje wzrost ceny aparatu. Czy zamawiający zgodzi się na rezygnację z tego wymogu i dopuści aparat USG posiadający oprogramowanie ginekologiczne w opcji rozbudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 50

Prosimy o potwierdzenie, że głowica posiadająca zakres 3-15 MHz spełnia zapis SWZ. Różnica 1 MHz względem zapisu 3-16 MHz jest marginalna i nie wpływa na jakość obrazowania ani funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 do Załącznika nr 2.5 do SWZ – pkt. 51

Prosimy o potwierdzenie, że głowica posiadająca zakres 6-25 MHz spełnia zapis SWZ. Proponowane głowica jest użytkowana przez wiele wiodących ośrodków ortopedycznych w Polsce i na świecie, co potwierdza jej przydatność kliniczną oraz wysoką jakość. Zakres częstotliwości 6-25 MHz zapewnia wszechstronność zastosowań klinicznych w ortopedii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający do łóżek oczekuje dostawy materaca piankowego, dopasowanego do leża, o wysokości min. 14 cm, przeciwodleżynowego, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wodoodpornym, zamkiem na 3 bokach zabezpieczonym okapnikiem?

Odpowiedź:

Zakup materacy nie jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 12 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita nie więcej niż 2210mm Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1030 mm (wymiar leża min. 900x2000mm)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 do 840 mm (± 20 mm)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ



Pytanie nr 14 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający do łóżek oczekuje dostawy materaca piankowego, dopasowanego do leża, o wysokości min. 14 cm, przeciwodłężynowego, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wodoodpornym, zamkiem na 3 bokach zabezpieczonym okapnikiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 11.

Pytanie nr 15 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka:

Długość całkowita nie więcej niż 2210mm, Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1030 mm (wymiar leża min. 900x2000mm)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie: 370 do 840 mm (± 20 mm)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych lub stalowych lakierowanych proszkowo z nanotechnologią Ag bakteriostatyczną
Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo z nanotechnologią Ag. Konstrukcja szafki składająca się z dwóch szuflad z czego półka na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS lub siatki metalowej lakierowanej proszkowo z nanotechnologią Ag?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści korpus szafki dwustronnej umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na ustawieniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego w bocznej ścianie szafki. Błat boczny zainstalowany na stałe – szafka dwustronna front szafki z przodu i tyłu taki sam wygląd – o stronie szafki prawo lewo decyduje jej obrót o 180 stopni – bardziej ergonomiczne rozwiązanie bez konieczności manipulowania ciężkim blatem z kolumną wznoszącą?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści Wymiary zewnętrzne:

- wysokość - 900 mm (± 20 mm),
- szerokość - 600 mm (± 50 mm),
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20 mm),
- głębokość - 450 mm (± 50 mm),
- regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm (± 50 mm)?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści białe szafki, fronty szuflad oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści by tył i boki blatu głównego, wyposażony był w zdejmowany do dezynfekcji wykonany z wytrzymałego tworzywa nakładany ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem oraz przed spłynięciem płynów w razie wylania, ogranicznik, szafka wyposażona w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa lub estetycznego metalu oraz tworzywowy uchwyt miejsce na szklankę w wyprofilowanej zdejmowanej nakładce z zaokrąglonymi narożnikami bezpiecznymi w razie uderzenia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr. min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej lub bez uchwytów natomiast z wyciętym w HPL profilem do uchwycenia szuflad w górnej krawędzi co stanowi bardziej ergonomiczne rozwiązanie gdyż nie wymaga schylania się do niżej umieszczonych wystających uchwytów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści półkę/stolik boczną z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną lub specjalną metalową osłoną lakierowaną proszkowo w technologii nanoAg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24 Dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Pod korpusem dodatkowa szuflada lub półka na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS lub z metalowej siatki lakierowanej w nanotechnologii Ag?

Odpowiedź:


Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania o szerokości zewnętrznej 870 mm? Oferowany parametr różni się od dopuszczonego jedynie o 1 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 26 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 500-900 mm? Oferowany parametr różni się od dopuszczonego jedynie o 1 cm w odniesieniu do obu wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania z leżem o wymiarach 1950x700 mm? Oferowany parametr różni się nieznacznie od dopuszczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania z podstawą wysoce mobilną wyposażoną w 4 pojedyncze koła o średnicy 200 mm z centralną i kierunkową blokadą? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania wyposażony odejmowany materac statyczny wykonany z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości 35kg/m³ ze zdejmowanym pokrowcem wykonanym ze specjalnej elastycznej tkaniny nadającej się do prania, hipoalergicznego i ognioodpornej klasy IIM, o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, odpornej na dezynfekcję o kolorystyce dostępnej w dwóch wariantach o grubości 60 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 Pakiet nr 7 Stół zabiegowy + Stół do gipsowania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy i stół do gipsowania wyposażony w składane bariery boczne blokowane za pomocą dźwigni blokującej znajdującej się od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego)),
- leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),
- krwi i preparatów krwio pochodnych oraz leków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 32 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.2

Poz.2 Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową z wbudowanym zasilaczem z zasilaniem 100–240 V ~ / 50/60Hz z uziemieniem funkcjonalnym z poborem prądu 10-15 VA lub możliwością zasilania za pośrednictwem stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dokładnością dozowania +/- 3% ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.7

Czy Zamawiający dopuści masę pompy gotowej do użycia ~ 2,1kg?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.8

Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach (S x W x G): 345 x 135 x 170 mm nie przekraczającej powierzchni ~ 6000 cm²?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.9

Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem do mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączką do przenoszenia na stałe wbudowaną w pompę, co ułatwia montaż urządzenia na stojaku i kolumnie, a także minimalizuje ryzyko przypadkowego odłączenia się uchwytu lub zagubienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.11

Czy Zamawiający dopuści pompę z wbudowanym uchwytem do przenoszenia pomp i zasilania za pomocą dodatkowego łącznika 2 pomp?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.12

Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego wynoszącą 17 h przy przepływie 5 ml/h ; 13h przy przepływie 25ml/h?



Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.14

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania prędkości infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/h., co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h, co 1 w zakresie 100-1200ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.15

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania prędkości podaży bolusa co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/h., co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h, co 1 w zakresie 100-1200ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: do 250 ml/h;
 - 2) dla strzykawk 10 ml: do 350 ml/h;
 - 3) dla strzykawk 20 ml: do 600 ml/h;
 - 4) dla strzykawk 30 ml: do 600 ml/h;
- dla strzykawk 50 ml: do 1200 ml/h ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.16

Czy Zamawiający dopuści pompę nie posiadającą funkcjonalności żywienia dojelitowego ale posiadającą w swojej ofercie odrębne pompy dedykowane do żywienia dojelitowego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.17

Czy Zamawiający dopuści pompę z trybami infuzji:

- prędkość zwykła
- objętość/czas, dawka/czas
- limit objętości?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.18

Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności?

Odpowiedź:


Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.19

Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCA lub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 46 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.20

Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCA lub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.22

Poz.22 Czy Zamawiający dopuści pompę z regulacją progów ciśnienia w zakresie 50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg)? Dodatkowo pompa jest wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia, który ostrzega o zmianach ciśnienia i można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.23

Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością ciśnienia $\leq 500 \text{ mmHg} : \pm 75 \text{ mmHg}$
 $> 500 \text{ mmHg} : \pm 15\%$?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.24

Czy Zamawiający dopuści, aby objętość do podania dawka wlewu były w zakresie:

Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,1–9999 jednostek? Wstępnie wybierana objętość:

0,1 – 99,9 ml programowana co 0,1 ml,

100,0 – 999,0 ml programowana co 1 ml? Utrudnieniem jest programowanie objętości powyżej 10ml, a tym bardziej powyżej 100 ml co 0,01 ml, ponieważ przy tak dużych objętościach nie ma potrzeby aż tak precyzyjnych ustawień jak 0,01 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.25

Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją programowania czasu w zakresie 00h01min - 96h?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.27

Czy Zamawiający dopuści pompę umieszczoną w stacji dokującej wyposażonej w złącza: RJ45, USB PC, szeregowego złącza komunikacyjnego RS232?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.28

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w rozbudowany system alarmów ostrzegający przed niepoprawnym działaniem urządzenia? A w przypadku niepoprawnego działania urządzenia po alarmie użytkownik decyduje o wyłączeniu pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 53 Dotyczy pakietu nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Poz.31

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z poborem prądu 10-15 VA?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54 Dotyczy § 8 Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 55 Dotyczy § 8 Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi do wysokości 250 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 56 Dotyczy pakietu nr 10 pkt 7

Prosimy o dopuszczenie piły, w której wymiana tarczy odbywa się z użyciem klucza, będącego na wyposażeniu piły

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 57 Dotyczy pakietu nr 10 pkt 9

Prosimy o dopuszczenie poziomy głośności:

- ok. 65 - 85 dB(A) $\pm$ 5 dB(A) (poziom 1 do 3) w odniesieniu do wybranych oscylacji, w niekorzystnych warunkach pracy

-ok. 95 dB(A) $\pm$ 5 dB(A) (poziom 4 do 6).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58 Dotyczy pakietu nr 7 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający Podstawę mobilną wyposażoną w 4 pojedyncze koła o średnicy min. 125 mm, koła z centralną blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59 Dotyczy pakietu nr 7 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do gipsowania posiadający Podstawę mobilną wyposażoną w 4 pojedyncze koła o średnicy min. 125 mm, koła z centralną blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający w związku ze zmianą nazwy Projektu, zgodnie z Aneks nr 4 z dnia 15.09.2025 r. do umowy Nr 1/D/1c035/2024 wykreśla z nazwy postępowania słowa - „*nadzorem*”



inwestorskim" we wszystkich miejscach, gdzie występuje nazwa Projektu z którego finansowane jest niniejsze postępowanie. Nazwa niniejszego postępowania otrzymuje brzmienie:

„Dostawa sprzętów i urządzeń medycznych dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi i wyposażeniem”

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 35 SWZ Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%, :

Było:

„Zamawiający wymaga aby dostawa aparatu USG była zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania przedmiotowej umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać punkty wynosi 30 dni kalendarzowych. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 15 pkt.”

Jest:

„Zamawiający wymaga aby dostawa była zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania przedmiotowej umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać punkty wynosi 30 dni kalendarzowych. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt.”

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: 08.10.2025 r. – godz. 9.00
- termin otwarcia ofert: 08.10.2025 r. – godz. 9.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: *„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.11.2025r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”*.

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
2025-09-30

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
2025-09-30
mgr Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik
SPECJALISTA

Z-CA DYREKTORA
Dział Zamówień Publicznych ds. Operacyjnych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/34-50-623
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl
Bartosz Stemplewski

30.09.2025
RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierzchowska-Łucka



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. 10-go Listopada 10
25-001 Kielce
tel. 41 24 12 100
fax 41 24 12 101
e-mail: biuro@wszkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wpl. dnia 03-10-2025
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Podpis.....
mgr Magdalena Hojnik

30.09.2025
RADA PRAWY
KI-1407

1-CA DYREKTORA
ul. 10-go Listopada 10
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Biuro Szpitalne

SPECJALISTA