



Kielce, 13.10.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/147/2025/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na *Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakiet 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o w rozmiarze 27G / 90mm z prowadnicą 20Gx34mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dot. Pakiet 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego o w rozmiarze 25G / 90mm?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dot. Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1? poz. 1

Taśmę podcewkową zakładaną przez otwory zasłonięte wykonaną z biokompatybilnego, monofilamentowego polipropylenu o porowatości 55-60%, szerokości 11 cm i długości 45 cm. Gramatura 45 g/m.

Taśma w dwuczęściowej osłonce polietylenowej, zakończona pętlami chirurgicznymi z poliestru, które ułatwiają przeprowadzenie taśmy przez tkanki.



Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 dot. Pakiet 5 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści **w pakiecie nr 5 poz.4** igłę punkcyjną do amniocentezy o rozmiarze 20G, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 dot. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 :

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm ;porowatość max.: 2314 µm ;grubość taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria rombooidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Oraz

1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania metodą przezzasłonową?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza



Pytanie nr 7 dot. Pakiet 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia WNM o parametrach:

Materiał: polipropylen monofilamentowy, **Długość:** 50cm **Szerokość:** 1,2cm **Grubość:** 0,46 mm +/-10% **Porowatość:** 84% +/-5% **Gramatura:** 67g/m2 +/-10% , **Grubość włókien:** 120 um, **Powierzchnia oczek:** 0,23 mm2 , **Średnica oczek:** 0,56mm ,

Pętla na końcach wykonane z przędzy poliestrowej, pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej. W centralnej części taśmy umieszczony element do pozycjonowania taśmy z możliwością korekty napięcia taśmy. Do zakładania taśmy przeznaczone są narzędzia wielorazowego użytku. Zestaw nie zawiera protektora cewki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 dot. Projektowane postanowienia umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust.1 pkt.2 (zał. nr 3 do SWZ):

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości **150,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9 dot. dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m2
- wielkość porów: 0,90 mm



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 dot. dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści:

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Implantowana beznapięciowo pod cewką moczową.

- Materiał: tkany polipropylen monofilamentowy typu 1a.
- Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.
- Wymiary: 1,5 cm x 50 cm; zwężane brzegi taśmy.
- Taśma ultra lekka, gramatura: 35 g/m²
- Wielkość porów: 1mm.
- Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi taśmy.
- 100% biokompatybilna, niewchłaniałna.
- Dostępna w dwóch wariantach: o niskiej i wysokiej elastyczności
- Do implantacji taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

2025-10-15

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

13-10-2025

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wojcik

SPECJALISTA

Z-CA DYREKTORA

ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszckielce.pl

Bartosz Stemplewski

14-10-2025