




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 21.10.2025 r.

EZ/178/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych kompatybilnych z aparatem do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D dla potrzeb Bloków Operacyjnych WSzZ w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4m?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralną jednorazową, okrągłą ,dzieloną o powierzchni 85 cm² , z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23 cm², na podłożu z włókny, kompatybilną z generatorem Erbe VIO3, 1 op. - 50 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz.4 Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą szpatułkową, 1 op. - 25 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Patrycja Aleksandrowicz
Pomocnik Główny

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska
21-10-2025

Z-CA DYREKTORA
ds. Nieruchomości
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
mgr Grzegorz Majka

21.10.2025

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517
e-mail: wioleta.strozyk@wszkielce.pl