

EZ/179/2025/RL

Kielce dn. 24.10.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup i sukcesywne dostawy stentów samorozprężalnych do protezowania zwężeń dróg żółciowych dla potrzeb Klinicznych Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści samorozprężalny stent żółciowy wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zwiększającym widoczność całego stentu w RTG. Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej. Średnice stentu 10mm, długości 40, 60, 80, 100mm. Stent załadowany do zestawu wprowadzającego o maksymalnej średnicy 8,5 Fr, niewymagającego przepłukiwania przed implantacją i pozwalającego na wycofanie stentu do 80% jego uwolnienia. Zestaw wyposażony w 2 markery i znacznik „bez powrotu”, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do zestawu. Stenty proste dostępne w dedykowanym zestawie na krótki/ długi prowadnik, z wejściem prowadnika w odległości 30cm od końca dystalnego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń dróg żółciowych: w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej do stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości); w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 6 miesięcy od momentu implantacji (warunki usunięcia dokładnie opisane w instrukcji producenta); wykonane z drutu nitinolowego, widoczne w obrazie RTG, z platynowymi markerami RTG na końcach i pośrodku stentu (po 3 markery w każdej lokalizacji), stenty całkowicie pokrywane dostępne w średnicy 8 mm i 10 mm, dostępne długości od 30 mm do 120 mm z wyborem długości co 10 mm, stenty częściowo pokrywane dostępne w średnicy 6 mm, 8 mm i 10 mm, dostępne długości od 40 mm do 100 mm z wyborem długości co 10 mm, stenty niepowlekane dostępne w średnicy 8 mm i 10 mm, dostępne długości od 30 mm do 120 mm z wyborem długości co 10 mm, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 8 Fr, stenty całkowicie pokrywane wyposażone w profilowane ucho do repozycji lub usunięcia stentu, zestaw wprowadzający o długości 180 cm współpracujący z długim prowadnikiem 0.035", zapewniający



możliwość ponownego złożenia stentu po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG umieszczone na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz na rękojeści dodatkowe markery wskazujące początek i koniec uwalniania stentu (czarne) oraz czerwony marker kontrolny punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie stentu, zestaw wprowadzający samohamowny (bez pokrętła blokującego), możliwość wykonania MRI w warunkach podanych w instrukcji dołączonej do produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej rozwiązanie:

Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych wykonana z nitinolu o zoptymalizowanym splocie. Dostępna w wersji powleczonej, częściowo poleczonej lub bez powłoki silikonowej. Dostępne rozmiary protezy: długość 40, 60, 80, 100 oraz średnica 8, 10mm. System wprowadzania o dł. 175 cm i średnicy 7F dla protez bez powleczenia oraz 9F dla protez powleczonych. System dostępny w długości 65 cm do aplikacji przez powłoki brzuszne. Koniec dystalny systemu wprowadzania posiada zbrojenie zapobiegające załamywaniu się aplikatora podczas uwalniania protezy. System wyposażony w endoskopowy marker pozwalający kontrolować stopień uwolnienia protezy. Proteza oraz system wyposażone w markery RTG. System daje możliwość wycofania częściowo uwolnionej protezy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 6

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną lub...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 7

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.1a i 1.2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„...w wysokości 5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy/dostaw, o których mowa w § 6 ust. 1”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.2 b, c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 100zł na 50zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., Wykonawca trzykrotnie jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do asortymentu objętego umową, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor
Łastowska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

24-10-2025

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Komitet ds. Kielce

27. 10. 2025

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

renata.łastowska@wszkielce.pl

24-10-2025
RADCA PRAWNY
KIELCE

Agnieszka Zwierachowska-Łucka