

Kielce, dnia 27.10.2025 r.

Znak sprawy: EZ/150/2025/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, znak sprawy: EZ/150/2025/EK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Nawiązując do odpowiedzi na pytania z dn. 20.10.2025 r. prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zakresie pkt 39 załącznika nr 2.3 do SWZ dla pakietu nr 3 podtrzymuje zapis i wymaga możliwości zapisywania ulubionych ustawień parametrów światła pod konkretną nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza, celem szybkiego przywołania ustawień?

Korzyści dla takiego rozwiązania:

- Oszczędność czasu przed i w trakcie zabiegu - Operatorzy nie muszą każdorazowo ręcznie dostosowywać parametrów światła (natężenia, temperatury barwowej, ogniskowania). Wystarczy wybrać zapisany profil specjalizacji (np. chirurgia, urologia, ortopedia), lub np. wcześniej zapisane nazwisko Lekarza a lampa automatycznie ustawia optymalne warunki. Skraca to czas przygotowania sali operacyjnej i minimalizuje opóźnienia.
- Zapisane ustawienia gwarantują, że niezależnie od operatora czy personelu pomocniczego, oświetlenie będzie zawsze takie samo — zgodne z preferencjami i wymaganiami danej specjalizacji. Poprawia to komfort pracy Chirurga i bezpieczeństwo Pacjenta, eliminuje błędy wynikające z ustawienia nieoptymalnego światła.

Funkcja zapisywania i szybkiego przywoływania ustawień oświetlenia przekłada się na większą efektywność, bezpieczeństwo, powtarzalność jakości pracy oraz komfort zespołu operacyjnego. To istotny element nowoczesnych lamp chirurgicznych, wspierający zarówno ergonomię, jak i standaryzację procedur.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2025 r w zakresie pkt. 39 załącznika nr 2.3 do SWZ

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska
27-10-2025

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-10-27
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas
28.10.2025

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl

28.10.2025
RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierzchowska-Łucka