

EZ/176/2025/UG

Kielce dn. 30.10.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) na „Dostawy przewodników, zastawek biologicznych aortalnych, stabilizatorów serca oraz pierścieni do plastyki serca dla potrzeb Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” znak sprawy EZ/176/2025/UG

Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1

Załącznik nr 3 do SWZ - Pakiety nr 1, 6 projektowane postanowienia umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b-d do 50 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Załącznik nr 3 do SWZ - Pakiety nr 1, 6 projektowane postanowienia umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnego progu kar w § 10 ust. 2 do 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3


Pakietu nr 6 Czy Zamawiający dopuści stabilizator serca koniuszkowy z końcówką w kształcie lejka, przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem, ramię stabilizatora o płynnej regulacji we wszystkich płaszczyznach, gładkościenne, niskoprofilowe; część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna, elastyczne zawieszenie główki stabilizatora na ramieniu; system do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączącym stabilizator z układem ssącym; stabilizator jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące, stanowią jej integralną część i należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz <https://bip.wszzkielce.pl> zamieścił niniejsze wyjaśnienia.

Dział Zamówień Publicznych

mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-10-30

mgr Sebastian Szaniawski

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas

31-10-2025

31. 10. 2025

RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierchowska-Łucka

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
urszula.gierada@wszzkielce.pl