



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Znak sprawy EZ/193/2025/DK

Kielce, dn 31.10.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) na „Dostawę 246 termohigrometrów z wzorcowaniem dla potrzeb WSzZ w Kielcach.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z zapytaniem na dostawę termohigrometrów z wzorcowaniem, proszę podać punkty wzorcowania w postaci par np. 20 st C 50%RH.

Odpowiedź:

Podaję punkty wzorcowania w postaci następujących par:

20 st. C 50%RH

20 st. C 25%RH

20 st. C 70%RH

25 st. C 45%RH

Odpowiedzi pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
31-10-2025

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Dariusz Chlebański
Starszy inspektor

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

31-10-2025

31.10.2025
RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierzyńska-Lucka