

Kielce *17.11* 2025r.

Znak: EZ/180/2025/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ust. z dnia 11 września 2019 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet zabiegowych oraz operacyjnych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie o poniższym składzie:

- 1 x Serweta operacyjna o wymiarach 250 x 380 cm (+/- 5 cm), z wycięciem na szyję pacjenta 25x30 cm (+/-5 cm), wykonana z min. czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70-75 x 180-185 cm z dwoma otworami w okolicy tętnic udowych o średnicy 14-15 cm wypełnione folią chirurgiczną w świetle samego otworu 7-7,5 cm, oraz dwa otwory promieniowe owalne przylepne o rozmiarze 6x12 cm (+/-1 cm). Warstwa chłonna wokół otworów w kształcie litery T o wymiarach 210 x 160 x 95 cm (+/- 5 cm), warstwa chłonna po wylaniu płynów i materiału biologicznego pozostaje sucha na powierzchni, nie brudzi zespołu operacyjnego i pacjenta. Gramatura warstwy chłonnej min. 105 g/m², odporność na przenikanie płynów min. 950 cm H₂O.
- 1 x Serweta do przykrycia stolika zabiegowego o wymiarach 200x250 cm (*zamiennie za 200x260 cm (+/- 5 cm)*), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa PE + włóknina polipropylenowa PP), chłonna na całej powierzchni, o gramaturze min. 59 g/m², odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O, wodoodporna, nieprzemakalna, stanowiąca owinięcie pakietu.
- 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar L, wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² (*zamiennie za min. 45 g/m²*), w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 123 cm H₂O (*zamiennie za min. 144 cm H₂O*). Fartuch dla instrumentariuszki ułożony w pierwszej kolejności pod owinięciem zestawu.
- 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar XL wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² (*zamiennie za min. 45 g/m²*), w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 123 cm H₂O (*zamiennie za min. 144 cm H₂O*).
- 1 x Osłona na ramię C zapakowana osobno, jednoczęściowa (angiograf -AZURION)
Zapakowana w osobne opakowanie torba foliowa typu papier-folia lub Tyvek, posiadające min. 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej, która zawiera nazwę produktu, LOT, datę ważności, nazwę producenta.
- 1 x Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar XL wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² (*zamiennie za min. 45 g/m²*), w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na



rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 123 cm H₂O (zamiennie za min. 144 cm H₂O).

Fartuch zapakowany w osobne opakowanie papier-folia, produkt sterylny, posiadający etykietę z min. 2 wklejkami do dokumentacji medycznej min. nazwa producenta, nr kat, LOT. Opakowanie fartucha umieszczone wraz ze wszystkimi komponentami zestawu w opakowaniu foliowym typu Tyvek.

- 4 x Lizak z gąbką dł. 16-18 cm do mycia pola operacyjnego + miska nerka plastikowa 700 ml, kolor żółty (zamiast miska czerwona 250 ml, lub kleszczyki i tufery).

- 2 x Zacisk do serwet typu pean plastikowy dł. 14 cm (+/-1 cm)

- 1 x Pean metalowy jednorazowy zagięty dł. 12-13 cm

- 1 x Igła iniekcyjna 19G/1.1 mm x 40 mm

- 1 x Igła iniekcyjna 21G/ 0,8 mm x 40 mm

- 1 x Miska okrągła transparentna o pojemności ok. 500 ml

- 1 x Miska okrągła niebieska o pojemności ok. 500 ml

- 1 x Miska na przewodniki o pojemności ok. 2500 ml, z uchwytami nie pozwalającymi wysunąć się przewodnikowi na zewnątrz, wykonana z twardego tworzywa plastikowego, kolor niebieski.

- 1 x Skalpel z rękojeścią, wysuwany / tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23

- 1 x Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 85-90 x 85-90 cm z elastyczną krawędzią,

- 2 x Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 140 x 140 cm z elastyczną krawędzią

- 1 x Przezroczysta osłona na kamerę 14x 250 cm, z dwoma taśmami klejącymi

- 30 szt x Kompres z gazy o wymiarach 10 x 10 cm, 17 warstwowe 16 nitkowe, ze znacznikiem RTG, przewiązane tasiemką po 5 szt (zamiennie za pakowane po 5 sztuk).

- 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml,

- 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml,

- 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock kolor niebieski o pojemności 20 ml,

- 1 x Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 5 ml,

- 4 x Ręcznik do osuszania rąk 30x 30 cm

- 2 x Kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dwustronny, ułożony w miseczce plastikowej w środku zestawu,

- 1 x Strzykawka trzyczęściowa, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml,

- 1 x Strzykawka trzyczęściowa, zielona, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock o pojemności 20 ml,

- 1 x Żel jałowy do głowicy USG w saszetce 20 ml,

- 4 x Serweta absorpcyjna o wymiarach 20 x 40 cm (zamiast 10 x 20 cm lub 15 x 25 cm), wysoko chłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, zapakowana w osobne opakowanie po 2 sztuki z etykietą zawierającą min. nazwę, datę ważności.

- 1 x Osłona foliowa na pedał (jednostka sterująca-RTG) o wymiarach 65x85 cm, ściągnięta elastyczną gumką, zabezpieczającą pedał przed zabrudzeniem, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, grubość folii 0,04 -0,07 mikrometra. Pakowane w torebki papierowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2-dotyczy umowy


Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3- dotyczy pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach?

- rozmiar 50x75 cm,
- gramatura 60 g/m²,
- odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O,



- wytrzymałość na wypychanie na sucho 109 kPa i mokro 99,4 kPa.
- absorpcja płynów 600%

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4- dotyczy pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w sztywnik do formowania serwety na głowie
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm
- 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².


Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu.



120x170cm
x1




30x30cm
x2




40x65cm
x1



35x75cm
x2




80x145cm
x1



150x190cm
x1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie 5- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 100x150cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gram. 77g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, absorpcja płynów 350%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się otworem o wym. 6x8cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gram. 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie o gram. 80g/m², wzmocnienie o wym. 75x100cm, otwór umieszczony centralnie, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wym. 80x145cm, wzmocnienie o wym. 60x145cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gram. 35g/m², odporność na przenikanie cieczy 35 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści miskę typu nerka 800ml, niebieską?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rzep 2x22cm, biały?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH30, dł. 210cm, zakończenie lejek-lejek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauder, CH21, 4 otwory boczne, śr. wewnętrzna 3,90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13- dotyczy pakietu 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach?


Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 50x70 cm z przylepcem na dłuższym boku. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa folii zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m². Chłonność 383%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 100 kPa i mokro 99 kPa

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14- dotyczy pakietu 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach?

- rozmiar 100x150,
- serweta wyposażona w taśmę lepłą o długości 148 cm na dłuższym boku serwety,
- gramatura 60 g/m²,



- odporność na przenikanie cieczy min. 196 cm H₂O,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 109 kPa (+/-1) i mokro 99,4 kPa,
- absorpcja płynów 600%

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15- dotyczy pakietu 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach?

- gramatura 60 g/m²,
- odporność na przenikanie cieczy min. 196 cm H₂O,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 109 kPa (+/-1) i mokro 99,4 kPa,
- absorpcja płynów 600%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 245x350cm z czterema przylepnymi otworami o wym. 12cm oraz 7x12cm bez folii chirurgicznej z jonami srebra, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety o wym. 60x350cm, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 68g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gram. 86g/m² i wym. 120x155cm, o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 210 cm H₂O, w mniej krytycznej 180 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o wym. 75x90cm, z przylepcem na dłuższym boku o dł. 88cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml 3-częściową, LUER-LOCK?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 19- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo o wym. 80x145cm, wzmocnienie 60x145cm, serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. 87g/m² kolor czerwony i niebieskie wzmocnienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres z włókniny 10x20cm wykonany z hydrofilowej włókniny medycznej (wiskoza + poliestr)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 21- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, bez dodatkowego opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 22- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane poza zestaw, poza owinięcie bez dodatkowego opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie 23- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści grubość folii 0,035mm w osłonie na sterownik nożny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 24- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści grubość folii 0,035mm w osłonie na detektor?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 25- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C (górną 100x160cm, dolną 80x150cm + 2 taśmy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 27- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer 50x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 28- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH24, dł. 300cm, zakończenie lejek-lejek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 29- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH21, śr. wewnętrzna/śr. zewn. 3,9/7,00mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową o wym. 45x45cm, z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 31- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki na kleszczyki różnego koloru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pytanie 32- dotyczy pakietu 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do angiografii udowo-promieniowej o składzie:

1x Serweta angiograficzna 243/226x352 cm, wyposażona we wzmocnienie o wymiarach 243/94x114 cm, z dwoma otworami do dostępu udowego Ø 15 cm częściowo wypełnionych samoprzylepną folią operacyjną Ø 9 cm (otwór w folii) oraz z dwoma owalnymi otworami do dostępu promieniowego 9x12 cm częściowo wypełnionych samoprzylepną folią operacyjną 4x6 cm (otwór w folii), serweta z włókninową osłoną panelu anestezjologicznego oraz dwoma przezroczystymi panelami po obydwu stronach serwety, poniżej wzmocnienia,

1x Osłona na stół narzędziowy 203x240 cm, wykonana z folii polietylenowej o grubości 75 µm, wzmocniony w części centralnej włókniną SPP, wodoodporna, nieprzemakalna, stanowiąca owinięcie zestawu,

1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², wzmocniony w strefie krytycznej dwuwarstwowym laminatem - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 70 g/m², rękawy klejone w obszarze krytycznym,



zakończone elastycznym dzianinowym mankietem, zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 120 cm H₂O, w rozmiarze XL 140 cm,
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², wzmocniony w strefie krytycznej dwuwarstwowym laminatem - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 70 g/m², rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem, zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 120 cm H₂O, w rozmiarze XLL 150 cm,
4x Ręcznik chłonny 30x39 cm celulozowy, z mikrosiecią zapobiegającą rozerwaniu,
4x Lizak sześcienny z gąbką do mycia pola operacyjnego o długości 18 cm,
2x Zacisk typu pean 14 cm, z oznakowaniem w kolorze niebieskim,
1x Nożyczki zakrzywione 14 cm, z oznakowaniem w kolorze niebieskim,
1x Igła iniekcyjna 19 G, 3,8 cm,
1x Igła iniekcyjna 21 G, 5 cm,
1x Miska skalowana 500 ml, pozbawiona pigmentu,
1x Miska skalowana 500 ml, w kolorze niebieskim,
1x Miska na przewodnik 2,5 l, w kolorze niebieskim, z czterema wypustkami zapobiegającymi wysunięciu się przewodnika, wykonana z polipropylenu,
1x Skalpel bezpieczny z ostrzem nr 23, 14 cm, z plastikową osłonką ostrza,
50x Kompres gazowy 10x10 cm, 12W 17N z nitką RTG, wiązane po 10 sztuk (5 kompletów),
1x Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, L/L, centralna, z przezroczystego materiału,
3x Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, L/L, centralna, z przezroczystego materiału,
3x Strzykawka trzyczęściowa 20 ml, L/L, centralna, z przezroczystego materiału,
1x Żel jałowy do głowicy USG 20 g, w saszetce,
1x Osłona na kamerę video 13x240 cm z przezroczystej folii PE, składana teleskopowo, z dodatkowym kartonikiem ułatwiającym aplikację,
1x Osłona okrągła ściągana na elastyczną gumkę 85x95 cm, wykonana z folii polietylenowej,
2x Osłona okrągła ściągana na elastyczną gumkę 142 cm, wykonana z folii polietylenowej,
Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze podstawowej 66 g/m², w obszarze wzmocnień min. 178 g/m², odporność na przenikanie płynów w min. 200 cm H₂O, zdolność absorpcji wzmocnienia min. 900%.
Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33- dotyczy pakietu 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej serwety prostokątnej o wymiarach 152x112 cm z otworem prostokątnym 10x15 cm ze zintegrowanym wzmocnieniem chłonnym wokół otworu o wymiarach 43x57 cm. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu - oddychającego materiału SMMMS ze spodnią warstwą foliową o łącznej gramaturze 121 g/m², o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >200 cm H₂O i zdolności absorpcji 650%. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pytanie 34- dotyczy pakietu 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie z pakietu nr 3 pozycji nr 1 w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do „ogłoszeniu o zamówieniu” za pomocą sprostowania w



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego, odrębnego pakietu.

Wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2025-11-17

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kusińska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska
17-11-2025

Patrycja Aleksandrowicz
Rada Prawny
KI-1400

17.11.2025

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wpl.
dnia

19-11-2025

Podpis