


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce 12.12.2025r.

EZ/186/2025/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu biochemii, monitorowania leków, elektroforezy i oznaczania badania OB., kału i moczu na potrzeby Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” znak sprawy: EZ/186/2025/UG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, działając na podstawie 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuje, iż dokonał czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert.

Pakiet nr 1 - Testy

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:


BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.

adres: ul. Jagodowa 11 Gliwice 44-110 województwo Śląskie
REGON 278037766, NIP 631 23 70 106, KRS 0000161079


Wartość brutto: 43 241,04 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził żadnych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Streszczenie oceny oferty:

Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium-termin realizacji zamówienia-20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 10%	Suma uzyskanych punktów
BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. adres: ul. Jagodowa 11 Gliwice 44-110 województwo Śląskie REGON 278037766 NIP 631 23 70 106 KRS 0000161079	43 241,04 zł	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
Medical Diagnostics Wojciech Kisielewski adres: Ul. Podbiłęty 2 m 22, 92-440 Łódź województwo Łódzkie REGON 541069286 NIP 8411630184 KRS	65 655,00 zł	40 pkt	20 pkt	20 pkt	80 pkt
FABIMEX” Więcek Sp. j. adres: ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa województwo mazowieckie REGON 010660020 NIP 113-00-41-096 KRS 0000252937	79 898,40 zł	32 pkt	20 pkt	20 pkt	72 pkt

Pakiet nr 2 - Probówki do zagęszczania kału

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

CIRRO sp. z o.o.

adres: Ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok województwo podlaskie
REGON 002331830 NIP 542-020-13-57 KRS 0000140907


Wartość brutto: 23 187,60 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził żadnych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszskielce.pl
www.wszskielce.pl



Streszczenie oceny oferty:

Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium-termin realizacji zamówienia-20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 10%	Suma uzyskanych punktów
CIRRO sp. z o.o. adres: Ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok województwo podlaskie REGON 002331830 NIP 542-020-13-57 KRS 0000140907	23 187,60 zł	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
MEDAN Andrzej Hędrzak adres: ul. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice województwo śląskie REGON 272011501 NIP 631-010-72-73 CEIDG: II/1832/90	32 340,60 zł	43 pkt	20 pkt	20 pkt	83 pkt

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o odrzuceniu oferty:

- Wykonawcy **BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.** adres: **ul. Jagodowa 11 Gliwice 44-110 województwo śląskie REGON 278037766 , NIP 631 23 70 106, KRS 0000161079**, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ww. pakiecie, ponieważ Wykonawca w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nie wskazał nazwy handlowej ani numeru katalogowego oferowanych produktów. Brak tych danych uniemożliwia Zamawiającemu zweryfikowanie, jakie konkretnie wyroby Wykonawca zaoferował, a tym samym uniemożliwia ocenę zgodności oferty z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z warunkami zamówienia.

- Wykonawcy **PZ CORMAY S.A.** adres: **ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki województwo: mazowieckie REGON 140777556 NIP 1181872269 KRS 0000270105**, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ww. pakiecie, ponieważ Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał dostawy: „Probówki do zagęszczania kału – jednorazowy zestaw



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



diagnostyczny do testów parazytologicznych z bezpiecznym utrwalcaczem (niezawierający formaliny, alkoholu i metali ciężkich), do zagęszczania kału (wykrywania jaj, cyst i larw pasożytów).”

Wykonawca w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) zaoferował produkt MINI-SYSTEM PARAGREEN, 25 RPP7000. Z dokumentów i opisu oferowanego wyrobu wynika, że: Mini-System Paragreen jest urządzeniem jednorazowym do pobierania, utrwalania, filtracji i zagęszczania pasożytów jelitowych; próbki systemu zawierają utrwalcacz, a procedura zagęszczania jest modyfikacją metody eterowo-formalinowej, co potwierdza, że produkt zawiera formalinę lub jej pochodne.

W związku z powyższym oferowany produkt nie spełnia wymogu Zamawiającego, zgodnie z którym zastosowany utrwalcacz **nie może zawierać formaliny** (ani alkoholu, ani metali ciężkich).

Oferta Wykonawcy jest zatem niezgodna z warunkami zamówienia, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 3 - Naczynka pomiarowe

Zamawiający, działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących Wykonawców:

- **BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. adres: ul. Jagodowa 11 Gliwice 44-110 województwo śląskie REGON 278037766 , NIP 631 23 70 106, KRS 0000161079,**
- **Biomaxima S.A. adres: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin województwo Lubelskie REGON 432519331 NIP 946 23 60 625 KRS 0000313349**


Oferty zostały odrzucone, ponieważ Wykonawcy w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nie wskazali nazwy handlowej ani numeru katalogowego oferowanego produktu. Brak tych danych uniemożliwia Zamawiającemu zweryfikowanie, jaki asortyment został zaoferowany, a tym samym uniemożliwia ocenę zgodności oferty z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 255 ust. 2 ww. ustawy Pzp, unieważnia postępowanie w ww. pakiecie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pakiet nr 4 - Odczynnik do barwienia

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

MEDAN Andrzej Hędrzak

adres: ul. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice województwo śląskie
REGON 272011501 NIP 631-010-72-73 CEIDG: II/1832/90

Wartość brutto: 252 651,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził żadnych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty.

Streszczenie oceny oferty:


Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium-termin realizacji zamówienia-20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 10%	Suma uzyskanych punktów
MEDAN Andrzej Hędrzak adres: ul. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice województwo śląskie REGON 272011501 NIP 631-010-72-73 CEIDG: II/1832/90	6 480,00 zł	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o odrzuceniu oferty:

- Wykonawcy **Idalia Ludwikowscy Spółka Jawna adres: Ul. Marii Foltyn 10, 26-615 Radom województwo mazowieckie REGON 005114228 NIP 7960101318 KRS 0000042973**, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ww. pakiecie, ponieważ Wykonawca w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nie wskazał nazwy handlowej ani numeru katalogowego oferowanych produktów. Brak tych danych uniemożliwia Zamawiającemu zweryfikowanie, jakie konkretnie wyroby



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Wykonawca zaoferował, a tym samym uniemożliwia ocenę zgodności oferty z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Pakiet nr 5 - OB wraz z dzierżawą analizatora

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

Sysmex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa województwo mazowieckie

REGON 140105414 NIP 5222772467 KRS 0000233404

Wartość brutto: 63 990,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Zamawiający nie stwierdził żadnych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty.

Streszczenie oceny oferty:

Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium-termin realizacji zamówienia-20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 10%	Suma uzyskanych punktów
Sysmex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa województwo mazowieckie REGON 140105414 NIP 5222772467 KRS 0000233404	63 990,00 zł	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pakiet nr 6 - Elektroforeza wraz z dzierżawą analizatora

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

CIRRO sp. z o.o.

adres: Ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok województwo podlaskie
REGON 002331830 NIP 542-020-13-57 KRS 0000140907

Wartość brutto: 252 651,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził żadnych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty.

Streszczenie oceny oferty:

Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia - 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin płatności faktury 10%	Suma uzyskanych punktów
CIRRO sp. z o.o. adres: Ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok województwo podlaskie REGON 002331830 NIP 542-020-13-57 KRS 0000140907	252 651,00 zł	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

2025-12-16 KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
M-1400

15.12.2025

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Marcin Martyniak

2025-12-16

Z CA DOKŁAD
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail. urszula.gierada@wszkielce.pl

16-12-2025
Bartosz Stemplewski

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wpl.
dnia **18 -12- 2025**

Podpis