

EZ/204/2025/ES

Kielce dn. 16.12.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, siatek oraz wosku kostnego dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%) sterylne 2,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1-38

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, syntetyczny, pleciony, powlekany, dwuskładnikowy (kwas glikolowy i mlekowy), okres podtrzymywania tkanek 25% po 28 dniach i 75% po 14 dniach, wchłaniający się maksymalnie do 70 dni, powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 5, poz. 39-45

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniaalny, syntetyczny, poliestr pleciony, powlekany silikonem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona) wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągło tnącej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 5, poz. 14, 20, 21, 27, 33

Czy Zamawiający dopuści również igłę 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą 30 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 5, poz. 15, 22, 28, 34, 37

Czy Zamawiający dopuści również igłę 37 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 5, poz. 15, 34

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 6, poz. 1-52

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, syntetyczny, pleciony, powlekany, dwuskładnikowy (kwas glikolowy i mlekowy), okres podtrzymywania tkanek 25% po 28 dniach i 75% po 14 dniach, wchłaniający się maksymalnie do 70 dni, powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 6, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 6, poz. 53-65

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłaniaalny, jednowłóknowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13


Dot. Pakietu nr 6, poz. 53

Czy Zamawiający dopuści szew 10/0 USP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 6, poz. 54



Czy Zamawiający dopuści szew o średnicy 200 µm i krzywiznie 1/2 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 6, poz. 53-65

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

2025-12-16
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

16-12-2025

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wpl.
dnia **18 -12- 2025**

Podpis