

EZ/240/2025/UG

Kielce dn. 31.12.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na: „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/240/2025/UG

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1.


Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji.



Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika chemicznego do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, na którym substancja wskaźnikowa umieszczona jest punktowo w kształcie owalu, po procesie sterylizacji kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie o rozmiarze testu 64 x 24 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, na którym substancja wskaźnikowa umieszczona jest punktowo w kształcie owalu, po procesie sterylizacji kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie o rozmiarze testu 64 x 24 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu emulacyjnego typu 6, samoklejącego o wymiarach 10 x 1,9 cm w miejsce wymiaru 10 x 2 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test emulacyjny typu 6, samoklejącego o wymiarach 10 x 1,9 cm w miejsce wymiaru 10 x 2 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 2, poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie taśmy o długości 55m, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taśmy o długości 55m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oraz składaniu oferty.

Dział Zamówień Publicznych

mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

02.01.2026

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-12-31

mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz

Rada Prawny

02.01.2026

Z-CIA DYREKTORA

ds. lecznictwa

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14

urszula.gierada@wszkielce.pl

Bartosz Stemplewski

02.01.2026