

Kielce, dnia 21.01.2026 r.

Znak sprawy: EZ/165/2025/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą dotyczącą informatyzacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni**, znak sprawy: EZ/165/2025/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 156, w którym Zamawiający powodując się na zasadę równoważności funkcjonalnej dopuścił dwie myjnie 15 tacowe zamiast 1 szt. 30 tacowej, prosimy o nieograniczenie konkurencyjności rozwiązań technologicznych poprzez nie wykluczanie rozwiązania myjni 30 tacowej. Myjnia 30 tacowa jest rozwiązaniem optymalnym, znajduje się w pierwotnej technologii i OPZ, tańszym w zakupie i eksploatacji. Zmiesza także ilość pojedynczych cykli z 1/2 pełnego zapotrzebowania na rzecz podwójnego użycia mniejszych myjni. Zastosowanie myjni 30 tacowej daje możliwość dalszej rozbudowy i zwiększenia przepustowości. Przy zastosowaniu 2 szt. myjni 15 tacowych takiej możliwości nie będzie. Zatem wśród rozwiązań wiodących widzących producentów technologii myjni wrasta sumaryczny koszt zakupu wyposażenia, adaptacji budowlano-instalacyjnych względem pierwotnego projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na Pytanie 156 z dnia 20.01.2026 r.

Pytanie 2

Załącznik nr 2.71_Opis Parametrów Technicznych Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w uchwyty
Załącznik nr 2.72_Opis Parametrów Technicznych Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w uchwyty
Dot. pkt.3

Prosimy o możliwość zaoferowania produktu którego producent nie posiada certyfikatu PN-EN ISO 9001 (lub innego równoważnego).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2026-01-21
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik
SPECJALISTA

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400
Zamawiający

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

Barbara Stemplewska

2026-01-22
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

22-01-2026