





Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszskielce.pl
www.wszskielce.pl



Znak: EZ/226/2025/MK



Kielce 23.01.2026r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ust. z dnia 11 września 2019 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na „*Sukcesywne dostawy fartuchów, pieluszek niemowlęcych, jednorazowych zestawów operacyjnych, itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Zamawiający dopuści koszule dostępne w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę o standardowych wymiarach 110 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zaproponowane koszule ze względu na konieczność użytkowania koszul u pacjentek ciężarnych/ rodzących wymiar 140 cm jest niewystarczający, aby zachować intymności i zakryć wszystkie elementy ciała kobiety.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę o wymiarach 125 x 160 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 25 g/m kw., rozm. L - 115 x 136 cm oraz XL - 125 x 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem dzianinowym, wykonane z włókniny o gramaturze 30 g/m kw., rozm. L - 115 x 136 cm oraz XL - 120 x 140 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluszki niemowlęce rozm. 7-11kg? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7- dotyczy pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluszki niemowlęce rozm. 10-14 kg? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy pakietu 2 poz. 2



Czy Zamawiający dopuści pieluszki niemowlęce rozm. 10-20kg? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9- dotyczy pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowego użytku pakowane w opakowanie zbiorcze a'43 szt.? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10- dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z identyfikatorem wilgotności w postaci 2 żółtych pasków zmieniających barwę na zieloną pod wpływem cieczy? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11- dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 1900g? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające podwójne anatomiczne wkłady chłonne z absorbentem? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy pakietu 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14- dotyczy pakietu 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g m²? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15- dotyczy pakietu 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16- dotyczy pakietu 5

Czy zamawiający dopuści fartuch higieniczny, medyczny, wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym mankietem, min. gramatura 30 g/m², zielony lub niebieski, dodatkowy trok w pasie. Rozmiar L (120 cm x 140 cm), XL (125 cm x 150 cm) lub rozmiar uniwersalny (nie mniejszy niż standardowy rozmiar L)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane fartuchy w rozmiarze L (120 cm x 140 cm), XL (125 cm x 150 cm). Nie dopuszcza się rozmiaru uniwersalnego.

Pytanie nr 17- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuchy chirurgiczne zgodne z opisem:

Fartuch sterylizowany, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm

- tylne części fartucha zachodzące na siebie



- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, na mokro ≥ 40 kPa
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pyłność $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O
- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 x 160 cm
- MDD: Dyrektywa Rady 93/42/EWG, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszule położnicze zgodne z opisem:
włóknina SMS o gramaturze 30g/m²

- kolor granatowy
- krótkie rękawy
- rozcięcie pod szyją wiązane na troki
- rozmiary XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga koszul w pełnej rozmiarówce.

Pytanie nr 19- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszule zgodne z opisem:

- Wykonana z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m²
- Krótkie rękawy
- kolor jasno niebieski
- pakowane po 10 sztuk
- rozmiary: M (132 x 110 cm), M/L (140 x 110 cm), XL (135 x 112 cm), XL/2XL (160 x 125 cm)
- 2XL (137 x 112 cm)


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20- dotyczy pakietu 4, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszule będące wyrobem higienicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21- dotyczy pakiet 5, poz. 1



Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów spełniających normę EN 13795-1 tj. ponieważ tylko fartuchy spełniające normę EN 13795-1 mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny jeśli są ich przeznaczenie jest zgodne z definicją wyrobu medycznego, są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji i spełniają normę EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno fartuchy będące wyrobem medycznym jak i fartuchów niebędących wyrobem medycznym. W takim przypadku Wykonawca winem zastosować prawidłową stawkę podatku VAT.

Pytanie nr 22- dotyczy pakiet 5, poz. 1

Czy na potwierdzenie, że oferowane fartuchy spełniają normę EN 13795-1 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyników badań potwierdzających spełnianie normy? Zgodnie z normą badania należy przeprowadzić dla gotowego produktu, a nie materiału.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 23- dotyczy pakiet 5, poz. 1

W celu zaoferowania odpowiedniego produktu wnioskujemy o doprecyzowanie do czego będą używane zaoferowane fartuchy.

Określenie „do użytku szpitalnego” jest nieprecyzyjne. Oznacza, że może być to fartuch używany np. przez odwiedzających lub fartuch używany na Sali operacyjnej. Zgodnie ze stanowiskiem URPL, cytowanym w WIS 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 *„Fartuchami, które mają przewidziane zastosowanie medyczne, i są w związku z tym wyrobami medycznymi, są fartuchy chirurgiczne przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych. Szczególnym celem medycznym, któremu służą, jest zapobieganie przedostawaniu się do pola operacyjnego potencjalnie zakaźnych drobnoustrojów występujących na złuszczonej naskórku operatora. Fartuchy takie muszą mieć odpowiednią konstrukcję, być dostarczone użytkownikowi w stanie sterylnym lub być przeznaczone do sterylizacji przed użyciem. W tym celu muszą spełniać wymagania normy EN 13795-1:2019 „Odzież i obłożenia chirurgiczne – Wymagania i metody badań – Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne” lub inne równoważne”*. Fartuchy „do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych niewymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia” (...) nie mają przeznaczenia medycznego tylko higieniczne, ponieważ ich używanie przez ludzi służy kontroli czystości otoczenia pacjenta. Wdrożenie i utrzymywanie higieny w warunkach placówek służby zdrowia jest niewątpliwie bardzo ważne, jednakże stosowane do tego celu środki nie stają się przez to wyrobami medycznymi. Zgodnie z wykładnią podaną na stronie 51 poradnika *Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory Framework for Medical Devices. Version 1.22 (05-2019)* – szczotki przeznaczone do mycia rąk chirurgów przez zabiegiem chirurgicznym służące do zachowania higieny w otoczeniu pacjenta są artykułami higienicznymi, a nie wyrobami medycznymi. Podobnie inne artykuły służące zachowaniu higieny w warunkach szpitalnych, jak omówione na stronach 15 i 16 ww. poradnika jednorazowe osłony na buty osób przebywających w szpitalu, nie są uznawane za wyroby medyczne, ponieważ służą do kontroli (zapobiegania lub zmniejszania) transmisji potencjalnie zakaźnych czynników w otoczeniu pacjenta.

Mając powyższe na względzie Prezes Urzędu stwierdza, że przewidziane zastosowanie ww. fartuchów nie jest celem medycznym i wobec tego nie spełniają one definicji wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2017/745.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.



Pytanie nr 24- dotyczy pakiet 5, poz. 1

Wnioskujemy o dostosowanie wymogów SWZ do aktualnych przepisów tj: wykreślenie wymogu, że fartuchy muszą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny, bo opisane przez Zamawiającego przeznaczenie „do użytku szpitalnego”, nie oznacza że fartuch może być sklasyfikowany jako wyrób medyczny

Lub

- określenie wymogu, że zaoferowane fartuchy mają być *przewidziane do używania przez chirurgów podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w salach operacyjnych.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie nr 25- dotyczy pakiet 5, poz. 1

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są wyrobem higienicznym lub Środkiem Ochrony Indywidualnej, czy Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI?


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie nr 26- dotyczy pakiet 5, poz. 1

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy ZNK. W świetle definicji ustawowej czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zaś przepis art. 10 ust. 1 ustawy ZNK stanowi, że „*czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich*”. Jak wskazuje doktryna, „*niewątpliwie zamiarem ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do częstej w obrocie praktyki informującego oznaczenia towarów lub usług. Celem tego przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług, istotnych dla nich cech towarów i usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpływać na decyzję części nabywców*” (pod red. J. Szwajgi: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006r., s. 365). Wielu producentów świadomie klasyfikuje fartuchy higieniczne jako wyroby medyczne, mimo że parametry oferowanych przez nich fartuchów nie spełniają normy EN 13795-1. W ten sposób wprowadzają w błąd klientów, choćby co do możliwości zastosowania i właściwości fartuchów np. zapobieganiu przez oferowane fartuchy, przenoszeniu potencjalnych czynników chorobotwórczych np. poprzez zanieczyszczenie Sali operacyjnej przez złuszczający się naskórek noszących osób, czym narażają pacjentów.

Producenci/Wykonawcy często (prawdopodobnie świadomie) oferują błędnie sklasyfikowane fartuchy jako wyroby medyczne, w celu zaniżenia ceny brutto (zastosowania 8 % stawki podatku VAT) i zdobycia zamówienia publicznego.

Przestępstwo ujęte w art. 297 § 1 KK to typ przestępstwa występującego w kilku odmianach, w tym jako przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (oszustwa przetargowego, wyłudzenia zamówienia publicznego). Zgodnie z brzmieniem art. 297 § 1 KK ten, kto w celu uzyskania zamówienia publicznego dla siebie lub kogoś innego, od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi, przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego



zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyłudzenia dopuszcza się zazwyczaj wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, przedkładając fałszywy lub nierzetelny dokument lub oświadczenie w przetargu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków podmiotowych lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ZamPublU), ewentualnie w celu udowodnienia wymaganej jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Prowadzi to często do sytuacji, gdy wprowadzony w błąd zamawiający udziela bezzasadnie zamówienia osobie, która nie zasługuje na dopuszczenie do umowy finalnej. Jednak w perspektywie przypisania odpowiedzialności karnej z art. 297 KK bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy osoba przedkładająca wymienione w tym przepisie dokumenty faktycznie zrealizowała rzetelnie umowę o zamówienia publiczne lub czy oferta takiej osoby obiektywnie była najlepsza, bez znaczenia dla realizacji znamion typu jest nawet okoliczność, czy doszło do wprowadzenia w błąd zamawiającego. Istota oszustwa w zamówieniach publicznych z art. 297 § 1 KK polega bowiem na dezinformacji zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego oraz naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, a nie tylko stworzeniu samego zagrożenia dla interesów majątkowych zamawiającego. Przedmiotem ochrony omawianego typu jest m.in. zaufanie do rzetelności i zdolności wykonawcy do należytego wypełnienia zobowiązania.

Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta oraz dokonanie powiadomienia do URPL nie świadczy, że dany wyrób jest wyrobem medycznym. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urzu%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano>)

Urząd informuje:

(...)Wykonanie przez importerów, dystrybutorów, wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli opisanego powyżej ustawowego obowiązku informacyjnego nie może być rozumiane jako urzędowe potwierdzenie spełniania przez objęty zgłoszeniem lub powiadomieniem wyrób przewidzianych dla niego wymagań czy też spełniania przez niego definicji wyrobu medycznego, gdyż fakty te nie są poddawane uprzedniej weryfikacji przez Urząd w drodze postępowania administracyjnego (tj. przed wprowadzeniem do obrotu). Składana w trybie powiadomienia lub zgłoszenia dokumentacja dotycząca wyrobów poddawana jest jedynie weryfikacji formalnej, w szczególności w zakresie jej kompletności(...).

Analizując stanowisko URPL w połączeniu z Komunikatem Prezesa Urzędu należy domniemać, że w/w produkty są błędnie oferowane jako wyrób medyczny i z niewłaściwą stawką podatku VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie nr 27- dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 28- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 29- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76kpa, IB – 6,0?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trzysieczkowym szwem ultradźwiękowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty wraz z ręcznikami w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zabezpieczenia wewnątrz workiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartu w rozmiarach: M 124 cm, L 128 cm, XL 138 cm, XXL 157 cm, XXL 170cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 260/200x310cm z otworem w wymiarach 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną i wycięciem w kształcie gruszki 16x18cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 80x80cm oraz dwoma organizatorami przewodów typu rzep, serweta o gram 56g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie wysokochłonne o gram. 86g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych serwet ze względu na mniejsze wymiary i wycięcie w kształcie gruszki

Pytanie nr 36- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stół Mayo o wym. 80x145cm wykonana z folii PE o gram. 50g/m² oraz wzmocnienie o wym. 75x90cm wykonane z włókniny PP o gram. 100g/m², łączna gram. 150g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 80x60cm, chłonność 878%, 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch standard L o dł. 128cm +/- 3cm?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 75x90cm z przyłepcem, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP) o gram. 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41- dotyczy pakietu 3, poz. 1



Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 75x90cm z przylepcem, wykonaną z trójwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE + włóknina PP) o gram. 75g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wykrój gazy 38cm x 42cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką z brzegami podwiniętymi i zszytymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści karton bez klapy umożliwiającej wielokrotne otwieranie i zamykanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46- dotyczy pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze składające się z folii i kartonu transportowego zewnętrznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47- dotyczy pakietu 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowana serweta w rozmiarze 160/240 cm x 180 cm różni się znacząco od wymaganych w SWZ. Ponadto zestaw nie posiada w składzie fartuchów.

Pytanie nr 48- dotyczy pakietu 3, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia- papier, pakowany zbiorczo w karton?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49- dotyczy pakietu 3, poz. 2-4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby karton zewnętrzny pełnił funkcję dyspensera.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50- dotyczy pakietu 3, poz. 3



Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowana serweta w rozmiarze 180/280 cm x 220 różni się znacząco od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 51- dotyczy pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Header Bag, zbiorczo pakowany w karton?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52- dotyczy pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 100/99 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106/70 N. Odporność na penetrację płynów 102 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 383%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowany skład zestaw różni się znacząco od wymaganego w SWZ.



Pytanie nr 53- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli położniczej o następujących parametrach: Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, zakładana przez głowę, bez rozporków po bokach, z krótkim rękawem, wiązana na 1 parę troków przy szyi oraz 1 parę troków w pasie. Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL. Pakowana po 10szt.



?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza koszul bez rozporków po bokach.

Pytanie nr 54- dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o następujących parametrach: Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g/m² w kolorze niebieskim, przewiewna, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana na troki w talii oraz przy szyi, z krótkim wszytym rękawem, podkrój szyi zakończony lamówką przechodzącą w troki, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm. Pakowane po 10szt.




?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza koszul o wymiarach 110x140 ze względu na konieczność użytkowania koszul u pacjentek ciążarnych/ rodzących.

Pytanie nr 55- dotyczy pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wycenę za opakowanie a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?



Pytanie nr 56- dotyczy pakietu 6, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną bakteriobójczą wykonaną z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodynę. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii, paroprzepuszczalność na poziomie 1800 g/m²/24h, opakowanie indywidualne papier- folia. Wyrób medyczny klasy III, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57- dotyczy pakietu 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowane rozmiary folii oraz powierzchni lepnej różnią się w sposób istotny od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 58- dotyczy pakietu 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59- dotyczy pakietu 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowane rozmiary folii oraz powierzchni lepnej różnią się w sposób istotny od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 60- dotyczy pakietu 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 1)

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentarium o wym. 170x300cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gram.60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 2)

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, serweta: folia PE 37g/m² + wzmocnienie: włóknina PP 50g/m², łączna gramatura serwety 87g/m², kolor czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 3)


Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 150x240cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 3)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 170x300cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 65- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 4)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 180x180cm o gram. 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 5)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 75x90cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 6)

Zamawiający dopuści serwetę przylepną 90x120cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 7)

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem o dł. 7,5cm i o odporności na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 9)

Czy Zamawiający dopuści rzep o wym. 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 11)

Czy Zamawiający dopuści ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 17)

Czy Zamawiający dopuści tupfer o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 17)

Czy Zamawiający dopuści tupfer o wym. 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 18)

Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 74- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 19)

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x45cm z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 20)

Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 300cm?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 21)

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer 7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 24)

Czy Zamawiający dopuści osłonki wielokolorowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 29)

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny 10x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 34)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową 3ml, Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 34)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową 2ml Luer?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 37)

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem o dł. 7,5cm i o odporności na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 37)

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę 75x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83- dotyczy pakietu 7, poz. 1 (składowa 37)

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę 50x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 1)


Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentarium o wym. 170x300cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gram.60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 2)

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, serweta: folia PE 37g/m² + wzmocnienie: włóknina PP 50g/m², łączna gramatura serwety 87g/m², kolor czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 86- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 3)

Czy Zamawiający dopuści serwetę 230x260cm, wzmocnioną z wycięciem "U" o wym. 20x100cm, serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o ram. 60g/m², wzmocnienie wysokochłonne 80g/m², łączna gramatura 140g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 4)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 150x240cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 4)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 170x300cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 5)

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 6)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 75x90cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 7)

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 90x120cm o gram. 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 8)

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem o dł. 7,5cm i o odporności na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 10)

Czy Zamawiający dopuści rzep o wym. 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 94- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 12)

Czy Zamawiający dopuści rękaw do rąk 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 18)

Czy Zamawiający dopuści tupfer o wym. 30x30cm?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 18)

Czy Zamawiający dopuści tupfer o wym. 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 19)

Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 20)

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x45cm z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 21)

Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 22)

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer 7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 25)

Zamawiający dopuści osłonki wielokolorowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 31)

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny 10x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 36)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową 3ml, Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 36)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową 2ml Luer?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 39)


Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem o dł. 7,5cm i o odporności na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 39)

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę 75x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 107- dotyczy pakietu 7, poz. 2 (składowa 39)

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę 50x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 108- dotyczy pakietu 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów kolorze niebieskim i w rozmiarach odpowiednio: L (d. 146 cm x sz. 124 cm) oraz XL (d. 150 cm x sz. 128 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109- dotyczy zapisów umowy

Ad. 1. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto?”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodania takiego postanowienia umownego w zakresie określenia minimalnej wartości zamówienia w ramach sukcesywnych dostaw.

Pytanie 110- dotyczy zapisów umowy

Ad. 2. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodania takiego postanowienia umownego.

Pytanie 111- dotyczy zapisów umowy

Ad. 3. „W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 6 zapisów projektowanych postanowień umowy.


Pytanie 112- dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu kardiochirurgicznego uniwersalnego spełniającego opisane wymagania, jednakże posiadającego następujące różnice w swoim składzie:

1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 180 x 300 cm, chłonna na całej długości, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze podstawowej min. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, służy jako owinięcie zestawu,
2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x145 cm, wykonana z foli polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową o wymiarze 60x145 cm, o całkowitej gramaturze min. 90 g/m², kolor aqua (zielony), złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. Teleskopowo,
3. - 1 x Serweta przylepna 200x240 cm,
4. - 1 x Serweta przylepna 175x250 cm,
6. - 3 x Serweta przylepna 90x120 cm.

Serwety poz. 3-6, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O,

7. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS o gram. min. 40 g/m². Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 42g/m², łączna gramatura min. 82 g/m². Przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora, zapinaną w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy”- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności



na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/170 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 200 cmH₂O

8. - 2 x Kieszeń jednokomorowa przylepna 43x38 cm

9. - 1 x Rzep 2,5x23 cm, organizator przewodów

11. - 1 x Ręcznik do rąk 30x33 cm

12. - 1 x Podkład chłonny 50x80 cm,

13. - 1 x Osłona na aparat RTG 71 x 152 cm, ściągnięta elastyczną gumką

17. - 5 x Tupfer z gazy 47x40 cm

19. - 3 x Serweta brzuszna 45x45 cm z chipem RTG, z trokiem, 6 Warstw

22. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcia i koagulacja, nóż do cięcia dł. 60 mm, przewód

dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku.

27. - 1 x Dren Redona 14CH, perforacja 14 cm

29. - 2 x Opatrunek chłonny 10x20 cm

30. - 2 x Opatrunek chłonny 8x10 cm

34. - 1 x Strzykawka 2 ml Luer 3-cz.

36. - 2 x Igła 21G 0,8x50 mm

37. - 1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS o gram. min. 40 g/m². Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 42g/m², łączna gramatura min. 82 g/m². Przy szyi zapięcie na taśmie wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora, zapinaną w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne połączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy”- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/170 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 200 cmH₂O. Dodatkowo owinięty w papier krepowy i ułożony na serwetce do owinięcia zestawu.

Wymagania:

- Podwójne opakowanie: karton zewnętrzny do transportu oraz wewnętrznie worek foliowy
- Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające REF, nr serii, data ważności produktu, nazwa Producenta, nazwa zestawu, oraz dodatkowo 1 naklejkę z kodem kreskowym.
- Materiał serwet oraz fartuchów zgodny z normą PN EN 13795-1:2019.
- Klasyfikacja zestawu: zestaw zabiegowy spełniający definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.
- Na potwierdzenie dołączona karta danych technicznych gotowego zestawu oraz materiału bazowego serwet i fartuchów.

Pozostałe parametry i niewymieniony skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowany skład zestawu różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.


Pytanie 113- dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu kardiochirurgicznego ortopedycznego spełniającego opisane wymagania, jednakże posiadającego następujące różnice w swoim składzie:




**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 180 x 300 cm, chłonna na całej długości, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze podstawowej min. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, służy jako owinięcie zestawu.
 2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x145 cm, wykonana z foli polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową o wymiarze 60x145 cm, o całkowitej gramaturze min. 90 g/m², kolor aqua (zielony), złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. Teleskopowo
 3. - 1 x Serweta U-kształtna 225 x 280 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 10x95 cm, wzmocniona padem chłonnym o wym. 150x160 cm. Serweta w części niekrytycznej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa PE), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH₂O, w części krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny o gramaturze 55 g/m² (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110g/m²), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H₂O,
 4. - 1 x Serweta przylepna 170 x 250 cm
 5. - 1 x Osłona na kończynę 35x120 cm
 7. - 2 x Serweta przylepna 90 x 120 cm
- Serwety, osłona poz. 4-7, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O
8. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS o gram. min. 40 g/m². Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 42g/m², łączna gramatura min. 82 g/m². Przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora, zapinaną w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy” - z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/170 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 200 cmH₂O
 9. - 2 x Kieszeń foliowa przylepna 43x38 cm, jednokomorowa.
 10. - 1 x Rzep 2,5x23 cm, organizator przewodów
 12. - 1 x Ręcznik do rąk 30x33 cm
 13. - 1 x Podkład chłonny 50x80 cm,
 14. - 1 x Osłona na aparat RTG 71x152 cm, ściągnięta elastyczną gumką
 18. - 5 x Tupfer z gazy 47x40 cm
 20. - 3 x Serweta brzuszna 45x45 cm z chip RTG, z trokiem, 6 Warstw
 23. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 60 mm, przewód
dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku.
 28. - 1 x Dren Redona 14CH, dł. 50 cm, perforacja 14 cm
 31. - 2 x Opatrunek chłonny 10x20 cm
 32. - 2 x Opatrunek chłonny 8x10 cm
 36. - 1 x Strzykawka 2 ml Luer 3-cz.
 38. - 2 x Igła 21G 0,8x50 mm
 39. - 1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS o gram. min. 40 g/m². Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 42g/m², łączna gramatura min. 82 g/m². Przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora, zapinaną w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z



zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylny plecy” - z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/170 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 200 cmH₂O. Dodatkowo owinięty w papier krepowy i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu.

Wymagania:

- Podwójne opakowanie: karton zewnętrzny do transportu oraz wewnętrznie worek foliowy
- Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające REF, nr serii, data ważności produktu, nazwa Producenta, nazwa zestawu, oraz dodatkowo 1 naklejkę z kodem kreskowym.
- Materiał serwet oraz fartuchów zgodny z normą PN EN 13795-1:2019.
- Klasyfikacja zestawu: zestaw zabiegowy spełniający definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.
- Na potwierdzenie dołączona karta danych technicznych gotowego zestawu oraz materiału bazowego serwet i fartuchów.

Pozostałe parametry i niewymieniony skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowany skład zestawu różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.

Pytanie nr 114- dotyczy zapisów umowy § 2, ust. 2

Wnosimy o zmianę umowy poprzez dodatnie następującego zapisu:

„Wydłużenie terminu obowiązywania umowy nastąpi w przypadku zgody obu stron i zostanie poprzedzone wnioskiem Zamawiającego o wydłużenie umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 13 - Zmiany umowy, ust. 2 litera b).

Pytanie nr 115- dotyczy zapisów umowy § 9, ust. 3

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia braku / wady / niegodności towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 10, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu zastępczego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie nr 116- dotyczy zapisów umowy § 10, ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §10 ust. 1, pkt. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1, pkt. 2a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1, pkt. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej/wadliwej części dostawy
- §10 ust. 1, pkt. 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwej części dostawy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 116- dotyczy pakietu 4, poz. 2


Czy Zamawiający dopuści koszulę o paroprzepuszczalności 40,363 cm³/cm².s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 117- dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprowadzając wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.



Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?

Odpowiedź: Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb oraz zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym tj, szt/op/zestawy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 119- dotyczy zapisów umowy

W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 120- dotyczy pakietu 1


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m². Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H₂O w obszarze krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykietach, wskazujący na barierowość fartucha. Oznaczenie graficzne na przedniej części fartucha określające barierowość w Amerykańskiej skali AAMI, służące do wzajemnej kontroli użytkowników. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach L – 2XLL. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30x39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121- dotyczy pakietu 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 ± 5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowane rozmiary folii oraz powierzchni lepnej różnią się w sposób istotny od wymaganych w SWZ.



Pytanie nr 122- dotyczy pakietu 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $34 \times 40 \text{ cm}$ (całkowita $40 \times 40 \text{ cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123- dotyczy pakietu 6, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $60 \times 60 \text{ cm}$ (całkowita $80 \times 60 \text{ cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowane rozmiary folii oraz powierzchni lepnej różnią się w sposób istotny od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 124- dotyczy pakietu 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $60 \times 45 \text{ cm}$ (całkowita $70 \times 45 \text{ cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125- dotyczy wadium

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawami tradycyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127- dotyczy pakietu 1


Czy Zamawiający dopuści trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar fartucha w formie nadruku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 129- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty zawsze w serwetę koloru niebieskiego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy min. 60cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści penetrację drobnoustrojów na poziomie IB -5

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści poniższe rozmiary: M-115cm, L-127cm, XL-135cm, XXL-140cm, XXXL-145cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133- dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem z przodu w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza koszuli do porodu w rozmiarze uniwersalnym, ze względu na różne gabaryty kobiet rodzących.

Pytanie nr 134- dotyczy pakietu 4, poz. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenie paroprzepuszczalności. Oferując materiał SMS 35g/m², każdy z wykonawców będzie oferował te same właściwości materiału

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135- dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej min. 25g/2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 136- dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch L o wymiarach 115cm x 140cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 137- dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch XL o wymiarach 120cm x 150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 138- dotyczy zapisów umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary w przypadku każdego dnia zwłoki w usunięciu wad towaru oraz kary za dostarczenie towaru z krótszą datą ważności. Aktualne kary są zbyt surowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.


Pytanie nr 139- dotyczy pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszskielce.pl
www.wszskielce.pl



Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - oraz literowo.

Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Parametry strefy krytycznej: Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 155/144 kPa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB 6,0.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o poniższych wymiarach, wszystkie fartuch o wymiarach (+/-5 cm)?.

120cm, S/M

130 cm , L

150 cm , XL

170 cm , XL long

150cm, large, XXL

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140- dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta 2-warstwowa z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57 (+/-0,5) g/m², rozmiar 335x2560/200 cm z ekranem anestetycznym, otworem 33x27cm otoczonym folią chirurgiczną, z workiem na płyny, ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych;

1 szt. wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 80x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 85 (+/-1) g/m²;

1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;

1 szt. serweta dla noworodka, biała, z włókniny hydrofobowej typu spunlace, 65 g/m², rozmiar 90x90 cm;

1 szt. taśma lepna włókninowa roz. 50x9 cm

4 szt. fartuch SMMS standard roz. XL , dł. 130 cm



1 szt. serweta 90x75 cm przylepna, dwuwarstwowa folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, gramatura 57 (+/-0,5) g/m²;

40 szt. kompresy gazowe 10x10 cm przewiązane po 10 szt., 16W 17N z nitką RTG;

1 szt. tupfer gazowy, 20N, wykrój gazy 44,5x44,5 cm;

5 szt. serwety gazowe, 50x60 cm z tasiemką i znacznikiem RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, 4-warstwowe, 20-nitkowe.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do



dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu ze względu na mniejszy rozmiar otworu otoczonego folią chirurgiczną w serwecie 2-warstwowej z włókniny polipropylenowo-polietylenowej, zbyt małą gramaturę wzmocnionej osłony na stolik Mayo oraz zbyt duży rozmiar fartucha - XL. Ponadto w zestawie nie jest wymagany tupfer.

Pytanie nr 141- dotyczy pakietu 3 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200x312 cm, z ekranem anestezjologicznym, z otworem 27x33 cm w obszarze jamy brzusznej, wypełniony folią operacyjną, z workiem na płyny, ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych;

1 szt. wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 85 (+/-1) g/m²;

1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;

1 szt. serweta dla noworodka, biała, z włókniny hydrofobowej typu spunlace, 65 g/m², rozmiar 90x90 cm;

1 szt. taśma lepna włókninowa roz. 50x9 cm

4 szt. fartuch SMMS standard roz. XL dł. 130 cm

1 szt. serweta 90x75 cm przylepna, dwuwarstwowa folia polietylenowa i włóknina polipropylenowo, gramatura 57 (+/-0,5) g/m²;

40 szt. kompresy gazowe 10x10 cm przewiązane po 10 szt., 16W 17N z nitką RTG;

1 szt. tupfer gazowy, 20N, wykrój gazy 44,5x44,5 cm;

5 szt. serwety gazowe, 50x60 cm z tasiemką i znacznikiem RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, 4-warstwowe, 20-nitkowe.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu ze względu na mniejszy rozmiar otworu otoczonego folią chirurgiczną w serwecie 2-warstwowej z włókniny polipropylenowo-polietylenowej, zbyt małą gramaturę wzmocnionej osłony na stolik Mayo oraz zbyt duży rozmiar fartucha - XL. Ponadto w zestawie nie jest wymagany tupfer.

Pytanie nr 142- dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta 2-warstwowa z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57 (+/-0,5) g/m², rozmiar 335x2560/200 cm z ekranem anestezjologicznym, otworem 33x27cm otoczonym folią chirurgiczną, z workiem na płyny, ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych;

1 szt. wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 156 (+/-1) g/m²;




1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;
1 szt. serweta dla noworodka, biała, z włókniny hydrofobowej typu spunlace, 65 g/m², rozmiar 90x90 cm;
1 szt. taśma lepna włókninowa roz. 50x9 cm
4 szt. fartuch SMMS standard roz. L, dł. 130 cm
1 szt. serweta 90x75 cm przylepna, dwuwarstwowa folia polietylenowa i włóknina polipropylenowo, gramatura 57 (+/-0,5) g/m²;
40 szt. kompresy gazowe 10x10 cm przewiązane po 10 szt., 16W 17N z nitką RTG;
1 szt. tupfer gazowy, 20N, wykrój gazy 44,5x44,5 cm;
5 szt. serwety gazowe, 50x60 cm z tasiemką i znacznikiem RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, 4-warstwowe, 20-nitkowe.
Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu ze względu na mniejszy rozmiar otworu otoczonego folią chirurgiczną w serwecie 2-warstwowej z włókniny polipropylenowo-polietylenowej. Ponadto w zestawie nie jest wymagany tupfer.

Pytanie nr 143- dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200x312 cm, z ekranem anestezjologicznym, z otworem 27x33 cm w obszarze jamy brzusznej, wypełniony folią operacyjną, z workiem na płyny, ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych;
1 szt. wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 80x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 75x90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 156 (+/-1) g/m²;
1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;
1 szt. serweta dla noworodka, biała, z włókniny hydrofobowej typu spunlace, 65 g/m², rozmiar 90x90 cm;
1 szt. taśma lepna włókninowa roz. 50x9 cm
4 szt. fartuch SMMS standard roz. L, dł. 130 cm
1 szt. serweta 90x75 cm przylepna, dwuwarstwowa folia polietylenowa i włóknina polipropylenowo, gramatura 57 (+/-0,5) g/m²;
40 szt. kompresy gazowe 10x10 cm przewiązane po 10 szt., 16W 17N z nitką RTG;
1 szt. tupfer gazowy, 20N, wykrój gazy 44,5x44,5 cm;
5 szt. serwety gazowe, 50x60 cm z tasiemką i znacznikiem RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, 4-warstwowe, 20-nitkowe.
Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu ze względu na mniejszy rozmiar otworu otoczonego folią chirurgiczną w serwecie 2-warstwowej z włókniny polipropylenowo-polietylenowej. Ponadto w zestawie nie jest wymagany tupfer.

Pytanie nr 144- dotyczy pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta 230x240/260 cm, z otworem przylepnym 10x15 cm, ze zintegrowanymi nogawicami oraz z workiem na płyny z sitem, serweta polipropylenowo-polietylenowa z łatą chłonną z włókniny polipropylenowej, o gr. 57 (+/-0,5) g/m²;

1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;

1 szt. serweta 3-warstwowa 75x90 cm bez przylepca, składa się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gr. 73 (+/-1) g/m²;

1 szt. taśma mocująca rozm. 50x9cm;

4 szt. fartuch SMMS standard roz. L, dł. 130 cm.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowana serweta w rozmiarze 230x240/260 cm różni się znacząco od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 145- dotyczy pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta 230x240/260 cm, z otworem przylepnym 10x15 cm, ze zintegrowanymi nogawicami oraz z workiem na płyny z sitem, serweta polipropylenowo-polietylenowa z łatą chłonną z włókniny polipropylenowej, o gr. 57 (+/-0,5) g/m²;

1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150 cm;

1 szt. serweta 3-warstwowa 75x90 cm bez przylepca, składa się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gr. 73 (+/-1) g/m²;

1 szt. taśma mocująca rozm. 50x9cm;

4 szt. fartuch SMMS standard roz. XL, dł. 130 cm.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?.


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowana serweta w rozmiarze 230x240/260 cm różni się znacząco od wymaganych w SWZ.

Pytanie nr 146- dotyczy pakietu 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta w roz. 260x310 cm, z otworem w roz. 28x32 cm z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i otworem 10x15 cm, z klapką przesłaniającą. Serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gram. 57 (+/-0,5) g/m²

1 szt. serweta 3-warstwowa 75x90 cm bez przylepca, składa się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gr. 73 (+/-1) g/m²;



1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150cm;

4 szt. fartuch standard roz. XL, dł. 130cm;

1 szt. taśma mocująca rozm. 50x9 cm.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147- dotyczy pakietu 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta w roz. 260x310 cm, z otworem w roz. 28x32 cm z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i otworem 10x15 cm, z klapką przesłaniającą. Serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gram. 57 (+/-0,5) g/m²

1 szt. serweta 3-warstwowa 75x90 cm bez przylepca, składa się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o gr. 73 (+/-1) g/m²;

1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150cm;

4 szt. fartuch standard roz. L, dł. 130cm;

1 szt. taśma mocująca rozm. 50x9 cm.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem zestawu, numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta, do dokumentacji medycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Na kartonie etykieta w celu ułatwienia identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148- dotyczy pakietu 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm (gramatura min 60 g/m²)

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 140 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm


1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 73 (+/-1) g/m².

Odporność na przenikanie cieczy min 172 cm H₂O, materiał spełnia wymagania AAMI PB70 dla obłożeń chirurgicznych (wymagania poziom 4), laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg CFR 1610.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.



Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizacyjny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149- dotyczy pakietu 3 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na niesterylizowany, miękki, wysoko chłonny produkt medyczny o wymiarach 15x25 cm wykonany z:

- włókninowa warstwa zewnętrzna, która nie przykleja się do rany: polipropylen
- włókninowa warstwa rozpraszająca: bibuła
- rdzeń chłonny: celuloza
- włókninowa warstwa ochronna: polipropylen

Do mocowania krawędzi poprzecznych i do mocowania tylnej części stosuje się kleje topliwe.

Pakowanie: 25 sztuk w torbie z odpowiednim przeliczeniem ilości jaką wymagał zamawiający tj 4000 opak x 25 szt. Brak możliwości sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga produktu nadającego się do sterylizacji.

Pytanie nr 150- dotyczy pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 200x250 cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego 150x250 cm. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 (+/-0,5) g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, służy jako owinięcie zestawu;

1 x osłona na stół Mayo 80x145 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 75x90 cm, o gramaturze min. 59 g/m², folia polietylenowa PE, kolor zielony, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację;

1 x serweta przylepna 190x225 cm;

1 x serweta przylepna 175x300 cm;

1 x serweta przylepna 75x90 cm;

3 x serweta przylepna 90x110 cm.

Serwety poz. 3-6, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 58 g/m² (+/-1 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O.

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókna typu Spunlace o gram. min. 68 g/m², z odpychającą płyną włókna poliestru-celuloza.

Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 40g/m², łączna gramatura min. 108 g/m². Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy zakończone elastycznym poliesterowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne połączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylny plecy”- z szerokimi polami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 160/152 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 119 (+/-1) cm H₂O.

2 x kieszeń jednokomorowa przylepna 40x38 cm;


1 x rzep 2,5x20/24 cm, organizator przewodów;

2 x taśma włókninowa 9x50 cm;

1 x ręcznik do rąk 30x40 cm;

1 x podkład chłonny 60x90 cm;


1 x osłona na aparat RTG fi 120 cm, ściągnięta elastyczną gumką;



1 x miska na przewodnik 2500 ml;
1 x miska 500 ml, przezroczysta;
1 x miska 500 ml, niebieska;
5 x tuffer z gazy 40x50 cm;
20 x kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG, 16w 17n, z papierową banderolą po 5 szt.;
3 x serweta brzuszna, wykrój gazy 45x45 cm, ze znacznikiem RTG i trokiem, 6-warstwowa;
1 x dren do odsysania 30CH, 3,5 m (+/-10%), z uniwersalnymi końcówkami typu lejek/lejek;
1 x końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, 4 otwory boczne;
1 x elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcia i koagulacja, nóż do cięcia, przewód dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku;
1 x czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm;
1 kpl. x osłonki na narzędzia mikrochirurgiczne, żółte, 5 par;
1 x ostrze nr 23;
1 x ostrze nr 11;
1 x dren Redona 14CH, perforacja 15 cm;
1 x butelka Redona/Privac 400 ml, z drenem;
2 x opatrunek chłonny 10x20 cm;
2 x opatrunek chłonny 8x10 cm;
1 x pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przyklepne do stołu, zamykane;
3 x strzykawka 20 ml Luer 2-cz.;
2 x strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz.;
1 x strzykawka 3 ml Luer 3-cz.;
1 x strzykawka Janeta do płukania 100 ml;
2 x igła 21G 0,8x40 mm;
1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m², z odpychającej płyny włókniny poliestro-celuloza. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 40g/m², łączna gramatura min. 108 g/m². Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy”- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 160/152 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 119 (+/-1) cm H₂O. Fartuch owinięty w serwetę, z dwoma ręcznikami i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu.
Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Na każdym zestawie naklejka informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, nazwa producenta, nazwa zestawu, 2 z kodem kreskowy i 2 z kodem QR. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Termin ważności min. 24 mc od daty produkcji. Komponenty podlegające normie EN 13795, zgodne z tą normą. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745: min. Klasa I – sterylne. Na potwierdzenie dołączona karta danych technicznych materiałów/komponentów tj. obłożeń, fartuchów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowany skład zestawu różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.

Pytanie nr 151- dotyczy pakietu 7 poz.2



Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 200x250 cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego 150x250 cm. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 (+/-0,5) g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, służy jako owinięcie zestawu;

1 x Osłona na stolik Mayo 80x145 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 75x90 cm, o gramaturze min. 59 g/m², folia polietylenowa PE, kolor zielony, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację;

1 x Serweta U-kształtna 225x280 cm z samoprzylepnym wycięciem U, o wymiarach 10x100 cm, wzmocniona padem chłonnym o wym. 50x100 cm. Serweta w części z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 58 (+/-1) g/m² (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa), odporność na przenikanie cieczy min. 173 cm H₂O, materiał wzmocnienia wykonany z ciemno-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej; gramatura 58 (+/-1) g/m², łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 174 cm H₂O;

1 x Serweta przylepna 190x225 cm;

1 x Osłona na kończynę 33x110 cm z dwoma taśmami lepnyymi;

1 x Serweta przylepna 75 x 90 cm

2 x Serweta przylepna 110 x 90 cm

Serwety, osłona poz. 4-7, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 58 g/m² (+/-1 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O.

2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m², z odpychającej płyny włókniny poliester-celuloza.

Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 40g/m², łączna gramatura min. 108 g/m². Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy”- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 160/152 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 119 (+/-1) cm H₂O.

2 x Kieszeń foliowa przylepna 40x30 cm, jednokomorowa;

1 x Rzep 2,5x20/24 cm, organizator przewodów;

2 x Taśma włókninowa 10x50 cm;

1 x Ręcznik do rąk 30x40 cm;

1 x Podkład chłonny 60x90 cm;

1 x Osłona na aparat RTG fi 120 cm, ściągnięta elastyczną gumką;

1 x Miska na przewodnik 2500 ml;

1 x Miska 500 ml, przezroczysta;

1 x Miska 500 ml, niebieska;

5 x Tupfer z gazy 40x50 cm;

20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n, zbindowane papierową taśmą po 5 szt.;

3 x Serweta brzuszna wykrój gazy 45x45 cm, z czipem RTG, trokiem, 6-warstwowy;

1 x Dren do odsysania 30CH, 350 cm (+/-10%), z końcówkami;

1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, 4 otwory boczne;

1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcia i koagulacja, nóż do cięcia, przewód dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku;

1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm;


1 kpl. x Osłonki na narzędzia mikrochirurgiczne, żółte, 5 par;

1x Ostrze nr 23;

1 x Ostrze nr 11;



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



1 x Dren Redona 14CH, dł. 50 cm, perforacja 15 cm;
2 x Butelka Redona/Privac 400 ml, z drenem;
1 x Dren Redona 16CH, dł. 50 cm, perforacja 15 cm;
2 x Opatrunek chłonny 10x20 cm;
2 x Opatrunek chłonny 8x10 cm;
1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane;
3 x Strzykawka 20 ml Luer 2-cz.;
2 x Strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz.;
1 x Strzykawka 3 ml Luer 3-cz.;
1 x Strzykawka Janeta do płukania 100 ml;
2 x Igła 21G 0,8x40 mm;
1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m², z odpychającej płyny włókniny poliestro-celuloza. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramaturze min. 40g/m², łączna gramatura min. 108 g/m². Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne połączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy” - z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 160/152 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 119 (+/-1) cm H₂O. Fartuch owinięty w serwetę, z dwoma ręcznikami i ułożony na serwetce do owinięcia zestawu.
Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Na każdym zestawie naklejka informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, nazwa producenta, nazwa zestawu, 2 z kodem kreskowym i 2 z kodem QR. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Termin ważności min. 24 mc od daty produkcji. Komponenty podlegające normie EN 13795, zgodne z tą normą. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745: min. Klasa I – sterylne. Na potwierdzenie dołączona karta danych technicznych materiałów/komponentów tj. obłożeń, fartuchów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zaproponowany skład zestawu różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Z-ca DYREKTORA

ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Magdalena Kuśewska
INSPEKTOR

23-01-2026

Z-ca Kierownika

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

23.01.2026

RADCA PRAWNY
KL-4407

Agnieszka Zwiernowska-Lucka