

Kielce 04.02.2026 r.

znak sprawy EZ/6/2026/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostaw niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy Pakietu 1, pkt. 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje żeby koło sterujące znajdowało się pod segmentem oparcia a tym samym rezygnuje z wymogu opisanego w pkt. 19 - Koło sterujące od strony stóp pacjenta?

Zastosowanie jednocześnie koła sterującego pod segmentem oparcia oraz od strony stóp pacjenta jest technologicznie niemożliwe. Koło sterujące pod segmentem oparcia to najczęściej wybierane rozwiązanie ze względów praktycznych i użytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2- dotyczy Pakietu 1, pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac o maksymalnym obciążeniu roboczym wynoszącym 250 kg, co jest parametrem lepszym niż wymagany?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3- dotyczy Pakietu 1, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża w zakresie min. 39 – 82 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4- dotyczy Pakietu 1, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami PP lub ABS lub lamelami. Konstrukcja zapewniająca prześwit min. 17, cm pod łóżkiem w każdym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podzielone na min. 4 segmenty z czego 3 ruchome, segmenty leża wypełnione płytami PP lub ABS lub lamelami, natomiast nie dopuszcza konstrukcji zapewniającej prześwit min. 17, cm pod łóżkiem w każdym punkcie.

Pytanie 5- dotyczy Pakietu 1, pkt. 7

Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) sekcji kolan bez 5 sekundowego opóźnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6- dotyczy Pakietu 1, pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści materac z pianki wysokoplastycznej wyposażony w 2 warstwy ze wzmocnionymi krawędziami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7- dotyczy Pakietu 1, pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści gęstość pianki materaca z pianki viskoelastycznej w górnej warstwie na całej długości w strefie tułowia i głowy i pięt min 50 kg/m³?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8- dotyczy Pakietu 1, pkt.40

Czy Zamawiający dopuści by kształt warstwy viskoelastyczną od dołu był falisty umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią materaca na styku z warstwą dolną PUR dzięki czemu będzie odprowadzana wilgoć i ciepło na boki materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9- dotyczy pakietu 2, poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym sterowanie odbywa się za pomocą przycisków nożnych (otwieranie i zamykanie komory, wybór cyklu)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - dotyczy pakietu 2, poz. 7, 10, 11, 12,

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory: 400mm x 500 x 350mm, wymiarach całkowitych: szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm (1434mm przy otwartej pokrywie) nieznacznie różniących się od wymaganych, wadze 94kg, posiadające solidną konstrukcję - w całości wykonane ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną, bez elementów z tworzywa sztucznego antybakteryjnego? Zgodnie z pozyskaną wiedzą myjnia dezynfektor o takich wymiarach jest możliwa do zainstalowania w każdym z brudowników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11- dotyczy pakietu 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające dezynfekcję termiczną bądź chemiczno-termiczną, w którym po fazie mycia i dezynfekcji następuje chłodzenie komory zimną wodą oraz automatycznie otwarcie pokrywy przyspieszające wysychanie naczyń? Schładzanie zimną wodą po procesie dezynfekcji przyspiesza wysychanie naczyń i jest parametrem równoważnym do płukania ciepłą wodą, która nie odgrywa już żadnej roli w procesie dezynfekcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12- dotyczy pakietu 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniającą wysoką jakość mycia i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych rozmieszczonych na dnie i ścianach komory?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13- dotyczy pakietu 2, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy generatora/mocy całkowitej 3kW, z zasilaniem 400V które umożliwi uzyskanie lepszych parametrów mycia i dezynfekcji m.in. skrócenie czasu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14- dotyczy pakietu 2, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z opływem 100Ø, wymagające min przepływu wody 16l/min, 1bar, posiadające zbiornik wody o odmiennie od wymaganej pojemności dostosowanej do zużycia wody i cyklu mycia oraz dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15- dotyczy pakietu 2, poz. 24, 30

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 24, 30 wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16- dotyczy pakietu 2, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LED informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze, usterkach,/błędach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17- dotyczy pakietu 2

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu? Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18- dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu o 180°? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19- dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby ręcznego wylewania wydalín ludzkich obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory jak wymaga tego norma EN 15883? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20- dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra 20l, pojemniki na dobową zbiórkę moczu, kosz na drobne elementy (np. pokrywki od kacek) itp.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21- dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22- dotyczy pakietu 1, poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka o długości 222 cm (+/- 1 cm).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23- dotyczy pakietu 1, poz.4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację wysokości leża w zakresie od 38,5 cm (+/- 1 cm) do 78,5 cm (+/- 1 cm), która różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24- dotyczy pakietu 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, które posiada konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 17 cm w każdym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 25- dotyczy pakietu 1, poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przy dwóch segmentach tworzywowe ograniczniki (2 szt. po obu stronach leża), zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między matercem a barierkami bocznymi? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26- dotyczy pakietu 1, poz.7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców z „podwójną” funkcją autokontur - podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje jednocześnie uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud z dedykowanymi przyciskami do regulacji funkcji autokontur. Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 27- dotyczy pakietu 1, poz.8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zakresu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 65° (+/- 5°), który jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28- dotyczy pakietu 1, poz. 13

Prosimy (w pkt. 13) o wyrażenie zgody na zaoferowanie zakresu regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -17° / +17° (+/- 2°), który jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 29- dotyczy pakietu 1, poz. 16

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego 4 pojedyncze kółka 150 mm, w tym jedno koło antystatyczne. Zastosowanie jednego koła antystatycznego jest wystarczające, aby zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a następnie bezpiecznie odprowadzać je do podłoża, chroniąc tym samym wrażliwe komponenty elektroniczne i pracowników przed wyładowaniami, które mogą uszkodzić sprzęt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30- dotyczy pakietu 1, poz. 23

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka, w którym przestrzeń niezbędna na opuszczenie / podniesienie barierki bocznych to ok. 12 cm z każdej strony. Jest to parametr, który w żaden sposób nie pogarsza walorów funkcjonalno – użytkowych łóżka, tym bardziej że zawsze pomiędzy łóżkami stojącymi na salach zachowana jest przestrzeń potrzebna m.in. do wykonywania procedur medycznych

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.

przez personel (łóżka nigdy nie stoją „jedno przy drugim”). Oferowane rozwiązanie jest tak zaprojektowane, aby nie utrudniać pracy personelu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 31- dotyczy pakietu 1, poz. 28

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze 275 kg, ponieważ jest to parametr znacznie lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32- dotyczy pakietu 1, poz. 29

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V 50-60 Hz. Jest to parametr, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33- dotyczy pakietu 1, poz. 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę odstąpienie od parametrów wymaganych w pkt. 29 i 30?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32. Zamawiający podtrzymuje wymóg w pkt. 30.

Pytanie 34- dotyczy pakietu 1, poz. 32

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca przewidzianego do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów dorosłych średniego i wysokiego ryzyka powstawania odleżyn (do II stopnia).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35- dotyczy pakietu 1, poz. 36

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pokrowca wykonanego z poliestru (60%) z ognioodporną powłoką poliuretanową (40%).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Pytanie 36- dotyczy pakietu 1, poz. 39

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca wykonanego z strefie tułowia z pianki 85 kg/m³, w strefie głowy/pleców i nóg/pięt z pianki 50 kg/m³.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 37- dotyczy pakietu 1, poz. 40

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca posiadającego w strefie głowy/pleców oraz nóg/pięt wypustki umożliwiające przepływ powietrza pod powierzchnią materaca, strefa nóg/pięt z pianki o niższej gęstości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38- dotyczy pakietu 1, poz. 41

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o łącznej wysokości 15 cm (pianka wysokoplastyczna 5 cm, pianka podstawowa 10 cm).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Pytanie 39- dotyczy pakietu 1, poz. 42, 45

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca posiadającego nośność masy pacjenta 230 kg zapewniająca właściwości prewencyjne, parametr 230 kg jest jednocześnie bezpiecznym obciążeniem roboczym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40- dotyczy pakietu 1, poz. 43

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o konstrukcji ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie pościeli z tzw. ściętymi narożnikami – zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, ale

bez konieczności podawania parametrów ścięcia narożników, ze względu na to, że każdy producent posiada inną technologię wykonania tego rodzaju materaca i w tym przypadku bezzasadnym wydaje się być narzucanie konkretnych wymiarów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41- dotyczy pakietu 1, poz. 44

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca, w którym dolna część tj. podstawa piankowa posiada w pięciu miejscach nacięcia ułatwiające dopasowanie się materaca do funkcji motorycznych łóżka w tym w szczególności tzw. funkcji autoregresji segmentu oparcia placów – cofanie się segmentu oparcia w kierunku szczytu od strony głowy. Oferowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42- dotyczy pakietu 1, poz. 47

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o szerokości 85 cm – dopasowanej do leża zaoferowanego łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Pytanie 43- dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie 1 basenu wraz z pokrywką i 2 kaczek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44- dotyczy pakietu 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w bezdotykowe otwieranie komory mycia przy pomocy przycisku nożnego? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ. Wymaganie konkretnego rozwiązania technicznego (ultrasoniczny czujnik nożny) jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45- dotyczy pakietu 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w bezdotykowe otwieranie i zamykanie komory mycia przy pomocy przycisku nożnego? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46- dotyczy pakietu 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w automatyczne uruchamianie cyklu, bez konieczności używania jakiegokolwiek czujnika? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47- dotyczy pakietu 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej? Jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż opisana w SWZ myjnia z plastikową pokrywą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48- dotyczy pakietu 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system dysz natryskowych (stałych i obrotowych). Podanie dokładnej ilości i rodzaju dysz jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenie, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49- dotyczy pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej? Jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż opisana w SWZ myjnia z plastikową pokrywą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50- dotyczy pakietu 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach całkowitych 600 x 1.280 x 610mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51- dotyczy pakietu 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach całkowitych 600 x 1.280 x 610mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52- dotyczy pakietu 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię od frontu, co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez wiodących producentów myjni do kaczek i basenów i co najmniej równie ergonomiczne jak załadunek od góry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 53- dotyczy pakietu 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w generator pary o mocy 9kW? Wyższa moc pozwala na skrócenie czasu trwania procesu, nie ma natomiast wpływu na zużycie energii elektrycznej przez urządzenie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54- dotyczy pakietu 2, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55- dotyczy pakietu 2, poz. 18

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając poziom głośności 70dB? Urządzenia tego typu montowane są w pomieszczeniach koło sal chorych lub w izolatkach i hałas generowany przez myjnię może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów. Urządzenia wiodących producentów generują hałas na poziomie <50dB, co oznacza, że są 6-8 razy cichsze niż opisane w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głośność urządzenia na poziomie <50dB.

Pytanie 56- dotyczy pakietu 2, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wymagającą odpływu min. 90mm? W myjni takiej z założenia myte są naczynia wraz z zawartością i np. duża ilość papieru toaletowego może spowodować zablokowanie odpływu o średnicy 75mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57- dotyczy pakietu 2, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wymagającą czyszczenia odpływu co 24h? Oferowane przez nas myjnię przeprowadzają proces dezynfekcji termicznej całego układu hydraulicznego (łącznie z odpływem) podczas każdego cyklu mycia naczyń. Opisane rozwiązanie generuje niepotrzebne koszty dla Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58- dotyczy pakietu 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w wyświetlacz LCD informujący o najważniejszych parametrach cyklu mycia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59- dotyczy pakietu 2, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w sygnalizację błędów na wyświetlaczu LCD, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym i bardziej funkcjonalnym niż opisana sygnalizacja za pomocą diod?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60- dotyczy pakietu 2, poz. 30

Czy Zamawiający pisząc o możliwości konfiguracji ma na myśli aby to użytkownik miał możliwość konfiguracji tego typu ustawień czy też to serwis powinien móc skonfigurować urządzenie pod potrzeby użytkownika?

Odpowiedź: Użytkownik ma mieć możliwość konfiguracji tego typu ustawień. Wszelkie kody serwisowe oraz hasła Wykonawca prześle Zamawiającemu, zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 61- dotyczy pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę o pojemności użytecznej 146l, pozwalającą na umieszczenie wymaganych w p. 39 i 40 wózków wsadowych? Wielkość komory nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia, którą warunkują wózki wsadowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62- dotyczy pakietu 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 850mm, co nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63- dotyczy pakietu 3, poz.8

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dwa przyłącza wodne, do wody zimnej i zdemineralizowanej? W myjniach narzędziowych nie stosuje się przyłącza ciepłej wody surowej, gdyż powoduje to osadzanie się na komorze i mytych narzędziach osadów mineralnych z wody

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64- dotyczy pakietu 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w port równoległy pozwalający na zapis archiwów myjni bezpośrednio na komputer klasy PC lub zmianę parametrów pracy urządzenia? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisany w SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65- dotyczy pakietu 3, poz.13

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system zmiennych kolorów? Rozwiązanie takie stosowane jest w dużych myjniach, używanych w działach Centralnej Sterylizacji, nie w małych myjniach podblatowych ustawianych na oddziałach

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66- dotyczy pakietu 3, poz.14

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 15 programów mycia i dezynfekcji? Wymóg posiadania przez myjnię min. 40 programów nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, gdyż w tego typu urządzeniach, stosowanych na oddziałach, używane są max. 3-4 programy mycia i dezynfekcji. Większość narzędzi i tak trafia do Centralnej Sterylizacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67- dotyczy pakietu 3, poz.17

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dwa czujniki temperatury umieszczone zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883 w miejscu o najniższym rozkładzie temperatury?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68- dotyczy pakietu 3, poz.19

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w monochromatyczny wyświetlacz graficzny współpracujący z panelem sterującym myjni wyposażony w przyciski typu Soft Touch?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69- dotyczy pakietu 3, poz. 22

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z myjnią oprogramowania opisanego w p. 22 SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie myjni bez oprogramowania opisanego w pkt. 22

Pytanie 70- dotyczy pakietu 3, poz. 23

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zainstalowania opisanego oprogramowania na zewnętrznym komputerze klasy PC? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych komputera, na którym powinno zostać zainstalowane oprogramowanie opisane w p. 23

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69.

Pytanie 71- dotyczy pakietu 3, poz. 35

Ponieważ w p. 41 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią zewnętrznej stacji uzdatniania wody, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 35 jako nie mającego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72- dotyczy pakietu 3, poz.36

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 2 pompy oraz możliwość zainstalowania dodatkowej (3) pompy? W przypadku myjni stosowanych na oddziałach, głównie do mycia obuwia operacyjnego, wymóg 4 pomp nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73- dotyczy zapisów SWZ

Dotyczy części I SWZ, punkt 12, podpunkt c) (przedmiotowe środki dowodowe – foldery / katalogi / ulotki), pakiet nr 5: Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi stworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłożenie oświadczenia dotyczącego wszystkich parametrów w opisach oferowanego sprzętu, jednakże dopuszcza oświadczenie w przypadku braku częściowych opisów w katalogach producenta.

Pytanie 74- dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 2, lit a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 75- dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 3

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy,

ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 76- dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 4 na zapis następującej treści: W przypadku 3 kolejno powtarzających się napraw gwarancyjnych tego samego elementu/modułu, sprzęt nadal nie spełnia funkcji do jakich jest przeznaczony lub wady albo istotne usterki się powtarzają. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/modułu na fabrycznie nowy wolny od wad na własny koszt. W przypadku wymiany elementu/modułu termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru nowego elementu/modułu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 77- dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 9

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 78- dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 11

Mając na względzie fakt, iż rękojmią jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 79- dotyczy wzoru umowy § 7

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: „Gwarancją nie są objęte:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 80- dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 lit b)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na:

b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,1% wartości brutto urządzenia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 81- dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 82- dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 83- dotyczy pakietu 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 5,5 kg? Stanowi to niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84- dotyczy pakietu 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych? Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85- dotyczy pakietu 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w tryb nocny zapewniający obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów, a także możliwość wyłączenia głośności skurczu i zakończenia NIBP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86- dotyczy pakietu 5, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści ekran dużych pól z wyświetlaniem wartości numerycznych oraz krzywych dynamicznych wszystkich parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87- dotyczy pakietu 5, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 88- dotyczy pakietu 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przyciski ekranowe najważniejszych i najczęściej używanych funkcji znajdujące się w menu głównym, bez możliwości ich modyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 89- dotyczy pakietu 5, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 90- dotyczy pakietu 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuść kardiomonitor bez kalkulatora dawek leków?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 91- dotyczy pakietu 5, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania 4 godziny do 90% pojemności akumulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92- dotyczy pakietu 5, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści pamięć i prezentację trendów graficznych mierzonych parametrów z 168 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93- dotyczy pakietu 5, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści jednoczesną prezentację minimum trzech parametrów w trendzie graficznym, realizowaną w jednym oknie, zamiast dwóch niezależnych oknach trendów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94- dotyczy pakietu 5, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością prezentacji jednocześnie 11 parametrów z możliwością prezentacji dodatkowych parametrów po przełączeniu zakładek? Taka forma prezentacji zwiększa czytelność i umożliwia prezentację większej ilości danych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 95- dotyczy pakietu 5, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści zapis ciągły do 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 96- dotyczy pakietu 5, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści zapis ciągły krzywych EKG, SpO2, IBP i RESP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97- dotyczy pakietu 5, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie -po naciśnięciu odpowiedniego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 98- dotyczy pakietu 5, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez oddzielnej pamięci zdarzeń arytmii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 99- dotyczy pakietu 5, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez dedykowanej pamięci odcinka ST natomiast zmierzonych z pamięci ostatnich 168 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 100- dotyczy pakietu 5, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101- dotyczy pakietu 5, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 102- dotyczy pakietu 5, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 103- dotyczy pakietu 5, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 104- dotyczy pakietu 5, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający monitorowanie 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną w zależności od użytego przewodu EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105- dotyczy pakietu 5, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości akcji serca w zakresie 20-300 ud/min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106- dotyczy pakietu 5, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 107- dotyczy pakietu 5, poz. 49

Czy Zamawiający będzie wymagał analizy odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 108- dotyczy pakietu 5, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści pomiar ST w zakresie od -20 do (+) 20 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109- dotyczy pakietu 5, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110- dotyczy pakietu 5, poz. 51

Czy Zamawiający uzna za spełnienie możliwość ustawienia szerokości QRS: wąski (stosowany u pacjentów noworodkowych i pediatrycznych) oraz normalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 111- dotyczy pakietu 5, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany algorytm analizy arytmii zapewniający wykrywanie 19 rodzajów zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.: VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF? Zwracamy uwagę na fakt, iż niektórzy producenci kardiomonitorów w sposób sztuczny zawyżają liczbę rozpoznawanych arytmii poprzez umieszczanie na niej takich alarmów jak np.: stymulator nie przechwytuje lub zakończenie migotania przedsionków – które nie są faktycznymi arytmiami, a zabieg ten ma na celu wyłącznie utrudnianie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112- dotyczy pakietu 5, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 113- dotyczy pakietu 5, poz. 55

Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechu w zakresie 0-120 odd./min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114- dotyczy pakietu 5, poz. 55

Czy Zamawiający dopuści alarm bezdechu regulowany w zakresie 3-30 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115- dotyczy pakietu 5, poz. 57

Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny, regulowany w zakresie 1 min – 2 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 116- dotyczy pakietu 5, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 117- dotyczy pakietu 5, poz. 60

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 118- dotyczy pakietu 5, poz. 61

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 119- dotyczy pakietu 5, poz. 62

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 120- dotyczy pakietu 5, poz. 63

Czy Zamawiający dopuści pomiar pulsu w zakresie 30-250 ud./min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121- dotyczy pakietu 5, poz. 64

Czy Zamawiający uzna za spełnienie możliwość wyboru odpowiedzi SPO2 między normalną a szybką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122- dotyczy pakietu 5, poz. 66

Czy Zamawiający dopuści prezentację wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123- dotyczy pakietu 5, poz. 67

Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 10-45°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124- dotyczy pakietu 5, poz. 68

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyświetlania różnicy temperatury?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125- dotyczy pakietu 5, poz. 69

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126- dotyczy pakietu 5, poz. 70

Czy Zamawiający dopuści inwazyjny pomiar ciśnienia krwi w zakresie od – 40 do +320 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127- dotyczy pakietu 5, poz. 72

Czy Zamawiający dopuści pomiar CO2 wyłącznie w strumieniu bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 128- dotyczy pakietu 5, poz. 73

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości oddechu od 4 do 80 oddechów/min oraz czas rozgrzewania urządzenia wynoszący 1 minutę od uruchomienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 129- dotyczy pakietu 5, poz. 74

Czy Zamawiający dopuści pomiar CO2 wyłącznie w strumieniu bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 130- dotyczy pakietu 5, poz. 75

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131- dotyczy pakietu 5, poz. 76

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji wyświetlania GCS (Glasgow Coma Scale)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 132- dotyczy pakietu 5, poz. 78

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 133- dotyczy pakietu 5, poz. 79

Czy Zamawiający dopuści brak funkcji wyszukiwania danych pacjenta z poziomu monitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 134- dotyczy pakietu 5, poz. 80

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności mankiet dla dorosłych (mały) o zakresie obwodu kończyn 17-25 cm i mankiet dla noworodków o zakresie obwodu 8-13 cm oraz dla dzieci o zakresie 12-19 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

INFORMACJA O OMYŁCE PISARSKIEJ

Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w części I – Wytyczne dla Wykonawcy, pkt 7. Poprawa polega na sprostowaniu nazwy Pakietu 7 i nie ma wpływu na pozostałe zapisy dokumentacji zamówienia, w tym na wymagane parametry.

Było:

Pakiet 7	Wideolaryngoskop-1 kpl.
----------	-------------------------

Jest:

Pakiet 7	Wideokolposkop (1 kpl.)
----------	-------------------------

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320), przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 16.02.2026r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 16.02.2026r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt. 23 SWZ- Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.03.2026r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem minimalnych parametrów i warunków technicznych danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Krzysztof Jan Saks
Radca Prawny
WA - 13940

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
2026-02-06

Z-ca DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska
2026-02-06

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516
magdalena.kuszewska@wszkielce.pl

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
2026-02-06
Bartosz Stemplewski