

Kielce 04.03.2026 r.

EZ/39/2026/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „**Sukcesywne dostawy miejscowego kleju tkankowego oraz środków hemostatycznych z aplikatorami laparoskopowymi dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1, pakiet 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Działanie hemostatyczne i przeciwrostowe potwierdzone badaniami. Opakowanie zawierające 5x fiolkę z proszkiem 1g, 2g, 3g, 5g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 2, pakiet 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, aplikator do zabiegów laparoskopowych, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło x 5 szt./op. Kompatybilny z poz. 1-4, tego samego producenta. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga aplikatora posiadającego otwór boczny, umożliwiający precyzyjną aplikację proszku. Konstrukcja aplikatora musi zapewniać operatorowi precyzyjne podanie proszku dokładnie w miejsce krwawienia, co jest kluczowe z punktu widzenia Zamawiającego.

Pytanie 3, pakiet 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, aplikator do zabiegów laparoskopowych, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem



zamykającym światło x 5 szt./op. Kompatybilny z poz. 1-4, tego samego producenta. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, pakiet 2, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, aplikator elastyczny do krwawiących, trudno dostępnych miejsc, o długości 18 cm umożliwiający dotarcie w najtrudniejsze miejsca ze względu na możliwość zginania wielokierunkowego. Atraumatyczna końcówka x 5 szt./op. Kompatybilny z poz. 1-4, tego samego producenta. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, pakiet 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator endoskopowy składający się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowanie powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g. Kompatybilny z poz. 1-4, tego samego producenta, umożliwia większą efektywność procedury poprzez dodanie nowej butelki z proszkiem z pozycji 1-4 i użycie tego samego zestawu. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zestawu wykorzystującego system insuflacji CO₂ ze źródła (insuflatora) CO₂. Wymóg ten ma charakter kluczowy i wynika bezpośrednio z przesłanek klinicznych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Insuflacja CO₂ jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w porównaniu z insuflacją powietrzem. Dwutlenek węgla wchłania się z przewodu pokarmowego około 150 razy szybciej niż powietrze, co przekłada się na:

- mniejsze ryzyko rozdzęcia jelit,
- zmniejszenie ryzyka powikłań,

Zastosowanie systemu opartego na powietrzu z pompki ręcznej nie zapewnia równoważnego poziomu bezpieczeństwa klinicznego.



Pytanie 6, pakiet 2, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważny, zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator endoskopowy składający się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowanie powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 5g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 5g. Kompatybilny z poz. 1-4, tego samego producenta, umożliwia większą efektywność procedury poprzez dodanie nowej butelki z proszkiem z pozycji 1-4 i użycie tego samego zestawu. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zestawu wykorzystującego system insuflacji CO₂ ze źródła (insuflatora) CO₂. Wymóg ten ma charakter kluczowy i wynika bezpośrednio z przesłanek klinicznych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Insuflacja CO₂ jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w porównaniu z insuflacją powietrzem. Dwutlenek węgla wchłania się z przewodu pokarmowego około 150 razy szybciej niż powietrze, co przekłada się na:

- mniejsze ryzyko rozdzęcia jelit,
- zmniejszenie ryzyka powikłań,

Zastosowanie systemu opartego na powietrzu z pompki ręcznej nie zapewnia równoważnego poziomu bezpieczeństwa klinicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszskielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
mgr Edyta Kwaśniewska

05-03-2026
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517

e-mail: wioleta.strozyk@wszskielce.pl

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

05.03.2016

2026
Z-ca DYREKTORA
działu zamówień publicznych

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

Bartosz Stempiewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-03-05

