


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce, dn. 09.03.2026r

EZ/51/2026/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „**Sukcesywne dostawy strzykawek do przepłukiwania NaCL dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie 0,9 % NaCl z tłokiem z ogranicznikiem zgodnym z normą ISO 7886-1 uniemożliwiającym wysunięcie i kontaminację tłoka podczas przygotowywania strzykawki do przepłukania, wyposażonych w nakładany koreczek o długości 10 mm zgodny z normą PN EN ISO 80369-7. na opakowaniu zbiorczym napis w języku polskim” “wstępnie napełniona normalna strzykawka do płukania jest urządzeniem stosowanym w płukanych zestawach do podawania dożylnego i w urządzeniach do dostępu dożylnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodu kolorystycznego (dla odróżnienia od strzykawek ze sterylną drogą płynu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez kodu kolorystycznego.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie 0,9 % NaCL o poj. 10 ml , skala na strzykawce do 10 ml, z wypełnieniem 10 ml, średnica strzykawki jak strzykawki o poj. 10 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie 0,9 % NaCL o poj. 12 ml , skala na strzykawce do 5 ml, z wypełnieniem 5 ml, średnica strzykawki jak strzykawki o poj. 10 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie 0,9 % NaCL o poj. 12 ml , skala na strzykawce do 10 ml, z wypełnieniem 3 ml, średnica strzykawki jak strzykawki o poj. 10 ml.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Strzykawkę do przepłukiwania fabrycznie napełnioną izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. zawartość sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Skala max 10 ml, skalowana co 0,5ml, wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka o średnicy cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń), Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w nakręcany korek, długi minimum 18 mm,. Korek posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegające przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana radiacyjnie, okres ważności minimum 24 m-ce, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Strzykawkę do przepłukiwania fabrycznie napełnioną izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml. zawartość sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Skala max 5 ml, skalowana co 0,5ml, wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka o średnicy cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w nakręcany korek, długi minimum 18 mm,. Korek posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegające przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana radiacyjnie, okres ważności minimum 24 m-ce, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Strzykawkę do przepłukiwania fabrycznie napełnioną izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml. zawartość sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Skala max 3 ml, skalowana co 0,5ml, wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka o średnicy cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w nakręcany korek, długi minimum 18 mm,. Korek posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegające przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana radiacyjnie, okres ważności minimum 24 m-ce, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 10 ml, napętnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, oraz bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego” z informacją na strzykawce „Tylko do płukania”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 5 ml, napętnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, oraz bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego” z informacją na strzykawce „Tylko do płukania”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11


Dot. Pakietu nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 3 ml, napętnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, oraz bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego” z informacją na strzykawce „Tylko do płukania”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12**Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do przepłukiwania napełnione fabrycznie roztworem 0,9% NaCl posiadały klasę medyczną minimum IIb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

09-03-2026

2026-03-09
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

Patrycja Aleksandrowicz

Racjonalizacja

09.03.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Z-CA DYREKTORA

ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/30-33-516, fax: 41/366-00-14

e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl