



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszskielce.pl
www.wszskielce.pl



Kielce, dn. 10.03.2026r

EZ/51/2026/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na „**Sukcesywne dostawy strzykawek do przepłukiwania NaCl dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 13

Dot. pakietu 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 10 ml, napęlnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, z informacją na strzykawce „Tylko do płukania” oraz bez informacji na najmniejszym opakowaniu zbiorczym: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”, z instrukcją obsługi w najmniejszym opakowaniu zbiorczym zawierającą informację: „Strzykawka napęlniona fabrycznie roztworem soli fizjologicznej przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania urządzeń dostępu naczyniowego (VAD) w celu utrzymania ich drożności”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 5 ml, napęlnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, z informacją na strzykawce „Tylko do płukania” oraz bez informacji na najmniejszym opakowaniu zbiorczym: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”, z instrukcją obsługi w najmniejszym opakowaniu zbiorczym zawierającą informację: „Strzykawka napęlniona fabrycznie roztworem soli fizjologicznej przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania urządzeń dostępu naczyniowego (VAD) w celu utrzymania ich drożności”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o



innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnej, strzykawki do przepłukiwania o poj. 3 ml, napełnionej fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, bez informacji na jednostkowym opakowaniu: „Nie używać w sterylnym polu”, z informacją na strzykawce „Tylko do płukania” oraz bez informacji na najmniejszym opakowaniu zbiorczym: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”, z instrukcją obsługi w najmniejszym opakowaniu zbiorczym zawierającą informację: „Strzykawka napełniona fabrycznie roztworem soli fizjologicznej przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania urządzeń dostępu naczyniowego (VAD) w celu utrzymania ich drożności”, takie jak obecnie stosowane w placówce, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowana strzykawka nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, a różnice nie wpływają niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Równoważny bowiem jest produkt o innej nazwie handlowej z parametrami i rozwiązaniami technicznymi bądź użytkowymi, które w praktyce pełnią te same funkcje, jakich Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do przepłukiwania napełnione fabrycznie roztworem 0,9% NaCl posiadały klasę medyczną minimum IIb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 17

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez informacji „nie używać w sterylnym polu” na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 1


Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze bez informacji „przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kodu kolorystycznego na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez informacji „nie używać w sterylnym polu” na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze bez informacji „przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kodu kolorystycznego na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez informacji „nie używać w sterylnym polu” na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze bez informacji „przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kodu kolorystycznego na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10-03-2026
Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

Patrycja Aleksandrowicz
Rada Prawny
KI-1400

2026-03-10
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Marcin Martyniak

10-03-2026
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-516, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl

