

Kielce, dnia 10.03.2026 r.

Znak sprawy: EZ/41/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni**, znak sprawy: EZ/41/2026/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 3- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 12 STE wyposażony w wózek załadunkowy wyposażony w 2 półki, z czego 1 jest regulowana? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wysokości załadunkowej 80cm? Po względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne niż opisane w SWZ max. 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o szerokości 996mm wymagający przestrzeni serwisowej min. 600mm co i tak pozwala na ustawienie większej ilości urządzeń w stosunku do wymiarów zewnętrznych podanych w p. 16 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 8 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 9 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 12 jednostek sterylizacyjnych i wymiarach zewnętrznych 996 x 2.338 x 1.954mm? Oferowane urządzenia mogą zostać swobodnie zainstalowane na terenie projektowanej CS

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza swobodnej lokalizacji urządzeń, powinny one być zabudowane trwale między częścią czystą a sterylną, w kwestii wymiarów całość musi być zaprojektowane ergonomicznie i funkcjonalnie aby nieograniczać wózków załadowniczych i wyładowniczych - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 10 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o pojemności 12 STE i wymiarach 670 x 1.998 x 670mm? Pod względem funkcjonalnym proponowana komora jest identyczna z opisaną w SWZ. Opisane w p. 17 Załącznika 2.3 wymiary komory odpowiadają wymiarom komory sterylizatora Selectomat 9612 oferowanego przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 11 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz.18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe wymagania w zakresie wykonania ze stali kwasoodpornej są obowiązujące- dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 12 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w automatycznie otwierane i zamykane drzwi komory przesuwne pionowo? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 13 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 14 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 22- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklarację producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 115 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 28- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 16 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 17 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 33- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej? Przy proponowanej szerokości 996mm nie ma fizycznej możliwości umieszczenia ekranu o przekątnej 10" obok komory. Z doświadczenia wiemy, iż ekran 7" jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 18 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 35- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7" po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 19 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 42,1 „konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej min. A304., 3 ażurowe półki wózka, jedna lub dwie o regulowanej wysokości położenia „- Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 3 Zamawiający dopuści do oceny wózek spełniający wymagania postawione w p. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ.

Pytanie 20 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 42.2- Prosimy o potwierdzenie, iż podana wartość transportu dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podana wartość transportu dotyczy wpelni załadowanego wózka wsadowego - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ.

Pytanie 21 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. poz. 42.2- Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość transportu układu rozładunku sterylizatora

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał deklaracji producenta - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 22 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 12 STE

Dot. 42.3- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc: „tor transportowy połączony ze sterylizatorem na stałe ale umożliwiającą podjęcie prac konserwacyjnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje żeby tor transportowy był na stałe połączony ze sterylizatorem podczas eksploatacji w taki sposób żeby umożliwić dostęp do prac konserwacyjnych - dotyczy załącznika nr. 2.1 do SWZ

Pytanie 23 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator posiadający dostęp serwisowy z boku? Oferowane przez nas urządzenia należą do największych na rynku i ich szerokość pozwala na ustawienie ich w planowanej CS mimo posiadania przestrzeni serwisowej z boku urządzenia. Przestrzeń taka (wspólna dla dwóch sterylizatorów) służy nie tylko do dostępu serwisowego ale pozwala również na lepsze rozpraszanie ciepła emitowanego przez urządzenia, co ma wpływ na ich mniejszą awaryjność i dłuższy okres użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 24 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 25 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SW

Pytanie 26 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 27 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 28 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga – dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 29 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o wymiarach 670 x 1.296 x 670mm i pojemności 8STE? Oferowane wymiary w minimalnym stopniu (4mm) odbiegają od zapisów SWZ, co nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Jednocześnie sterylizator umożliwia sterylizację 8 jednostek wsadowych w jednym cyklu, zgodnie z wymogami p. 1 Załącznika 2.4 do SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 30 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe wymagania w zakresie wykonania ze stali kwasoodpornej są obowiązujące. – dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 31 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 32 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklarację producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 33 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 27- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego -- dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 34 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt 29- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 35 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 32- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 36 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 32- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran umieszczony na ergonomicznej wysokości obok komory sterylizacyjnej. Niektórzy producenci umieszczają ekrany sterownika nad komorą sterylizacyjną, przez co są one trudne do obsługi przez osoby niższego wzrostu, a ponadto narażone są na działanie wysokiej temperatury w momencie otwarcia drzwi komory, co może prowadzić do częstszych awarii sterownika, a co za tym idzie wyłączać urządzenie z eksploatacji i narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 37 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. 34- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7” umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7” po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 38 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. 37- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy maksymalnej 51kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ i nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 39 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 44.2- Prosimy o potwierdzenie, iż podana wartość transportu dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 40 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE Dot. pkt. 44.2- Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość transportu układu rozładunku sterylizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał deklaracji producenta- dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 41 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 8 STE

Dot. poz. 44.3- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc: „tor transportowy połączony ze sterylizatorem na stałe ale umożliwiający podjęcie prac konserwacyjnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje żeby tor transportowy był na stałe połączony ze sterylizatorem podczas eksploatacji w taki sposób żeby umożliwić dostęp do prac konserwacyjnych - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 42 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator posiadający dostęp serwisowy z boku? Oferowane przez nas urządzenia należą do największych na rynku i ich szerokość pozwala na ustawienie ich w planowanej CS mimo posiadania przestrzeni serwisowej z boku urządzenia. Przestrzeń taka (wspólna dla dwóch sterylizatorów) służy nie tylko do dostępu serwisowego ale pozwala również na lepsze rozpraszanie ciepła emitowanego przez urządzenia, co ma wpływ na ich mniejszą awaryjność i dłuższy okres użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 43 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 44 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 45 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 46 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 47 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o

odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 48 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach 996 x 1.336 x 1.954mm, co nieznacznie odbiega od zapisu SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 49 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe wymagania w zakresie wykonania ze stali kwasoodpornej są obowiązujące. – dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 50 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 51 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklarację producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 52 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 28- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego -- dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 53 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 54 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 33- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 55 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 33- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran umieszczony na ergonomicznej wysokości obok komory sterylizacyjnej. Niektórzy producenci umieszczają ekrany sterownika nad komorą sterylizacyjną, przez co są one trudne do obsługi przez osoby niższego wzrostu, a ponadto narażone są na działanie wysokiej temperatury w momencie otwarcia drzwi komory, co może prowadzić do częstszych awarii sterownika, a co za tym idzie wyłączać urządzenie z eksploatacji i narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 56 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7" po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 57 Dotyczy pakietu nr 1 Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 38- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy maksymalnej 39kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ i nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 58 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie nie wyposażoną w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do

urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 59 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 60 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 61 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający równolegle prowadzi postępowanie dotyczące systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego skoro Zamawiający i tak będzie archiwizował w postaci cyfrowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 62 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę o długości 2.200mm? Wprowadzanie ograniczeń wielkości komory nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, wskazuje natomiast na konkretne rozwiązania jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 63 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w zbiornik do odzysku wody o pojemności 120l? Oferowana przez nas myjnia zużywa znacznie mniej wody na jedną fazę cyklu, nie ma więc potrzeby by wyposażona była w tak duży zbiornik

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 64 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 25- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając ekranów o przekątnej 5"? W tak dużych urządzeniach jak myjnie do kontenerów i wózków stosowane są znacznie większe ekrany sterownika, o przekątnej 7 – 10

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 65 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 27- Prosimy o podanie jakie elementy Zamawiający ma zamiar myć w opisanej myjni, tak aby móc dobrać środki dedykowane do takich przedmiotów

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2.4 do SWZ Pkt 1.

Pytanie 66 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 27- Prosimy o podanie jakie środki (produkt oraz producent) są aktualnie stosowane przez Zamawiającego do reprocessowania przedmiotów mających być myte w opisanej myjni

Odpowiedź:

Zamawiający aktualnie używa środków Dr. Weigert - zgodnie z podpisaną umową.

Pytanie 67 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 31- Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w p. 31 i 23 system podgrzewania roztworu roboczego to ten sam system

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 68 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dysze natryskowe, których ruch odbywa się w płaszczyźnie pionowej? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisany w OPZ i nie ma wpływu na skuteczność procesu mycia. Wymaganie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych jednoznacznie wskazuje na urządzenia jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 69 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 37- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby zaoferowana myjnia była wyposażona w przyłącze wody bezpośrednio do komory mycia co pozwala na szybkie napełnianie, a co za tym idzie na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 70 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 39- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając urządzenia o mocy 130kW? Myjnie tego typu wiodących producentów wymagają przyłącza poniżej 100kW, co ma potem swoje odzwierciedlenie w zużyciu energii przez urządzenie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 71 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 40- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach zewnętrznych: 2.550 x 2.450 x 2.500mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ oraz nie wprowadza żadnych ograniczeń architektonicznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 72 Dotyczy pakietu nr 1 Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 43.2- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając wózka o pojemności jedynie 40 par obuwia operacyjnego? Taką pojemność oferują znacznie mniejsze myjnie. Myjnie wiodących producentów o wymaganych gabarytach pozwalają na mycie min. 60 par obuwia operacyjnego co pozwala na zmniejszenie ilości wykonywanych cykli, a co za tym idzie na generowanie faktycznych oszczędności dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wózka o pojemności min. 40 par obuwia, dopuszcza wózki o większej pojemności par obuwia.

Pytanie 73 Dotyczy Załącznik nr 2.1_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 12 STE

Dot. L.p.7

Prosimy o wykreślenie zapisu „którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania załącznik nr 2.27”, system komputerowy nie jest przedmiotem nn. pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Pkt 7 Załącznika nr 2.1_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 12 STE, który otrzymuje brzmienie:

„Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, ~~którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania załącznik nr 2.27~~ Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia”

Pytanie 74 Dotyczy Załącznik nr 2.1_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 12 STE

Dot. L.p.28 Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 75 Dotyczy Załącznik nr 2.2_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE

Dot. L.p.7

Prosimy o wykreślenie zapisu „którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania złącznik nr 2.27”, system komputerowy nie jest przedmiotem nn. pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Pkt 7 Załącznika nr 2.2_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE, który otrzymuje brzmienie:

„Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania złącznik nr 2.27 Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia.”

Pytanie 76 Dotyczy Załącznik nr 2.2_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE

Dot. L.p.27 Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 77 Dotyczy Załącznik nr 2.2_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE

Dot. L.p.40.1

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostarczenia wózka wyposażonego w: konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej min. A304, ażurowe półki wózka, jedna lub dwie o regulowanej wysokości położenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.2 do SWZ

Pytanie 78 Dotyczy Załącznik nr 2.3_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 4 STE Pyt. nr 6 Dot. L.p.7

Prosimy o wykreślenie zapisu „którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania złącznik nr 2.27”, system komputerowy nie jest przedmiotem nn. pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Pkt 7 Załącznika nr 2.3_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 4 STE, który otrzymuje brzmienie:

„Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postępowania złącznik nr 2.27 Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia.”

Pytanie 79 Dotyczy Załącznik nr 2.3_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 4 STE Pyt. nr 6 Dot. L.p.7

Dot. L.p.28 Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.3 do SWZ

Pytanie 80 Dotyczy Załącznik nr 2.4_Opis Parametrów Technicznych Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. L.p.3 Czy Zamawiający zapewni nieckę o głębokości 20 cm?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do montażu technologicznego urządzenia w sposób najmniej inwazyjny w wykonane instalacje i podłoże. W przypadku możliwości wykonanie niecki zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jednakże wtykanie niecki leży pod stronię Wykonawcy.

Pytanie 81 Dotyczy Załącznik nr 2.4_Opis Parametrów Technicznych Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. L.p.26 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące preparaty chemiczne, co jest w zupełności wystarczające w technologii mycia i dezynfekcji wózków, pojemników, butów i nie podnosi kosztów zakupu urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga - dotyczy załącznika nr. 2.4 do SWZ

Pytanie 82 Dotyczy Dot. SWZ

Pkt.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia W związku z dużym zakresem sprzętu do dostawy wnosimy o dopuszczenie terminu dostawy do 15.06.2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

- SWZ Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminach 60 dni od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów” – umowa znak KPOD.07.02-IP.10-0002/24/KPO/149/2025/104 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego zawarta z ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania w/w terminu liczonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do 15.06.2026 r.”

- Załącznik nr 3a _Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla Pakietu nr 1 tj. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminach do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy w terminie, w którym nie będzie możliwości zachowania w.w terminu liczonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do 15.06.2026 r.”

- Załącznik nr 3 b _Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla Pakietu nr 2 tj. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminach do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy w terminie, w którym nie będzie możliwości zachowania w.w terminu liczonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do 15.06.2026 r.”

Jednocześnie Zamawiający w celu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej w *Załączniku nr 2.4_Opis Parametrów Technicznych Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków* wpisuje prawidłowy numer postępowania tj. EZ/41/2026/MW.

ZMIANA TERMINÓW

W nawiązaniu do powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania, Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 w powiązaniu z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **18.03.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert: **18.03.2026 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.06.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania

- Załącznik nr 2.1_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 12 STE_PO MODYFOKACJI
- Załącznik nr 2.2_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.3_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 4 STE_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.4_Opis Parametrów Technicznych Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków PO MODYFIKACJI

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-03-10
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

18.03.2026

2026-03-10
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Marcin Martyniak

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Z-CAN DYREKTORA
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/366-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

Bartosz Stempiewski

