



EZ/38/2026/ES

Kielce dn. 19.03.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1620 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówień poprzez określenie rodzaju nici .

Odpowiedź: Szew syntetyczny, niewchłaniałny, jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciągnięciu oraz plastycznym odkształceniu węzła.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 14,23,24

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu plegetu ?

Odpowiedź: Nie, plegety wymagane na bloku kardiochirurgicznym.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 10,19,20

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 1 poz. 10,19,20

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści szew nie pakowany na mokro ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 2 poz. 8-12,17-25,35-38

Czy Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: Nie, szwy z powłoką antybakteryjną wymagane.



Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 2 poz.30-34

Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z poliestru powlekanego silikonem ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2 poz. 39-46

Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z jedwabiu powlekanego silikonem ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 2 poz. 47,48,49

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycje z pakietu ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 2 poz. 26-29

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polidioksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 3 poz. 1-39

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru glikolidu i l-laktydu oraz stearynianem wapnia, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%), o okresie wchłaniania 60-70 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym, po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 3 poz. 40-46

Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z poliestru powlekanego w całości silikonem ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą z tnącym końcem wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągło tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 3, poz. 14, 21

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą 30 mm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści również igłę gdzie wymaga igły okrągłej rozwarstwiającej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie jest sformułowane w sposób niejednoznaczny. W przypadku gdy intencją Wykonawcy jest dopuszczenie igły innego typu niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia (igła okrągła rozwarstwiająca), Zamawiający nie dopuszcza zmiany i wymaga igły okrągłej rozwarstwiającej zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 17

Dot. § 10 ust. 2 pkt a projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt a projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niewykorzystanego wynagrodzenia brutto,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dot. § 10 ust. 2 pkt. b projektu

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt. b projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową/umową dzierżawy/umową użyczenia – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Dot. § 10 ust. 2 pkt. c projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt. c projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową/umową dzierżawy/umową użyczenia stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie 20

Dot. § 10 ust. 2 pkt. d projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt. d projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Dot. projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Dot. § 3 ust. 3 projektu umowy

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu z 5 dni do 7 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr *Edyta Kwaśniewska*

20-03-2026

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA - 13940

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Marcin Martyniak

2026-03-23

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr *Edyta Stefańska*
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
edyta.stefanska@wszkielce.pl

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

20-03-2026