




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 26.03.2026r

EZ/64/2026/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na „**Sukcesywne dostawy igieł tętnicznych i żylnych do hemodializy dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Dot. pakietu 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycjach 1 i 2 igły do hemodializy żyłne i tętnicze o średnicy igły 15G (1,8mm), 16G (1,6mm), 17G (1,5mm), w igle żyłnej oczko, długości ostrza 25mm, długości drenu 150mm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

26-03-2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA - 13940

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

Z-CA DYREKTORA

ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-516, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl Bartosz Stemplewski