



Kielce, dn. 30.03.2026r

EZ/64/2026/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy igieł tętnicznych i żylnych do hemodializy dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Dot. pakietu 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycjach 1 i 2 igły do hemodializy żylnie i tętnicze o średnicy igły 15G (1,8mm), 16G (1,6mm), 17G (1,5mm), w igle żylniej oczko, długości ostrza 25mm, długości drenu 150mm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dot. pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły tętnicze dostępne wyłącznie z igłą 25mm i drenem 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły żylnie dostępne wyłącznie z igłą 25mm i drenem 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

30-03-2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny

30.03.2026

31.03.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
ds. techniczne

Krzysztof Łukas

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

31-03-2026

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Bartosz Siemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-516, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl