

Kielce 08.04...2026 r.

znak sprawy EZ/42/2026/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostaw niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy Pakietu 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Regulację wysokości leżącej w zakresie 39 - 82 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2- dotyczy pakietu 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję zapewniającą prześwit min. 17 cm pod łóżkiem w każdym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3- dotyczy pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. podnoszenie (lub opuszczanie) sekcji kolan (uda) bez opóźnienia, lecz z autoregresją, co w połączeniu z autoregresją segmentu oparcia pleców całkowicie zabezpiecza pacjenta przed repozycjonowaniem i nadmierną kompresją w obrębie jamy brzusznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4- dotyczy pakietu 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści 4 pojedyncze lub podwójne kółka zintegrowane bez widocznej osi obrotu z funkcją jazdy kierunkowej, w tym jedno koło antystatyczne 150 mm z oznaczeniem kolorystycznym na żółto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5- dotyczy pakietu 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 270 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6- dotyczy pakietu 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wagę materaca z pianki wysokoplastycznej 12 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7- dotyczy pakietu 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści krawędzie pokrowca materaca zgrzewane z okapnikiem z trzech stron materaca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8- dotyczy pakietu 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści warstwę pianki Visco 5 cm w miejsce kostek z pianki, przepływ powietrza pomiędzy warstwą Visco z pamięcią a rdzeniem pianki PUR dzięki specjalnym falistym profilom – strefa pięt obniżona z Visco?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9- dotyczy pakietu 1, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści materac Materac o konstrukcji ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie pościeli z prostymi narożnikami dzięki zamkowi 270 stopni oraz specjalnej warstwie ułatwiającej poślizg pokrowca na piance?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10- dotyczy pakietu 1, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści Szerokość materaca 86 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11- dotyczy pakietu 1, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści Wymiary szafki:

- wymiary blatu głównego: 550 x 470 mm,(+/-30 mm)
- wymiary blatu bocznego: 500 x 340 mm,(+/-30 mm)
- wysokość: 795 mm,(+/-30 mm)
- szerokość korpusu szafki 550 mm,(+/-30 mm)
- głębokość korpusu szafki: 470 mm, (+/-30 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12- dotyczy pakietu 1, poz. 51

Czy Zamawiający Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 650 do 950 mm(+/-30 mm). Przechył boczny blatu jednostopniowy do 30°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13- dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5, tj.: śruba mocująca do światłowodu moczowodowego, która nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 ani ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1620 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla której stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania jednej, łącznej ceny za całość sprzętu, bez wyodrębniania cen jednostkowych poszczególnych komponentów. W konsekwencji deklaracja zgodności CE powinna być wystawiona dla kompletnego sprzętu, jako całości, a nie odrębnie dla poszczególnych jego elementów.

Pytanie 14- dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru do max. 8 dni roboczych w przypadkach nie wymagających sprowadzenia części zamiennych, zaś w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji dla Pakietu nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15- dotyczy wzoru umowy §7 ust. 9

Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 7 lat od daty dostawy dla Pakietu nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16- dotyczy wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Pytanie 17- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie/usunięciu wad jeśli na czas naprawy/usunięcia wad wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności umożliwiający nieprzerwane korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem dla Pakietu nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18- dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1. pkt. 2) ppkt. b)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową do 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19- dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1. Pkt. 2) ppkt. c)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmii do 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20- dotyczy wzoru umowy §8 ust. 2

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% wartości umowy? W ocenie Wykonawcy obecna wysokość kar umownych jest zbyt wygórowana, przeczy zasadzie równowagi stron umowy i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21- dotyczy pakietu 1

W związku z tym, że szafki, które chcemy Państwu zaoferować nie są wyrobami medycznymi, prosimy o dopuszczenie takowych oraz o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez szafki Deklaracji zgodności UE (CE) oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE oraz wymaganiami ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych.

Szafki przyłóżkowe pełnią funkcję wyposażenia meblowego oddziału i nie są przeznaczone do celów diagnostycznych ani terapeutycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22- dotyczy pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łóżko o długości 219 cm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na użytkowanie łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 23- dotyczy pakietu 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne konstrukcję zapewniającą prześwit 17 cm pod łóżkiem w każdym punkcie? Pozostałe parametry z zapisu w punkcie 5 zostaną spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 24- dotyczy pakietu 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z klamrami obejmującymi materac bez regulacji? Oferowane łóżko posiada odpowiednią szerokość leża dla dedykowanego materaca, w związku z tym nie ma potrzeby, aby klamry były regulowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 25- dotyczy pakietu 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 14 stopni oraz anty - Trendelenburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26- dotyczy pakietu 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wbudowane w bariere sterowanie z dedykowanymi przyciskami i możliwością położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15,30, 45 stopni (za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów) oraz informacja o kącie p rzechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27- dotyczy pakietu 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od wymaganego, tj. obciążenie bezpieczne do 260 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28- dotyczy pakietu 1, poz. 30

Czy Zamawiający będzie wymagał na zasadzie równoważności łóżka z możliwością mycia automatycznego w myjniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29- dotyczy pakietu 1, poz. 31- 46

Czy Zamawiający w ramach zapisów w punktach 31 do 46 dopuści jako rozwiązanie równoważne materac opisany poniżej?

Materac przeznaczony jako środek dodatkowy przy terapii przeciwdolezynowej dla pacjentów.

Materac o wysokości 140 mm.

Krawędzie materaca wzmocnione zimną pianką PUR o gęstości 40 kg/m³.

Wymiary materaca 870x2000 mm.

Gęstość objętościowa materaca 50/40 kg/m³.

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 na krawędziach, 4,0 kPa na podstawie – warstwa górna wiskoelastyczna 60N.

Warstwa podstawowa materaca o grubości 90 mm wykonana z pianki zimnej.

Warstwa górna o grubości 50 mm wykonana z pianki wiskoelastycznej.

Materac z możliwością prania w automatycznych stacjach myjących w temperaturze Do 70 stopni C.

Pokrowiec materaca odporny na działanie bakterii i pleśni zgodnie z ATCC 6538/9642.

Pokrowiec materaca z możliwością prania i suszenia w temperaturze 95 stopni C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30- dotyczy pakietu 1, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szafkę z dwoma szufladami z frontami z płyty HPL o grubości 8 mm, przy czym szafka jest umieszczona na obrotowym korpusie w związku z czym jest dwustronna?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 31- dotyczy pakietu 1, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści w ramach zapisu w punkcie 49 szafkę o wymiarach zbliżonych do wymaganych jak niżej?

- wymiary blatu głównego: 469x459 mm
- wymiary blatu bocznego: 400x554 mm
- wysokość: 884 mm
- szerokość korpusu szafki 469 mm
- głębokość korpusu szafki: 459 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 32- dotyczy pakietu 1, poz. 51

Czy Zamawiający dopuści blat boczny z większym zakresem regulacji niż wymagany, tj. 780 mm do 1130 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33- dotyczy pakietu 1, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści w ramach zapisu w punkcie 54 szafkę z dwoma szufladami z frontami wykonanymi z płyty HPL odpornej na wilgoć dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 34- dotyczy pakietu 1, poz. 55

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szuflady wyposażone w mechanizm samo domykający?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35- dotyczy pakietu 1, poz. 58

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szafkę wyposażoną w zaokrąglone uchwyty do otwierania obu szuflad?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36- dotyczy pakietu 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ssaka o następujących parametrach:

Ssak elektryczny:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 jest: Bardzo niski poziom hałasu (36 dB)

Oferowany parametr: Bardzo niski poziom hałasu (37 dB)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37- dotyczy pakietu 1- Zakres regulacji wysokości łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko o zakresie regulacji wysokości 45–80 cm zamiast wymaganego 39,7–76,8 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38- dotyczy pakietu 1- Prześwit pod łóżkiem

Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie min. 16 cm zamiast wymaganych 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 39- dotyczy pakietu 1- Funkcja autokontur

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do funkcji autokontur, polegające na niezależnej regulacji segmentów leża, zapewniający ten sam efekt funkcjonalny i terapeutyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 40- dotyczy pakietu 1- Zakres Trendelenburga

Czy Zamawiający dopuści zakres $\pm 15^\circ$ zamiast wymaganych $\pm 17^\circ$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 41- dotyczy pakietu 1- Materac – liczba sekcji

Czy Zamawiający dopuści materac 4-sekcyjny zamiast 3-sekcyjnego, przy zachowaniu funkcjonalności i kompatybilności z łóżkiem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42- dotyczy pakietu 1- Wysokość materaca

Czy dopuszczalna jest wysokość materaca 10 cm zamiast 14 cm, przy zachowaniu właściwości przeciwdrożdżynowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43- dotyczy pakietu 1- Gęstość pianki materaca

Czy Zamawiający dopuści inne parametry gęstości pianki niż wskazane, o ile materac spełnia funkcję profilaktyki odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 44- dotyczy pakietu 1- Konstrukcja szafki przyłóżkowej

Czy Zamawiający dopuści szafkę z elementami wykonanymi z materiałów innych niż HPL (np. HDF lub aluminium), przy zachowaniu odporności na dezynfekcję i użytkowanie szpitalne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 45- dotyczy pakietu 1- Materiał i konstrukcja – równowaga

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza rozwiązania równoważne, które spełniają funkcję użytkową i kliniczną, nawet jeśli różnią się szczegółowymi parametrami technicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 1 do SWZ (*formularz ofertowy*).

W związku z powyższym Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320), przesuwając termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 16.04.2026r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 16.04.2026r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt. 23 SWZ- Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.05.2026r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem minimalnych parametrów i warunków technicznych danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

09.04.2026

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

08-04-2026

Krzysztof Jan Soles

Radca Prawny
WA-13940

Z-CA DYREKTORA

Dział Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Magdalena Kuszewska

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-516

magdalena.kuszewska@wszkielce.pl

