



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce 09.04.2026 r.

**EZ/66/2026/ES**

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „ Zakup i sukcesywna dostawa siatek do przepuklin oraz narzędzi do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą generatora dla potrzeb Bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.*

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

**Pytanie 1**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy**

Dot. § 3 Obowiązki Wyzierżawiającego ust. 9 pkt. c) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dla pakietu nr 2, czasu usunięcia awarii do 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia przez Dzierżawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy**

Dot. §7 Kary umowne ust. 1 pkt. 2) ppkt. b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji postanowień umownych w stosunku do terminów określonych w umowie lub ustalonych z Dzierżawcą do 300,00 zł za dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy**

Dot. §7 Kary umowne ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności przedmiotu dzierżawy z umową, stwierdzonych w okresie dzierżawy do 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy**

Dot. §7 Kary umowne ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



### **Pytanie 5**

#### **Dot. Pakietu nr 1 poz. 5**

Czy w celu rozszerzenia oferty w pakiecie nr 1, poz. 5 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dodatkowo, oprócz siatki wskazanej w OPZ: makroporowatej siatki do przepuklin pachwinowych, dedykowanej do procedur robotycznych oraz metodą laparoskopową o wadze 78g/ m2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka posiada dodatkowo poziomą oraz pionową linię, które ułatwiają jej pozycjonowanie. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 16 cm. Lewa, duża. Wybór rodzaju siatki Zamawiający określi w zamówieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 6**

#### **Dot. Pakietu nr 1 poz. 6**

Czy w celu rozszerzenia oferty w pakiecie nr 1, poz. 6 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dodatkowo, oprócz siatki wskazanej w OPZ: makroporowatej siatki do przepuklin pachwinowych, dedykowanej do procedur robotycznych oraz metodą laparoskopową o wadze 78g/ m2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka posiada dodatkowo poziomą oraz pionową linię, które ułatwiają jej pozycjonowanie. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 16 cm. Prawa, duża.

Wybór rodzaju siatki Zamawiający określi w zamówieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 7**

#### **Dot. Pakietu nr 1 poz. 7**

Czy w celu rozszerzenia oferty w pakiecie nr 1, poz. 7 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dodatkowo, oprócz siatki wskazanej w OPZ: makroporowatej siatki do przepuklin pachwinowych, dedykowanej do procedur robotycznych oraz metodą laparoskopową o wadze 78g/ m2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka posiada dodatkowo poziomą oraz pionową linię, które ułatwiają jej pozycjonowanie. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 12 x 17 cm. Prawa, extra-duża.

Wybór rodzaju siatki Zamawiający określi w zamówieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 8**

#### **Dot. Pakietu nr 1 poz. 8**

Czy w celu rozszerzenia oferty w pakiecie nr 1, poz. 8 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dodatkowo, oprócz siatki wskazanej w OPZ: makroporowatej siatki do przepuklin pachwinowych, dedykowanej do procedur robotycznych oraz metodą laparoskopową o wadze 78g/ m2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka posiada dodatkowo poziomą oraz pionową linię, które ułatwiają jej pozycjonowanie. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 12 x 17 cm. Lewa, extra-duża.


Wybór rodzaju siatki Zamawiający określi w zamówieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 9**

#### **Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po



uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego oraz Części I pkt. 34 SWZ: sposób obliczania ceny dla pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę sposobu liczenia wartości brutto, w taki sposób by wartość brutto była liczona jako suma wartości netto powiększona o należny podatek VAT. Powyższe rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie spójności z obowiązującymi zasadami rachunkowymi (w szczególności z ustawą o podatku od towarów i usług, która jednoznacznie definiuje wartość brutto jako sumę wartości netto i należnego podatku VAT) oraz praktyką stosowaną w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy dla pakietu nr 1**


Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.
- e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 11 w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

### PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r . poz. 1320 ze zm.) , przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

#### NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 17.04.2026 r. godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert : 17.04.2026 r. godz. 10:30  
Termin związania ofertą : 16.05.2026 r.

*Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*  
09-04-2026

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. lecznictwa

*Krzysztof Bidas*

10.04.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*Edyta*  
mgr Edyta Stefańska  
inspektor

*Krzysztof*  
Krzysztof Jan Saks

Gadca Prawny  
WA - 13940

Z-CA DYREKTORA  
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-516

*Edyta*  
mgr Edyta Stefańska  
e-mail: [edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)  
09-04-2026