

Kielce, dnia 09.04.2026 r.

Znak sprawy: EZ/54/2026/RŁ
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby II Kliniki Kardiologii w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”**

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 1 ORAZ
ODRZUCENIE I UNIEWAŻNIENIE W PAKIECIE NR 2**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne z regulowanym leżyskiem 10 szt.

Stiegelmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno

za cenę brutto: **89 970,40 zł**

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyzn. punktów w kryterium Cena – 60%	Ilość przyzn. punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia – 20 %	Ilość przyzn. punktów w kryterium Dodatkowy okres gwarancji - 20%	Suma uzysk. punktów
1	Stiegelmeyer Sp. z o.o. Grubno 63 86-212 Stolno REGON 870003447 NIP 875-000-30-01 KRS 0000016496	89 970,40 zł	60	20	12	92
2	ProEquip Sp. z o.o. Ul. Karmelkowa 33/35 paw.4 52-437 Wrocław REGON 543457012 NIP 894 327 50 74 KRS 0001210106	184 830,00 zł	OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA NA PODSTAWIE ART. 226 ust 1 pkt 5			

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) odrzuca oferty n/w. Wykonawców tj.:

- Oferta Wykonawcy **ProEquip Sp. z o.o. , ul. Karmelkowa 33/35 paw.4, 52-437 Wrocław została odrzucona**, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku badania oferty stwierdził, iż zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, tj. łóżko szpitalne z regulowanym leżyskiem w pakiecie nr 1, nie spełnia wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj.:


Pozycja w zał. 2.1 do SWZ	Zamawiający wymagał	Wykonawca zaoferował
8	Łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000 mm	Szerokość całkowita: 1050 mm
13	Łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 170 mm.	Prześwit między podłożem a podwoziem: 160 mm
17	Łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° ($\pm 2^\circ$) oraz anty-Trendelenburga 0-17° ($\pm 2^\circ$).	Trendelenburga 0-14° anty-Trendelenburga 0-15°
19	Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm.	Regulacja wysokości: 450 – 800 mm
33	Barierki boczne lakierowane proszkowo wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm.	Barierki wykonane z HDPE, nie stalowe

O terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający poinformuje w odrębnym piśmie, po upływie minimalnego terminu wskazanego w art. 264 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ww. Ustawie.

Pakiet nr 2 - Ultradźwiękowy dezynfektor głowicy przezprzełykowej 1 kpl.

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyzn. punktów w kryterium Cena – 60%	Ilość przyzn. punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia – 20%	Ilość przyzn. punktów w kryterium Dodatkowy okres gwarancji - 20%	Suma uzysk. punktów
3	Sonologic Sp. z o.o. Ul. Kresowa 7A 22-400 Zamość REGON 061515366 NIP 9223047486 KRS 0000448653	162 000,00 zł	OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA NA PODSTAWIE ART. 226 ust 1 pkt 5			

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), informuje iż odrzuca ofertę Wykonawcy **Sonologic Sp. z o.o., Ul. Kresowa 7A, 22-400 Zamość** ponieważ **treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.**



Uzasadnienie

Zgodnie z dokonanym badaniem i oceną ofert, oferta Wykonawcy nie została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W złożonym formularzu ofertowym Wykonawca nie wskazał ceny w jednej z wymaganych pozycji formularza tj. „przeszkolenie personelu”, pomimo że formularz stanowił integralną część treści oferty która była jasna i jednoznaczna oraz sporządzona według wzoru określonego w SWZ. Cena w tej pozycji stanowi element treści oferty i ma istotne znaczenie dla jej porównania oraz oceny. Brak tej ceny nie może zostać uznany za oczywistą omyłkę pisarską ani rachunkową, a jej wysokość nie wynika jednoznacznie z pozostałych elementów oferty. Tym samym Zamawiający nie ma możliwości jej poprawienia ani uzupełnienia bez niedozwolonej ingerencji w treść oferty.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy w zakresie Pakietu nr 2 jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt iż w Pakiecie nr 2 została złożona wyłącznie jedna oferta, która podlegała odrzuceniu, Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp informuje, że **postępowanie w Pakiecie nr 2 – Ultradźwiękowy dezynfektor głowicy przezprzelykowej 1 kpl. zostaje unieważnione** bowiem brak jest jakichkolwiek ważnych ofert, z których mogłyby zostać wybrana oferta najkorzystniejsza.

Zamawiający informuje, iż postępowanie w tym zakresie zostanie niezwłocznie powtórzone.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
Lastowska

10.04.2026

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwasniewska

09-04-2026

Krzysztof Jan Saks

Rada Prawny
WA - 13940