

Kielce, dnia 10.04.2026 r.

Znak sprawy: EZ/69/2026/ESL

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii i Kliniki Okulistyki**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

*Dotyczy pakietu nr 3*

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką o pojemności 1,0l?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką o pojemności 1,0l, wykonany z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu.

#### **Pytanie nr 2**

*Dotyczy pakietu nr 3*

Czy Zamawiający dopuści ssak o masie 4,0 kg i przepływie 25l/min?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3**

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; dotyczy Pakiet nr 2*

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis § 3 ust. 5 lub zmienić jego treść z:

*„Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego. – jeżeli dotyczy”*

Na:

*„Zamawiający wymaga pozostawienia aparatu po okresie gwarancyjnym w takim stanie technicznym/z takimi rozwiązaniami technicznymi, aby możliwe było jego serwisowanie przez inny autoryzowany lub upoważniony przez producenta aparatu serwis niż serwis Wykonawcy – jeżeli dotyczy”*

#### Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę, że zdolność i możliwość obsługi technicznej tego typu urządzenia posiada jedynie autoryzowany serwis. Obsługa techniczna urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta jest możliwa wyłącznie przez przeszkolony personel, w którego dyspozycji są specjalistyczne narzędzia umożliwiające pełną diagnostykę, demontaż i montaż urządzenia i jego podzespołów. Z uwagi na rodzaj urządzenia i sposób jego wykorzystania podczas użytkowania, urządzenie nie powinno być obsługiwane w zakresie serwisowym przez osoby/podmioty, które są nieautoryzowane i/lub nie posiadają stosownego przygotowania i przeszkolenia ze strony producenta, a także nie są w posiadaniu specjalistycznych narzędzi

umożliwiających realizację obsługi serwisowej zgodnej z wytycznymi producenta i zgodnie ze sztuką oraz nie posiadają dostępu do części zamiennych dedykowanych i zaprojektowanych dla przedmiotowego urządzenia i jego podzespołów. Powierzenie obsługi serwisowej podmiotowi nieautoryzowanemu, który nie posiada stosownego przeszkolenia producenta, specjalistycznych narzędzi i dostępu do części zamiennych może spowodować pogorszenie stanu technicznego urządzenia, niewłaściwe jego funkcjonowanie i w efekcie zagrożenie dla pacjenta w trakcie przeprowadzanych operacji. Dlatego wnioskujemy o usunięcie zapisu § 3 ust. 5 lub zmiany treści na zaproponowaną powyżej, która pozostawia możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług innego serwisu niż serwis Wykonawcy jednak z uwzględnieniem warunku serwisu autoryzowanego lub upoważnionego przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

Każdy z producentów posiada różną formułę generowania kodów zabezpieczających dostęp do opcji serwisowych aparatu (kody stałe, kody zmienne) dlatego Zamawiający nie określa formuły ich przekazywania na etapie przedmiotowej umowy. Zamawiający po upływie okresu gwarancji zobowiązany jest zlecić świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych dlatego wymaga dostarczenia urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzenia. W celu należytego świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia, w przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi kodami dostępu do urządzenia to w istocie uniemożliwi sobie przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu.

Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu świadczenia usługi w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podkreślić należy, iż Zamawiający zobowiązany jest do zlecenia usługi serwisu pogwarancyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, art. 63 w powiązaniu z art. 51, natomiast Wykonawca nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych aktów staranności w celu użytkowania urządzenia po okresie gwarancji, którego wymagania są nadmierne w myśl postanowień art. 5 Kodeksu Cywilnego.

**Pytanie nr 4**

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; dotyczy Pakiet nr 2*

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu § 7 ust. 2 pkt. a) z:

*„usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych/ 10 dni roboczych<sup>2</sup> od daty otrzymania pisemnej reklamacji,”*

Na:

*„usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych/ 10 dni roboczych<sup>2</sup> od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Zamawiający, w uzasadnionych i uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym, przypadkach, dopuszcza przekroczenie usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową w czasie powyżej 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia urządzenia/podzespołu zastępczego do czasu zakończenia naprawy.”*

Uzasadnienie:

W uzasadnionych przypadkach, w których Wykonawca nie ma wpływu na opóźnienia w dostawie części zamiennych spoza granic kraju spowodowanych np.: konfliktami zbrojnymi, zdarzeniami losowymi, czy procedurami celnymi niezależnymi od Wykonawcy i którym Wykonawca musi się podporządkować, może dojść do wydłużenia czasu dostarczenia części zamiennych i przekroczenia zakończenia naprawy w 10 dni roboczych. Wykonawca uprzedzając o takiej możliwości Zamawiającego i jednocześnie dostarczając urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy, wydłużonej przez niezależne od Wykonawcy zdarzenia, zapewnia Zamawiającemu prowadzenie czynności w niezakłócony sposób i bez strat dla niego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje § 7 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez dodanie zapisu o następującej treści: „*W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie/podzespół zastępczy o porównywalnych parametrach. W przypadku dostarczenia urządzenia/podzespołu zastępczego postanowień § 8 ust. 1 pkt 2 lit c nie stosuje się.*”.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ.

#### **Pytanie nr 5**

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; dotyczy Pakiet nr 2*

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu § 8 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c) z:

*„za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 1000,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”*

Na:

*„za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 1000,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. Jednakże w przypadku, gdy zwłoka w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi w uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach jest niezależna od Wykonawcy, który zapewnił urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy, kara umowna nie zostanie zastosowana,”*

Uzasadnienie:

W uzasadnionych przypadkach, w których Wykonawca nie ma wpływu na opóźnienia w dostawie części zamiennych spoza granic kraju spowodowanych np.: konfliktami zbrojnymi, zdarzeniami losowymi, czy procedurami celnymi niezależnymi od Wykonawcy i którym Wykonawca musi się podporządkować, może dojść do wydłużenia czasu dostarczenia części zamiennych i przekroczenia zakończenia naprawy w 10 dni roboczych. Wykonawca uprzedzając o takiej możliwości Zamawiającego i jednocześnie dostarczając urządzenie/podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy, wydłużonej przez niezależne od Wykonawcy zdarzenia, zapewnia Zamawiającemu prowadzenie czynności w niezakłócony sposób i bez strat dla niego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

#### **Pytanie nr 6**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 5*

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach min. 850x1950 mm z możliwością przedłużenia leża o 200 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o wymiarach min. 850x1950 mm ale nie dopuszcza z możliwością przedłużenia leża o 200 mm.

#### **Pytanie nr 7**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 9*

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 150 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 8**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 10*

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm. i czy Zamawiający wymaga jednocześnie by przedłużenie leża było wyposażone w płytę w podtrzymującą materacyk wypełniający pustą przestrzeń po przedłużeniu leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 12*

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda  $0-40^{\circ} (\pm 2^{\circ})$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 15*

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 18*

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą przewodowego pilota dla pacjenta z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny przy użyciu przycisku blokady pilota lub przycisków blokady selektywnej poszczególnych funkcji elektrycznych zlokalizowanych na pilocie personelu medycznego centralnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 19*

Czy Zamawiający dopuści pilot dla pacjenta pracującego w min. 2 trybach – pielęgniariski (funkcje szokowe jak CPR i Trendelenburga) oraz funkcje dostępne dla pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pilota dla pacjenta z możliwością blokady funkcji trybu pielęgniariskiego przez personel medyczny.

**Pytanie nr 13**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 20*

Czy Zamawiający dopuści: Pilot pracujący w trybie pacjenta posiadał następujące funkcje:

- regulacja segmentu pleców,
- regulacja wysokości leża,
- regulacja segmentu uda,
- dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego),
- przycisk elektryczne CPR
- przycisk włączenia i wyłączenia funkcji elektrycznych
- przycisk elektrycznej pozycji szokowej Trendelenburga
- przycisk pozycji Trendelenburga
- przycisk pozycji anty Trendelenburga

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, gdyż funkcje krytyczne: CPR lub Trendelenburga winny być dostępne na pilocie tylko w trybie pielęgniariskim.

**Pytanie nr 14**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 21*

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt 35 i 36 tabeli parametrów, oprócz pilota pacjenta i panelu pielęgniariskiego centralnego, by łóżko było wyposażone w panele wbudowane w bariereki boczne łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu medycznego do obsługi funkcji elektrycznych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 23*

Czy Zamawiający Szczyty łóżka z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem podczas transportu pacjenta za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża lub dużego intuicyjnego jednego przycisku zlokalizowanego w dolnej środkowej części szczytów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza dużego intuicyjnego jednego przycisku zlokalizowanego w dolnej środkowej części szczytów, gdyż istnieje ryzyko przypadkowego naciśnięcia podczas transportu lub przez pacjenta.

**Pytanie nr 16**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 24*

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione panelami z polipropylenu lub z płyty HPL o grubości min. 8 mm z otworami wentylacyjnymi dla materaca oraz miejscem mocowania pasów do unieruchomienia pacjenta odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza leża wypełnionego panelami z płyty HPL, gdyż są trudniejsze w utrzymaniu higieny oraz mniej odporne na środki dezynfekcyjne.

**Pytanie nr 17**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 25*

Czy Zamawiający dopuści panele polipropylenowe lub z HPL odcinane bez użycia narzędzi, z otworami do montażu pasów unieruchamiających?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

**Pytanie nr 18**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 27*

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym leże 4 - segmentowe ze zdejmowanymi panelami, jest płaskie i gładkie, łatwe do dezynfekcji i wyposażone w uchwyty materaca zlokalizowane na bocznej krawędzi segmentów oparcia pleców i ud?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza łóżka, w którym leże wyposażone jest w uchwyty materaca zlokalizowane w segmencie nożnym, gdyż powodują urazy kończyn (np. ud) i otarć podczas opuszczania łóżka.

**Pytanie nr 19**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 34*

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wyposażone w wytłaczane kątomierze osobny dla sekcji oparcia pleców i osobny dla przechyłów wzdłużnych leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

*Dot. Pakietu nr 1 poz. 41*

Czy Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia lub w centralnej części łóżka pod leżem oznaczonej kolorem pomarańczowym lub czerwonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza dźwigni umieszczonej w centralnej części łóżka pod leżem, gdyż jest trudniej dostępna, natomiast dopuszcza czerwony kolor dźwigni.

### Pytanie nr 21

Dot. Pakietu nr 1 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści autoregresję segmentu oparcia pleców min. 100 mm, rozumianą jako ruch wsteczny i teleskopowy do góry w trakcie unoszenia segmentu oparcia, dzięki specjalnym dźwigniom segmentu oparcia zapobiegająca zsuwaniu pacjenta i jego repozycjonowaniu w kierunku szczytu od strony nóg? Nie dopuszcza się łóżek, w których segment oparcia pleców i siedziska połączone są śrubami, co uniemożliwia ruch wsteczny i teleskopowy i oznacza brak autoregresji?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w zestawieniu parametrów techniczno-funkcjonalnych danego pakietu.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.**

### ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 w powiązaniu z art. 284 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składanie i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:**

- termin składania ofert: **21.04.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert **21.04.2026 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
2026-04-18  
mgr Sebastian Szaniawski

13.04.2026  
Z-CA DYREKTORA  
ds. lecznictwa  
Krzysztof Bidas

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Słowińska  
SPECJALISTA

Patrycja Aleksandrowicz  
Radca Prawny  
KI-1400

13.04.2026

13-04-2026