



Kielce 13.04.2026 r.

EZ/46/2026/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „Dostawa testów, podłoży mikrobiologicznych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. § 10 ust 1 pkt 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 5% wartości netto niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępnie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2 dot. § 10 ust 1 pkt 2 b, c,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez zmianę wysokości kary na 10,00 zł za dzień zwłoki? Uzasadnienie: Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nie adekwatna do wartości zamówień cząstkowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień. Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy formularza cenowego pakiet nr 1, 2, 5, 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny z ceną jednostkową netto za opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. SWZ części I pkt 12 C pakietu nr 2 przedmiot dzierżawy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaznaczania w dokumentach fragmentów potwierdzających spełniane parametry?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.



Pytanie nr 6

Jeżeli nie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by Wykonawca w nazwie plików załączanych dokumentów zawarł informację, które pozycje z parametrów wymaganych potwierdza dany dokument?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla niezbędnej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych.” Alternatywnie, prosimy o przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania, np. w formie odrębnej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje § 3 ust. 8 wzoru umowy dzierżawy nadając mu nowe brzmienie:

8. „Wydzierżawiający we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się:

- a) przeprowadzić szkolenie z obsługi przedmiotu dzierżawy dla personelu Dzierżawcy,
- b) prowadzić serwis pogwarancyjny, dokonywać będzie wszelkich napraw oraz bieżącej konserwacji przedmiotu dzierżawy w czasie trwania niniejszej Umowy.
- c) serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych.
- d) usunąć awarię w ciągu 3 dni od chwili jej zgłoszenia przez Dzierżawcę (zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani ,tel. mail.....
- e) w przypadku braku usunięcia awarii przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w pkt c) Wydierżawiający jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o tożsamy lub lepszych parametrach technicznych”.

Pytanie nr 8 – dot. pakietu 1, 2, 5, 6 wymagania pod formularzem cenowym pakiet 1 pkt 4, pakiet 2 pkt 3, pakiet 5 pkt 11, pakiet 6 pkt 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie certyfikatów kontroli jakości na stronie Wykonawcy w języku angielskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 5 parametry pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4 tygodnie od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca będzie starała się dostarczać jak najdłuższe dostępne terminy ważności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 5 parametry pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokument dostarczany był na każde żądanie Zamawiającego a nie z każdą dostawą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 6 parametry pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 6-18 m-cy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca będzie starała się dostarczać jak najdłuższe dostępne terminy ważności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1

Czy w poz.16 Zamawiający wymaga zaoferowania 70 opakowań zawierających po 340 sztuk końcówek i przewodów z filtrem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13 - dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w poz.11 Parametrów Wymaganych aby załączonym dokumentem potwierdzającym był zapis na stronie EUCAST z 2026 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga zgodności podłoży do posiewu krwi z kompatybilnym panelem multipleks PCR do identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności zawarta w oficjalnej instrukcji użytkowania CE IVD panelu do szybkiej diagnostyki PCR?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 15 - dot. Pakietu nr 6

Ze względu na fakt, iż etest do mechanizmu oporności AmpC jest obciążony 23% VATem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie go w osobnej pozycji ? Jeżeli tak to poprosimy o podanie wymaganej ilości w/w testu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie testu w osobnej pozycji. Jednocześnie informuje o wprowadzeniu zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 6, polegającej na dodaniu nowego wiersza pod nazwą: „Paski z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania mechanizmów oporności AmpC” - 30 sztuk. Równocześnie odpowiednio zmniejszono liczbę sztuk przeznaczonych do zakupu dla pozostałych pasków służących do wykrywania mechanizmów oporności.

Pytanie nr 16 dot. SWZ pkt 12 środki przedmiotowe pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby to producent oferowanych podłoży posiadał aktualny certyfikat zgodny z normą ISO/IEC 17025 potwierdzający, że posiada akredytację oraz spełnia wymagania techniczne i systemowe dla laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie kompetencji, bezstronności i wiarygodności wyników badań.? Wykonawca zajmuje się jedynie sprzedażą i dystrybucją oferowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 17 do Umowy dzierżawy (zał. Nr 3a) § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie przedmiotu dzierżawy do 21 dni od podpisania umowy, a tym samym na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób:

„Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy o którym mowa w § 1 ust. 1 w miejsce wskazane przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dzierżawy.”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

Pytanie nr 18 do Umowy dzierżawy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający oświadcza, że posiada polisę OC”?

Uzasadnienie: Wydzierżawiający posiada jedynie aktualną polisę OC, która nie obejmuje swym zakresem ochrony rozciągającej się na dzierżawiony analizator. Jeżeli Zamawiający wymaga ubezpieczenia aparatu powinien go dokonać na okres obowiązywania umowy we własnym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

Pytanie nr 19 do Umowy dzierżawy § 7 ust. 2 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: „za zwłokę w realizacji postanowień umownych w stosunku do terminów określonych w umowie lub ustalonych z Dzierżawcą w wysokości 300,00 zł za dzień zwłoki.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 20 do Umowy dzierżawy § 7 ust. 2 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności przedmiotu dzierżawy z umową, stwierdzonych w okresie dzierżawy – 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytania nr 21 do Umowy użyczenia (zał. Nr 3b) § 2 ust. 1 lit. d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Wykonawca posiada jedynie aktualną polisę OC, która nie obejmuje swym zakresem ochrony rozciągającej się na przedmiot użyczenia. Jeżeli Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia powinien go dokonać na okres obowiązywania umowy we własnym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy,
- ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3a do SWZ - wzór umowy dzierżawy.



PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp udostępnia na stronie prowadzonego postępowania „ogłoszenie o zmianie”.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: **29.04.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **29.04.2026 r. godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.07.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

15. 04. 2026
Z-CIA DYREKTORA
ds. technictwa
Edyta Hwaśniewska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Hwaśniewska

14 -04- 2026

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA - 13940

Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stępiński 15-04-2026 Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. wioleta.strozyk@wszkielce.pl

