



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Tel: 41 367 14 14



Kielce dn. 30.04.2026 r.

Dotyczy: przetargu na sprzedaż Angiografu Allura XPer FD 10 o numerze fabrycznym 390, rok produkcji: 2015, nr inwentarzowy 802/4388/15.

Pytanie 1

Czy w angiografie była wymieniana lampa?

Odpowiedź: Lampa w angiografie była wymieniona 01.07.2025 r.

Pytanie 2

Jaki jest aktualnie przebieg lampy?

Odpowiedź: Ze względów technicznych, aktualnego przebiegu lampy nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, jednak szacuje się, że jej zużycie wynosi około 25%.

Pytanie 3

Czy angiograf nadal pracuje?

Odpowiedź: Tak, angiograf nadal pracuje.

Pytanie 4

Czy demontaż jest po stronie kupującego?

Odpowiedź: Tak, demontaż angiografu jest po stronie kupującego.

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr inż. Stefan Bak