

Kielce, 29.04.2026 r.

znak sprawy EZ/83/2026/SL

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) na: **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Kliniki Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 3 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści bardzo ekonomiczny, ultralekki (waga z baterią 170g) kardiostymulator zewnętrzny o wymiarach 60x115x20mm i czasie użytkowania do 1000h oraz następujących parametrach:

1. Tryby stymulacji: A00, AAI, V00, VVI
2. Częstość podstawowa 30 – 180 ppm
3. częstość szybkiej stymulacji w zakresie 30 – 720 ppm w tym stymulacja asynchroniczna
4. amplituda impulsu 0,3 – 12V
5. szerokość impulsu 0,75 ms
6. czas refrakcji 250 ms
7. z kablem sterylizowalnym o długości 2m (lub bez – możliwe bezpośrednie podłączenie elektrod)
8. z ciągłym monitorowaniem baterii i wskaźnikiem wymiany baterii akustycznym i optycznym oraz dwudniową rezerwą działania w tych samych warunkach od pierwszego żądania wymiany baterii (bez funkcji podtrzymania pracy podczas samej wymiany)
9. bardzo prosta obsługa za pomocą pokręteł, bez wyświetlacza i funkcji pomiarowych
10. wizualizacja rejestracji wykrytego załamka P/R - zielona dioda LED
11. wizualizacja impulsu wyjściowego – żółta dioda LED
12. zabezpieczenie przed stymulacją o zbyt wysokiej częstości (Run Away Protection)

pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na parametr nr 4,5,6 i 9

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sylvia Lasa
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-04-30

mgr Sebastian Szaniawski
Dział Zamówień Publicznych

 tel. 41/30-33-517 fax. 41/30-33-514
 e-mail: sylvia.lasa@wszkielce.pl
Z-CA DYREKTORA
 ds. Operacyjnych

Bartosz Stempniak
DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-04-30