

Kielce, 05.05.2026 r.

znak sprawy EZ/92/2026/RL

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) na: **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Kardiochirurgii w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Kielcach”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania: **dotyczy Pakietu nr 2 – Ultradźwiękowy dezynfektor głowy przezprzelykowej**

Pytanie nr 1 - dotyczy poz. 10

Czy zamawiający dopuści czas cyklu dezynfekcji max 250 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy poz.23

Czy zamawiający dopuści urządzenie o kształcie prostopadłościanu, wyposażone w kółka do łatwego transportu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 24

Czy zamawiający dopuści wymiary max komory: 165 cm x 28 cm x 38 cm, waga 110kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
Lastowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Kucharski

2026-05-05

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

05-05-2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-7500

05-05-2026
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Z-ca Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
mgr Szymon Szczygielski

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/36-71-269

e-mail: renata.lastowska@wszkielce.pl