

Kielce, 14.05.2026 r.

znak sprawy EZ/76/2026/SL

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) na: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Lodówka do przechowywania leków z rejestratorem temperatury- 1 szt

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie chłodziarki farmaceutycznej fabrycznie nowej, nieużywanej z pełną ochroną gwarancyjną z rokiem produkcji 2024

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie chłodziarki farmaceutycznej o wymiarach zewnętrznych 627x 656x1860 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie chłodziarki farmaceutycznej z dwoma rolkami i dwoma nóżkami poziomującymi

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga lodówkę z wbudowanym rejestratorem temperatury?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wbudowany rejestrator temperatury

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lodówkę wymiarach zewnętrznych 600×670x1840 mm (SzxGxW) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? Najwyraźniej wkradł się błąd w specyfikacji Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje o modyfikacji treść pkt. 5 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści lodówkę wymiarach zewnętrznych 595×603x1920 mm (SzxGxW) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? Najwyraźniej wkradł się błąd w specyfikacji Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje o modyfikacji treść pkt. 5 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Dot. Pakiet nr 3- Cieplarka do kontrastów- 2 szt.

Pytanie nr 7

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyty PWC zapewniającej izolację termiczną.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Czyszczenie za pomocą ściereczki nasączonej środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 9

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie pokrywy z tworzywa sztucznego Plexi z system mocowania na siłownikach Aventos HKS utrzymujących pokrywę w pozycji otwartej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie panelu z wyświetlaczem led, z przyciskami membranowymi oraz z indykatorami stanu urządzenia. Prosimy o dopuszczenie: wskaźnik stand-by w formie diody przy przycisku włączenia. Zgodnie z poniższym zdjęciem.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie urządzenie cały czas wskazującego temperaturę rzeczywistą, zadana temperatura pojawia się na wyświetlaczu w momencie zmiany strzałkami góra/dół.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Poz. 10 Prosimy o dopuszczenie rozpraszania ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji. Urządzenie wyposażone jest w wentylator, który wymusza obieg gorącego powietrza. Dzięki temu, jest ono w stanie szybciej i skuteczniej podgrzewać pojemniki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Poz. 11 Prosimy o dopuszczenie rozprowadzania ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji. Urządzenie wyposażone jest w wentylator, który wymusza obieg gorącego powietrza. Dzięki temu, jest ono w stanie szybciej i skuteczniej podgrzewać pojemniki

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12

Pytanie nr 14

Poz. 12 Prosimy o odstąpienie od wskazanego parametru i dopuszczenie monitorowania temperatury mis grzejnych a nie powietrza, w związku z innym rozwiązaniem technologicznym jakim jest kondukcja

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie

Pytanie nr 15

Poz. 19 Prosimy o dopuszczenie mechanicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem w postaci bezpiecznika termicznego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Poz. 23 Prosimy o dopuszczenie pojemności komory: max 31,5l netto (44l brutto)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Poz. 26 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Poz. 27 Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 380 mm x 370 mm x 510 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Poz. 28 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wewnętrznym wymiarze komory: 344mmx275mmx500mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Poz. 30 Prosimy o odstąpienie od wymogu: prąd znamionowy 1.75 A. gdyż nie ma wymogu podawania tej wartości przez producenta. Podana musi być moc urządzenia, w zaproponowanym rozwiązaniu wynosi: 200W

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie tylko mocy urządzenia.

Pytanie nr 21

Poz. 33 Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia (magazynowanie): 5 - 55 °C.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6 – Płyta ślizgowa do przenoszenia pacjenta- 3 szt.**Pytanie nr 22**

Przenośnik taśmowy Medi Roller PRO ze śliskim pokrowcem do transferu pacjenta między dwoma powierzchniami, jak np. łóżko czy nosze, wymiary 180 x 49 cm, o wadze 1,4 kg, dla użytkownika o maksymalnej wadze 200kg.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Dot. Pakiet 3 - Cieplarka do kontrastów - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 30 dni kalendarzowych (lub alternatywnie 20 dni roboczych) od daty zawarcia umowy? Jako producent urządzeń zwracamy się z powyższym pytaniem w celu zapewnienia ciągłości dostaw oraz zagwarantowania najwyższej jakości realizacji zamówienia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że pomimo przyjętych terminów dostawa zostanie zrealizowana niezwłocznie w przypadku dostępności urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 24

dot. cz. 2 - Zamawiający napisał: "wymiary zewnętrzne 620x 570x198mm". 198 mm to 19,8 cm. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 608x698x1840 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje o modyfikacji treści pkt. 5 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Dotyczy pakietu 7

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy do przewozu chorych, którego wymiary leżą odbiegają o -4cm w zakresie długości, oraz -8 cm w zakresie przewidzianej przez Zamawiającego szerokości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści wózek z pionowymi (6 pionowymi poprzeczkami) opuszczanymi w dół poprzez zwolnienie blokady, barierkami bocznymi wykonanymi ze stali chromowanej? System zwalnający blokadę umieszczony zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści Wysokiej jakości wózek w którym różnica w regulacji kąta przechyłów Trendelenburga/anty Trendelenburga wynosi -minus 2cm od wartości wskazanej przez Zamawiającego w opisie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach dopasowanych do wymiarów leża wskazanych w pytaniu nr 1: 193cmx61cm, z zachowaniem wysokości wskazanej przez Zamawiającego, w pokrowcu powlekany PCV, w kolorze ciemno -szarym, z rzepami zapewniającymi stabilność, lecz bez zapewnienia przezierności dla promieni RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z 4 gniazdami do montowania uchwytów na płyny infuzyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o dopuszczalnym obciążeniu o wartości 250kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o zmianie treści SWZ poprzez:

- Modyfikację treści załącznika nr 2.2 do SWZ w pkt. 5 zestawienia parametrów techniczno-funkcjonalnych.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik 2.2 do SWZ - zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, **przesuwa termin składania i otwarcia ofert:**

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: **27.05.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **27.05.2026 r. 10:30**

Jednocześnie zmienia się treść pkt. 25 SWZ:

*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.08.2026 r.***

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

14-05-2026

*Krzysztof Salski
rodca prawnik*
WA-13840

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. sylvia.lasa@wszkkwoj.wlkp.pl

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Marcin Strymiak

2026-05-14

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

