

Kielce, dnia 15.05.2026 r.

Znak sprawy: EZ/103/2026/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii i Kliniki Okulistyki**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Dotyczy Pakiet nr 1*

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis § 3 ust. 5 lub zmienić jego treść z:

*„Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego. – jeżeli dotyczy”*

Na:

*„Zamawiający wymaga pozostawienia aparatu po okresie gwarancyjnym w takim stanie technicznym/z takimi rozwiązaniami technicznymi, aby możliwe było jego serwisowanie przez inny autoryzowany lub upoważniony przez producenta aparatu serwis niż serwis Wykonawcy – jeżeli dotyczy”*

#### **Uzasadnienie:**

Zwracamy uwagę, że zdolność i możliwość obsługi technicznej tego typu urządzenia posiada jedynie autoryzowany serwis. Obsługa techniczna urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta jest możliwa wyłącznie przez przeszkolony personel, w którego dyspozycji są specjalistyczne narzędzia umożliwiające pełną diagnostykę, demontaż i montaż urządzenia i jego podzespołów. Z uwagi na rodzaj urządzenia i sposób jego wykorzystania podczas użytkowania, urządzenie nie powinno być obsługiwane w zakresie serwisowym przez osoby/podmioty, które są nieautoryzowane i/lub nie posiadają stosownego przygotowania i przeszkolenia przez producenta, a także nie są w posiadaniu specjalistycznych narzędzi umożliwiających realizację obsługi serwisowej zgodnej z wytycznymi producenta i zgodnie ze sztuką oraz nie posiadają dostępu do części zamiennych dedykowanych i zaprojektowanych dla przedmiotowego urządzenia i jego podzespołów. Powierzenie obsługi serwisowej podmiotowi nieautoryzowanemu, który nie posiada stosownego przeszkolenia producenta, specjalistycznych narzędzi i dostępu do części zamiennych może spowodować pogorszenie stanu technicznego urządzenia, niewłaściwe jego funkcjonowanie i prowadzić do stworzenia zagrożenia dla pacjenta w trakcie przeprowadzanych operacji. Dlatego wnioskujemy o usunięcie zapisu § 3 ust. 5 lub zmiany treści na zaproponowaną powyżej, która pozostawia możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług innego serwisu niż serwis Wykonawcy jednak z uwzględnieniem warunku serwisu autoryzowanego lub upoważnionego przez producenta, a więc takiego, który posiada odpowiednie zasoby do świadczenia tego typu usług.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i nadaje mu następujące brzmienie:

5. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego – jeżeli dotyczy.<sup>1</sup>

Zamawiający wymaga pozostawienia aparatu po okresie gwarancyjnym w takim stanie technicznym/z takimi rozwiązaniami technicznymi, aby możliwe było jego serwisowanie przez inny autoryzowany lub upoważniony przez producenta aparatu serwis niż serwis Wykonawcy – jeżeli dotyczy.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dotyczy Pakietu nr 2 i 3

<sup>2</sup> Dotyczy Pakietu nr 1

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ.

### ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 w powiązaniu z art. 284 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składanie i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:**

- termin składania ofert: **26.05.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert: **26.05.2026 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.06.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

15-05-2026

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska  
SPECJALISTA

Patrycja Aleksandrowicz  
Rada Prawny

KI-1400

18.05.2026

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

Marcin Martyniak

Z-CA DYREKTORA

ds. Operacyjnych

Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.slowinska@wszki.kielce.pl](mailto:edyta.slowinska@wszki.kielce.pl)