

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 10.06.2026 r.

EZ/121/2026/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „ Zakup i sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Klinik i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiazaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1

Dot. par 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu dla pakietu nr 1 na następujący:

„ 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową– w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ”

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. Wysokość kar umownych ma bezpośredni i istotny wpływ na kalkulację ceny ofertowej, ponieważ stanowi element ryzyka finansowego, który Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Wysokie kary mogą prowadzić do konieczności zwiększenia ceny oferty.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2 poz.1

Czy zamawiający dopuści Elektrode powrotna dla pacjentów o masie ciała od 15 kg z systemem zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem. Pozycja kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym FT10, zgodnie z załączoną kartą?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli elektrodę monopolarną typu pętla? Jeśli tak to czy dopuści pętle o wymiarach 15x15 cm o dł.14cm, z wtykiem do elektrod o śr.4,00 mm, zgodnie z załączoną poniżej karta katalogową?




Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy zamawiający ma na myśli kabel do elektrody biernej, powrotnej o dł. 5m, z wtykiem typu Valleylab, zgodnie z załączoną poniżej karta katalogową?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę powrotną dla pacjentów o masie ciała od 15 kg o wymiarach 163,5 x 117 mm, z klejem elektroprzewodzącym, z kablem do generatora Valleylab o dł. 3,0 m, zgodnie z załączoną poniżej karta katalogową?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Za duża średnica wtyku do elektrod, nieodpowiednie wymiary pętli.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 2 poz.5

Czy zamawiający dopuści jednorazowy przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych o długości ok. 3m kompatybilny z systemem Valleylab Mode, zgodnie z załączoną poniżej karta katalogową?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet nr 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpiersi, mankietem w kształcie walca i łącznikiem z zaokrąglonymi skrzydełkami z nacięciami ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 8

Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankieta z potrójnym znacznikiem głębokości dla każdego rozmiaru (zdjęcie poniżej)?




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 9

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z prowadnicą z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięścieni, mankietem w kształcie walca i łącznikiem z zaokrąglonymi skrzydełkami z nacięciami ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej, wygięta w kształt łuku?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową, bez lateksu, o stałej długości (bez regulowanego kołnierza), w rozmiarach: 3,0-9,0mm, co 0,5 mm? Zdjęcie poglądowe poniżej





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową lewostronną i prawostronną wykonaną z medycznego PVC, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, posiada dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe, gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania, gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką, odpowiednio wyprofilowany kształt, linia rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów, z prowadnicą wykonaną z aluminium, skalowana co 2cm, baloniki kontrolne znakowane typem mankietu, bez lateksu, w zestawie złącza do rurki dooskrzelowej, 2 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia, rozmiary 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, 41CH



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści intubacyjną kształtową nosową z mankietem firmy SUMI, wykonaną z termoplastycznego, silikonowanego PVC, z linią rtg na całej długości rurki, w rozmiarach 6.0 do 8.0 (co 0,5mm), pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową żelową I-GEL jednorazowego użytku, sterylną, wykonaną z żelowego tworzywa wysokiej jakości, wyposażoną w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, posiadająca kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, rozmiary: 1 (2-5 kg); 1,5 (5-12 kg); 2 (10-25kg); 2,5 (25-30 kg); 3 (30-60 kg); 4 (50-90 kg); 5 (90+ kg)?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Wykonana z medycznego silikonu
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie
- Pozbawiona DEHP
- Możliwość stosowania w MRI
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: 1.0 (<5 kg); 1.5 (5-10 kg); 2.0 (10-20 kg); 2.5 (20-30 kg); 3.0 (30-50 kg); 4.0 (50-70 kg); 5.0 (70-100kg)?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta, dzięki, możliwości opróżnienia mankieta z powietrza maska jest komfortowa przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych, wyposażona w 3 kanały: kanał gastryczny, kanał do intubacji rurką intubacyjną oraz kanał drenażu do napełniania mankieta maski, zakończony kontrolnym pilotem barwnym, barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do napełniania mankieta co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski, sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i lateksu rozmiary masek: 3 (30-50 kg), 4 (50-70 kg), 5 (70-100 kg)



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16


Pakiet nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z kanałem do odsysania wydzieliny znad mankieta wbudowanym w ściankę rurki i pojedynczym znacznikiem głębokości w formie grubego oringu?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet nr 1, poz. 11-12 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową żelową I-GEL jednorazowego użytku, sterylną, wykonaną z żelowego tworzywa wysokiej jakości, wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, posiadająca kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, rozmiary: 1 (2-5 kg); 1,5 (5-12 kg); 2 (10-25kg); 2,5 (25-30 kg); 3 (30-60 kg); 4 (50-90 kg); 5 (90+ kg)?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r . poz. 1320 ze zm.) , przesuwając termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 17.06.2026 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 17.06.2026 r. godz. 10:30
Termin związania ofertą : 16.07.2026 r.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail edyta.stefanska@wszkielce.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-06-10
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Krzysztof Jan Saks
Rada Prawny
WA-13940

2026-06-11
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marek Martyniak

Z-CIA DYREKTORA
do Spraw Płatności
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Barłoz Stemplawski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516
e-mail. edyta.stefanska@wszkielce.pl

