

Znak sprawy: EZ/76/2026/SL

Kielce, dnia 15.06.2026 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Kielcach”*

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla pakietów 2 i 3**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Pakiet nr 2- Lodówka do przechowywania leków z rejestratorem temperatury – 1 szt.**

**Frost Tomasz Jankowski**  
**adres ul. Dobra 2, 05-152 Dobrzyń**  
**Za cenę brutto 7 257,00 zł**

*Streszczenie oceny i porównania ofert:*

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy                                                                                                                                                                                            | Cena oferty brutto | Ilość przyzn. punktów w kryterium Cena – 60% | Ilość przyzn. punktów w kryterium Dodatkowy okres gwarancji - 40% | Suma uzysk. punktów |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6         | Frost Tomasz Jankowski<br>adres ul. Dobra 2, 05-152 Dobrzyń<br>województwo mazowieckie<br>REGON 012912418<br>NIP 527-010-04-93<br>katarzyna@frost.com.pl<br>tel.: 606 568 426                                  | 7 257,00 zł        | 60 pkt                                       | 20 pkt                                                            | 80 pkt              |
| 1         | BitBlue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. J<br>ul. Św. Jana 33, 43-267 Suszec<br>województwo śląskie<br>REGON 243439331.<br>NIP 6381809166<br>KRS 0000488612<br>biuro@bitbluefrost.pl<br>Tel.: 509 629 304 | 7 380,00 zł        | 59 pkt                                       | 12 pkt                                                            | 71 pkt              |

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pakiet nr 3 - Ciepłarka do kontrastów- 2 szt.

**EM-MED Sp. z o. o.**

**ul. Tadeusza Śliwiaka 55**

**30-797 Kraków**

**Za cenę brutto 27 756,00 zł**

#### Streszczenie oceny i porównania ofert:

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy                                                                                                                                                                                             | Cena oferty brutto | Ilość przyzn. punktów w kryterium Cena – 60%                                                                                                            | Ilość przyzn. punktów w kryterium Dodatkowy okres gwarancji - 40% | Suma uzysk. punktów |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | EMPIREUM Piotr Dopieralski<br>Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Chotomowska 30<br>województwo: mazowieckie<br>REGON: 871253324<br>NIP: 956-169-75-98<br>biuro@empireum.com.pl<br>tel.: 22 782 44 74                   | 26 449,20 zł       | Oferta odrzucona na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) |                                                                   |                     |
|           | <b>EM-MED Sp. z o. o.</b><br><b>ul. Tadeusza Śliwiaka 55</b><br><b>30-797 Kraków</b><br>województwo: małopolskie<br>REGON 003912061<br>NIP 6760056647<br>KRS 0000187788<br>biuro@emmed.pl<br>tel.: 12 292 78 60 | 27 756,00 zł       | 60 pkt                                                                                                                                                  | 0 pkt                                                             | 60 pkt              |

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### INFORMACJA O ODRUCENIU OFERTY firmy Empireum Piotr Dopieralski w pakiecie nr 3

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Empireum Piotr Dopieralski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymóg dotyczący mocy grzałki na poziomie 400 W. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania wymagań, przedłożył katalog producenta. Z treści katalogu nie wynika jednak, że oferowane urządzenie posiada grzałkę o mocy 400 W. Dokumentacja wskazuje jedynie moc urządzenia (pobór mocy komory roboczej w trybie aktywnym) wynoszącą 200 W.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 20 z dnia 18.05.2026 r. dopuścił odstępianie od wymogu podawania prądu znamionowego 1,75 A oraz dopuścił potwierdzenie tego parametru poprzez podanie mocy urządzenia. Odpowiedź ta nie zmieniała jednak wymagania dotyczącego mocy grzałki wynoszącej 400 W ani nie zwalniała wykonawców z obowiązku wykazania spełniania tego parametru.

Ponieważ z dokumentów złożonych wraz z ofertą nie wynika, że oferowane urządzenie spełnia wymaganie dotyczące mocy grzałki 400 W, Zamawiający uznał, że oferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami. W konsekwencji oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

O terminie zawarcia umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, Zamawiający poinformuje w odrębnym piśmie, po upływie minimalnego terminu wskazanego w art. 264 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ww. Ustawie.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

16-06-2026

16.06.2026  
Z-CIA DYREKTORA  
ds. lecznictwa  
*Krzysztof Bielecki*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Sylvia Lasa*  
INSPEKTOR

*Patrycja Aleksandrowicz*  
Radca Prawny  
KI-1400

