



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce 07.07.2026 r.

EZ/110/2026/UG

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów okresowych pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy EZ/110/2026/UG*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

#### **Pytanie nr 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10% niezrealizowanej** kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 10
- b) za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym - w wysokości **50,00 zł**, za każdy dzień zwłoki,
- c) za realizację usługi będącej przedmiotem umowy niezgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia w wysokości **250,00 zł** za każde uchybienie,
- d) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 14 na wezwanie Zamawiającego w wysokości **500,00 zł** za każdą osobę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



### Pytanie nr 2

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę\* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego\* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail \_\_\_\_\_ na adres e-mail: \_\_\_\_\_.]

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Projektowane postanowienia umowy uwzględniają obowiązki wynikające z nowelizacji przepisów w zakresie wystawiania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF.**

### Pytanie nr 3

Pakiet 8 Pompy infuzyjne - Producent Fresenius Kabi AG - Applix, Amika, Ambix, Activ  
Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy (na życzenie Zamawiającego) urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu (przesyłki kurierskiej.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie nr 4

W celu umożliwienia przystąpienia do postępowania w pakiecie nr 7 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie z pakietu pomp z pozycji nr 1, 2 i 164.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikuję Załącznik nr 2 do SWZ - Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 7 poprzez wykreślenie w Tabeli nr II pozycji 1,2,164. ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.**

### Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 8, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie nr seryjnych wszystkich urządzeń wymienionych w pakiecie nr 8.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 8 poprzez uzupełnienie numerów fabrycznych dwóch pomp. ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.**

### Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu 7 i 8 SWZ pkt 11.2 Czy Zamawiający dopuści wykazanie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych poprzez przedstawienie usług o



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



łącnej wartości minimum 50 000,00 zł w zakresie pakietu 7 oraz minimum 10 000,00 zł w zakresie pakietu 8?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ pkt 11.2. Wykonawca może wykazać spełnienie warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych poprzez wykazanie realizacji kilku usług, pod warunkiem że dotyczą one tego samego 12-miesięcznego okresu, a ich łączna wartość brutto w skali jednego roku wynosi co najmniej:**

**dla Pakietu nr 7 – 50 000,00 zł brutto,**

**dla Pakietu nr 8 – 10 000,00 zł brutto.**

**Pozostałe wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy wzoru Umowy § 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za czynności / prace objęte umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym do wysokości 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2A - Przegląd, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego - lit. c - dla pakietu nr 5 Prosimy o potwierdzenie, że usterki o charakterze drobnym nie wymagają użycia części zamiennych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez usterki o charakterze drobnym rozumie usterki, których diagnostyka i usunięcie możliwe jest w trakcie wykonywania przeglądu, bez konieczności dodatkowej wizyty serwisowej. Usunięcie takich usterek nie obejmuje napraw wymagających wymiany części zamiennych ani ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, które wykaczałyby poza zakres standardowego przeglądu i konserwacji, chyba że ich wykonanie wynika z obowiązków Wykonawcy określonych w dokumentacji postępowania.**


#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2A - Dodatkowe warunki świadczenie usług - lit. j oraz Informacje dodatkowe - pkt. 2 - dla pakietu nr 5 Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wykonywania audytów technicznych oraz szkoleń użytkowników i personelu technicznego z uwagi na rozbieżność pomiędzy treścią umowy a wymaganiami zawartymi w powyższym zapisie. Zakres umowy obejmuje wykonywanie przeglądów, a nie audytów. Rodzaje usterek opisywane są każdorazowo w raportach po przeglądowych i przekazywane są Zamawiającemu przez osoby wykonujące przegląd.

**Odpowiedź: Zamawiający poprzez sformułowanie „audyt” rozumie ocenę stanu technicznego urządzenia wykonaną w trakcie prac przeglądowych, udokumentowaną w raporcie lub protokole z przeglądu. Wymóg ten nie oznacza wykonywania odrębnej usługi audytowej, lecz ocenę stanu technicznego urządzenia w przypadkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2A - Informacje dodatkowe - pkt. 3 - dla pakietu nr 5 Czy w ramach spełnienia ww. zapisu Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie na żądanie oświadczenia Wykonawcy zawierającego szczegółowy wykaz czynności przeglądowych?

Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu: „szczegółowy wykaz części/pakietów serwisowych koniecznych do przeprowadzenia przeglądu, który będzie zgodny z instrukcją serwisową producenta urządzenia, na żądanie zamawiającego po przeprowadzeniu przeglądu technicznego, wykonawca udostępni do wglądu zleceniodawcy wszystkie zużyte, wymienione części/pakiety serwisowe”, ponieważ zgodnie z zaleceniami producenta części zamienne nie są wymagane do przeprowadzenia przeglądu pomp infuzyjnych B. Braun.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu. Obowiązujące postanowienie OPZ odnosi się wyłącznie do części i pakietów serwisowych koniecznych do przeprowadzenia przeglądu zgodnie z instrukcją serwisową producenta danego urządzenia. Jeżeli dokumentacja producenta dla danego modelu pompy nie przewiduje wymiany części lub pakietów serwisowych podczas przeglądu technicznego, zapis ten nie nakłada obowiązku ich wymiany ani przedstawiania wykazu części nieprzewidzianych przez producenta.**

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 3 - §3 - dla pakietu nr 5 Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku wycofania urządzenia z obsługi serwisowej z uwagi na brak dostępu do części zamiennych (zakończenie produkcji > 10 lat) Wykonawca wystawi Zamawiającemu stosowne orzeczenie”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Projektowane postanowienia umowy już regulują sytuację braku możliwości wykonania przeglądu z powodu zakończenia przez producenta gwarantowanej dostępności części zamiennych oraz przewidują obowiązek sporządzenia przez Wykonawcę orzeczenia technicznego wyłączającego urządzenie z użytkowania (§ 3 ust. 12 projektu umowy). W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.**

#### **Pytanie nr 12**


Dotyczy SWZ - Załącznik nr 3 - §3 ust. 4 - dla pakietu nr 5

Prosimy o zmianę zapisu na: „W trakcie realizacji usługi Wykonawca w terminie 7 dni przed upływem terminu wskazanego w harmonogramie na wykonanie przeglądu technicznego prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: ..... zgłoszenie o gotowości do wykonania usługi, przy czym realizacja przeglądów następować będzie po otrzymaniu przez Wykonawcę odrębnego zlecenia, przekazanego nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania usługi”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zasady realizacji przeglądów zostały szczegółowo określone w § 3 ust. 3–6 projektu umowy. Podstawą realizacji usług jest harmonogram przeglądów uzgodniony przez Strony po zawarciu umowy oraz potwierdzenie możliwości wykonania przeglądu przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 5 projektu umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowego obowiązku wystawiania odrębnych zleceń.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



### Pytanie nr 13

Dotyczy pakiety nr 5 W formularzu asortymentowo-cenowym Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres obowiązywania umowy, natomiast w SWZ oraz projekcie umowy wskazano okres 36 miesięcy. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, który okres obowiązywania umowy jest właściwy oraz naniesienie odpowiednio ww. zmian w SWZ. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego skalkulowania kosztów przeglądów.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 5 poprzez zmianę „Ilość w okresie trwania umowy (36 miesięcy)”. ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.**

### Pytanie nr 14

Dotyczy pakiety nr 5 Nadmieniamy, że konieczność wymiany akumulatora może być stwierdzona wyłącznie podczas przeglądu, a jego wymiana nie jest regularną procedurą wymaganą przez producenta. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu w TABELI I pkt. 2 na: „Wymiana pakietów akumulatorów do pomp infuzyjnych objętych umową serwisową, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez technika podczas przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta lub zgodnie z testem wydajności przeprowadzonym w trakcie prac przeglądowych


**Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że jeżeli producent urządzenia nie przewiduje obowiązkowej wymiany pakietu akumulatorów w ramach przeglądu okresowego, decyzja o wymianie akumulatora będzie podejmowana na podstawie wyniku testu wydajności przeprowadzonego podczas przeglądu technicznego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że proponowana przez Wykonawcę zasada została już uwzględniona w treści Załącznika nr 2 do SWZ, zgodnie z którym wymiana pakietów akumulatorów odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta lub zgodnie z testem wydajności przeprowadzonym w trakcie prac przeglądowych. Ponadto wskazane w formularzu ilości wymian mają charakter prognozowany i zostały oszacowane na podstawie stanu urządzeń oraz przewidywanych potrzeb serwisowych na dzień przygotowania postępowania. W trakcie realizacji umowy rzeczywista liczba wymian pakietów akumulatorów może ulec zmianie w zależności od bieżącego stanu technicznego urządzeń, wyników przeprowadzonych przeglądów, zaleceń producenta oraz innych okoliczności wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji treści SWZ.**

### Pytanie nr 15

Dotyczy pakiety nr 5 Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku braku dostępności akumulatorów na dzień wykonania przeglądu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt odpowiednią ilość akumulatorów, których konieczność wymiany została stwierdzona przez technika podczas przeglądu technicznego. Powyższa prośba wynika z zakłóceń w procesie logistycznym i wydłużonego czasu realizacji dostaw akumulatorów. W urządzeniach objętych niniejszą umową standardowa procedura wymiany akumulatorów została opisana w instrukcji obsługi i może zostać wykonana samodzielnie przez Użytkownika.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Załącznika nr 2 do SWZ dla Pakietu nr 5 poprzez dodanie zapisu: „W przypadku braku dostępności pakietów akumulatorów w dniu wykonywania przeglądu technicznego Wykonawca dostarczy na własny koszt odpowiednią liczbę pakietów akumulatorów, których konieczność wymiany została stwierdzona podczas przeglądu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia konieczności wymiany, a w przypadku konieczności sprowadzenia ich z zagranicy – w terminie do 30 dni, po przednim poinformowaniu Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 16**

Pakiet 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od warunków udziału w postępowaniu w zakresie pakietu nr 1 i 2 dotyczących obowiązku posiadania polisy OC z sumą gwarancyjną minimum 500 000,00 zł oraz wykazania wymaganej usługi referencyjnej? Wprowadzenie tych wymagań ogranicza możliwość udziału wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i potencjał do należytej realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Wymóg posiadania ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną minimum 500.000,00 zł oraz wykazania doświadczenia pozostaje bez zmian. Zamawiający uznaje wskazane warunki za proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz niezbędne dla zapewnienia należytego wykonania zamówienia, z uwagi na charakter aparatury medycznej objętej postępowaniem oraz ryzyko związane z wykonywaniem czynności serwisowych.

#### **Pytanie nr 17**


Pakiet 1 i 2: Wnosimy o zmianę zapisu w § 3 ust. 13 lit b) na: „dysponuje legalnym dostępem do dokumentacji technicznej, aktualnych instrukcji serwisowych i oprogramowania serwisowego producenta, niezbędnych do wykonywania usług serwisowych, oraz posiada możliwość zapewnienia oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych, a w przypadku zakończenia produkcji, wycofania z oferty lub zaprzestania wsparcia producenta dla danego modelu urządzenia – części równoważnych pod względem funkcjonalnym, technicznym i jakościowym, zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę § 3 ust. 13 lit. b) w zakresie dopuszczenia części równoważnych wyłącznie w sytuacji, gdy oryginalne części zamienne nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub wycofania danego modelu urządzenia przez producenta. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby Wykonawca dysponował legalnym dostępem do dokumentacji technicznej, aktualnych instrukcji serwisowych i oprogramowania serwisowego producenta oraz zapewniał części zamienne fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami producenta urządzenia. W przypadku zastosowania części równoważnych muszą one być dopuszczone przez producenta urządzenia lub spełniać wymagania określone w OPZ, w szczególności w zakresie zgodności z fabryczną konfiguracją aparatu, dokumentacją techniczną oraz zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia.

§ 3 ust. 13 lit. b) otrzymuje brzmienie, „dysponuje dostępem do dokumentacji technicznej, aktualnych instrukcji serwisowych oraz oprogramowania serwisowego producenta, niezbędnych do prawidłowego wykonywania usług serwisowych, a także posiada dostęp do



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



*oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych. W przypadku braku dostępności części oryginalnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji, wycofania z oferty lub zaprzestania wsparcia producenta dla danego modelu urządzenia, dopuszcza się zastosowanie części równoważnych, fabrycznie nowych, spełniających wymagania określone w OPZ, w szczególności zgodnych z fabryczną konfiguracją urządzenia, dokumentacją techniczną oraz zaleceniami producenta, zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia.”*

#### Pytanie nr 18

Pakiet 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt b) z kwoty 600,00 zł do 300,00 zł za każdy dzień zwłoki oraz na zmianę § 9 ust. 2 poprzez obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych z 30% do 20% wartości umowy? W ocenie Wykonawcy proponowane zmiany pozwolą zachować proporcjonalność kar do przedmiotu zamówienia oraz zapewnią równowagę praw i obowiązków stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W załączeniu Zamawiający przekazuje ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, uwzględniający zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi.

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

#### NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 14.07.2026 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2026 r. godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.08.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularz do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [urszula.gierada@wszkielce.pl](mailto:urszula.gierada@wszkielce.pl)

Dział Zamówień Publicznych

mgr Urszula Gierada  
SPECIALISTA

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny

WA - 13940

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

[urszula.gierada@wszkielce.pl](mailto:urszula.gierada@wszkielce.pl)

Z-CA DYREKTORA

ds. Pierwszostwa

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

mgr Grzegorz Majka

2026 -07- 0 7

2026-07-07

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Sz...

