




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 14.07.2026 r.

EZ/144/2026/MK

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na „Zakup i dostawa 2 sztuk respiratorów noworodkowych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
znak: EZ/144/2026/MK.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o zatwierdzenie środków dowodowych w postaci podania stron/-y specyfikacji technicznej poświadczające parametry wskazane w Załączniku nr 2.1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2.1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony potwierdzający spełnienie wymaganego parametru.

Pytanie nr 2

Dotyczy: UMOWA §8 ust 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych:

b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – z wysokości 500,00 zł do 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi –z 300,00 zł do 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 3

Dotyczy: UMOWA - §6 ust 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wartości kar umownych z 30% do 20% wartości umowy Dotyczy: UMOWA §9 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych:

b) za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym - z wysokości 800,00 zł, do 400,00 zł za każdy dzień zwłoki? Łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20% wartości umowy ?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

PKT. 4 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaganie określone w pkt 4 wynika z potrzeby zapewnienia ergonomii pracy personelu medycznego oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni przy stanowisku intensywnej terapii noworodka.

Pytanie nr 5

PKT. 5, 9 Czy Zamawiający dopuści respirator z wbudowanym na stałe keranem w respirator bez możliwości jego pochylenia czy odłączania od respiratora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Wymaganie dotyczące możliwości regulacji położenia ekranu wynika z konieczności zapewnienia ergonomicznej obsługi respiratora przez personel medyczny podczas prowadzenia terapii pacjentów neonatologicznych oraz pediatrycznych, gdzie urządzenie może być wykorzystywane przy różnych konfiguracjach stanowiska intensywnej terapii. Możliwość dostosowania położenia ekranu umożliwia właściwą obserwację parametrów wentylacji, ogranicza ryzyko błędów podczas obsługi oraz pozwala na optymalne ustawienie urządzenia względem stanowiska pacjenta.

Pytanie nr 6

PKT. 7 Czy Zamawiający dopuści respirator bez portu HDMI, z jednym portem USB i jednym portem szeregowym i jednym portem LAN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w inną konfigurację portów komunikacyjnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości eksportu danych, konfiguracji urządzenia, wykonywania kopii ustawień oraz komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi wymaganej dla prawidłowego użytkowania respiratora.

Pytanie nr 7 PKT. 8 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator bez funkcji bezpośredniego wyświetlania zawartości ekranu na urządzeniu zewnętrznym.


Pytanie nr 8

PKT. 10, 11 Czy Zamawiający dopuści ramię podtrzymujące układ pacjenta respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał umiejscowienie układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 i 11. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji stanowiska intensywnej terapii, bezpiecznego prowadzenia układu oddechowego oraz ograniczenia ryzyka jego zagięcia, naprężenia lub przypadkowego rozłączenia podczas prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 9

PKT. 13, 103 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez producenta, pod warunkiem zapewnienia wymaganej w pkt. 13 oraz prawidłowej pracy układu wydechowego. Zamawiający nie wymaga konkretnej technologii wykonania układu wydechowego, jeżeli zastosowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i spełnia wymagania producenta urządzenia. oraz bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.

Pytanie nr 10

PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w akumulator gwarantujący ciągłą pracę przez okres 180 minut z trybem HFO włączniem, bez możliwości rozbudowy o dodatkowy akumulator?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w akumulator zapewniający autonomiczną pracę urządzenia przez minimum 180 minut, również podczas prowadzenia wentylacji HFO, bez możliwości rozbudowy o dodatkowy akumulator. Wymóg dotyczący dodatkowego akumulatora miał na celu zapewnienie odpowiedniego czasu pracy awaryjnej urządzenia. W przypadku zaoferowania rozwiązania zapewniającego dłuższy czas podtrzymania pracy urządzenia Zamawiający uznaje wymaganie za spełnione.

Pytanie nr 11

PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał możliwość eksportowania ustawionej konfiguracji na inne respiratory tego samego typu przy pomocy nośnika pamięci USB. Wymagana funkcja umożliwia sprawne i bezpieczne odtwarzanie ustalonych konfiguracji urządzenia, zapewnia standaryzację ustawień stosowanych w terapii oraz ogranicza ryzyko błędów podczas przygotowania urządzenia do pracy.

Pytanie nr 12

PKT. 18 Czy Zamawiający dopuści respirator z funkcją automatycznego uruchamiania testów po włączeniu respiratora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator, w którym po uruchomieniu urządzenia następuje automatyczne rozpoczęcie procedury testowej, pod warunkiem zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli prawidłowego działania aparatu oraz układu oddechowego przed rozpoczęciem wentylacji.

Pytanie nr 13

PKT. 19 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w tryb wentylacji CMV, SIMV, PSV oraz PTV i PTV VTV? W trybie PTV wszystkie oddechy pacjenta są wspomagane ciśnieniowo. Jeśli nie zostanie wykryty wysiłek oddechowy pacjenta, to respirator zada oddech mechaniczny zgodnie z ustawionymi parametrami (Ti, PEEP oraz PIP). W trybie PTV



VTV ciśnienie wdechowe jest kontrolowane przez respirator w celu osiągnięcia docelowej, wydechowej objętości oddechowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w inne nazewnictwo trybów wentylacji, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności odpowiadającej wymaganym trybom wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej, synchronizowanej oraz wentylacji z gwarantowaną objętością oddechową.

Pytanie nr 14

PKT. 20 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w tryb wentylacji SIMV, SIMV VTV oraz AC/SIMV ze wspomaganie ciśnieniowym (P support)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w tryby SIMV, SIMV z gwarantowaną objętością oraz AC/SIMV ze wspomaganie ciśnieniowym, pod warunkiem zapewnienia możliwości prowadzenia wentylacji synchronizowanej z pacjentem oraz zabezpieczenia odpowiedniej wentylacji minutowej.

Pytanie nr 15

PKT. 21, 22 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w tryby z gwarantowaną objętością tj: CMV, PTV, PSV, SIMV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w inne tryby wentylacji realizujące funkcję wentylacji z gwarantowaną objętością, pod warunkiem zapewnienia możliwości stosowania tej funkcji w trybach wymienionych w wymaganiach Zamawiającego oraz u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych.

Pytanie nr 16

PKT. 29 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w następujące tryby wentylacji nieinwazyjnej: nHFO, nCPAP z synchronizacją, NIPPV z synchronizacją, DUOPAP, HFOT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w tryby wentylacji nieinwazyjnej nHFO, nCPAP z synchronizacją, NIPPV z synchronizacją, DUOPAP oraz HFOT, pod warunkiem zapewnienia możliwości prowadzenia skutecznej wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów neonatologicznych oraz pediatrycznych.

Pytanie nr 17

PKT. 34 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcję automatycznej regulacji amplitudy podczas wentylacji HFO w celu utrzymania ustawionej objętości oddechowej. Wymagana funkcja jest istotna z punktu widzenia prowadzenia wentylacji wysokoczęstotliwościowej u pacjentów neonatologicznych, ponieważ umożliwia dostosowanie amplitudy oscylacji do aktualnych warunków układu oddechowego pacjenta, wspiera utrzymanie zakładanej objętości oddechowej oraz ogranicza ryzyko stosowania nadmiernych ciśnień w drogach oddechowych.

Pytanie nr 18

PKT. 36 Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem średniego ciśnienia w drogach oddechowych 0-45 mbar?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator z zakresem regulacji średniego ciśnienia w drogach oddechowych podczas HFO od 0 do 45 mbar, ponieważ zakres ten obejmuje wartości wymagane klinicznie dla prowadzenia wentylacji wysokoczęstotliwościowej u pacjentów neonatologicznych.

Pytanie nr 19

PKT. 37 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcję automatycznego programowania parametrów wentylacji oraz granic alarmowych na podstawie wprowadzonej masy ciała pacjenta neonatologicznego. Wymagana funkcja ma istotne znaczenie dla szybkiego i bezpiecznego przygotowania urządzenia do pracy z pacjentami o bardzo małej masie ciała. Umożliwia ograniczenie ryzyka niewłaściwego doboru wartości początkowych parametrów wentylacji oraz wspiera standaryzację postępowania terapeutycznego zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia wentylacji u pacjentów neonatologicznych.

Pytanie nr 20

PKT. 38 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator bez funkcji automatycznego wyliczania parametrów wentylacji na podstawie należytej masy ciała, pod warunkiem zapewnienia możliwości ręcznej konfiguracji parametrów przez personel medyczny.

Pytanie nr 21

PKT. 51 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji ograniczenia ciśnienia Pmax?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcję ograniczenia maksymalnego ciśnienia Pmax w terapii O₂ w zakresie określonym w wymaganiach techniczno-funkcjonalnych. Wymagana funkcja stanowi element bezpieczeństwa prowadzonej terapii tlenowej, szczególnie u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych, u których przekroczenie dopuszczalnych wartości ciśnienia może skutkować ryzykiem wystąpienia powikłań związanych z wentylacją.


Pytanie nr 22

PKT. 52 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego oraz PEEP. Wymagana funkcja jest istotna z punktu widzenia prowadzenia terapii pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych, umożliwia przeprowadzenie kontrolowanego manewru rekrutacji oraz wspiera optymalizację wentylacji u pacjentów wymagających intensywnego wsparcia oddechowego.

Pytanie nr 23

PKT. 54 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał możliwość zmiany parametrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 54. Wymagana funkcja umożliwi szybką i bezpieczną modyfikację parametrów wentylacji podczas prowadzenia terapii, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji personelu medycznego.

Pytanie nr 24

PKT. 55 Czy Zamawiający dopuści respirator monitorujący częstość oddechów z obrazowaniem na krzywej oddechy spontaniczne, wyzwalane bez kalkulacji ich wartości sumarycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał monitorowanie częstości oddechów wymuszonych, wyzwalanych, spontanicznych oraz wartości sumarycznej.

Wymagane funkcje monitorowania stanowią istotny element oceny skuteczności wentylacji, synchronizacji pacjenta z respiratorem oraz kontroli udziału własnej pracy oddechowej pacjenta, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych.

Pytanie nr 25

PKT. 58, 59, 60, 61, Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcje monitorowania: objętości pojedynczego oddechu spontanicznego, objętości minutowej wentylacji z korekcją przecieku, spontanicznej wydechowej objętości minutowej, objętości minutowej przecieku. Wymienione parametry są istotne dla bieżącej oceny skuteczności prowadzonej wentylacji, kontroli przecieków oraz oceny własnej pracy oddechowej pacjenta, w szczególności podczas wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych.

Pytanie nr 26

PKT. 67 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w galwaniczny czujnik tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator wyposażony w galwaniczny czujnik tlenu, pod warunkiem zapewnienia dokładnego, ciągłego pomiaru stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, odpowiedniej kontroli tego parametru oraz spełnienia wymagań bezpieczeństwa określonych przez producenta urządzenia.


Pytanie nr 27

PKT. 70 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator bez prezentacji wskaźnika RSBI, pod warunkiem zapewnienia możliwości oceny parametrów oddechu spontanicznego i gotowości pacjenta do zmniejszenia wsparcia wentylacyjnego poprzez dostępne parametry monitorowane.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 28

PKT. 71 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w ekran o przekątnej 12,1”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Wymagana wielkość ekranu wynika z konieczności jednoczesnej prezentacji licznych parametrów monitorowanych, krzywych, pętli oddechowych oraz trendów, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych.

Pytanie nr 29

PKT. 77 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator bez jednoczesnej prezentacji trendów i krzywych dynamicznych, pod warunkiem zapewnienia możliwości monitorowania parametrów wentylacji oraz ich analizy w dostępnych widokach urządzenia.

Pytanie nr 30

PKT. 78 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w dziennik z możliwością zachowania 1000 wpisów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dziennik zdarzeń umożliwiający zapis 1000 wpisów, pod warunkiem zachowania możliwości analizy historii zdarzeń oraz alarmów urządzenia.

Pytanie nr 31

PKT. 79 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w zapis trendów z ostatnich 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zapis trendów z okresu 14 dni, pod warunkiem zapewnienia możliwości analizy przebiegu terapii i monitorowanych parametrów wentylacji.

Pytanie nr 32


PKT. 80, 82, 83, 84, 86, 87 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 80, 82, 83, 84, 86 oraz 87. Wymagane funkcjonalności wynikają ze specyfiki prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych oraz zapewniają właściwą prezentację danych, sprawną obsługę urządzenia, możliwość oceny parametrów wentylacji oraz bezpieczną pracę personelu medycznego.

Pytanie nr 33

PKT. 97 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza respiratora bez funkcji opisanej w pkt 97. Wymaganie dotyczące wyświetlania na ekranie respiratora instrukcji pomocniczych do występującego alarmu (wskazanie przyczyny alarmu oraz zalecanego sposobu postępowania) wynika z konieczności zapewnienia szybkiej identyfikacji sytuacji alarmowej oraz podjęcia właściwych działań przez personel medyczny, co ma szczególne



znaczenie podczas prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych.

Pytanie nr 34

PKT. 98 Czy Zamawiający dopuści nawilżacz bez serwokontroli przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga zastosowania aktywnego nawilżacza wyposażonego w serwokontrolę temperatury układu oddechowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 98. Wymagana funkcja zapewnia utrzymanie właściwych parametrów ogrzewania i nawilżania mieszaniny gazów oddechowych oraz ogranicza ryzyko kondensacji w układzie oddechowym, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia wentylacji pacjentów neonatologicznych.

Pytanie nr 35

PKT. 13 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby respirator wyposażony był w pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran? Wyeliminowało by to konieczność sterylizacji zastawek oraz ich ewentualnych awarii i ponoszenia dodatkowych kosztów z nimi związanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego układu wydechowego. Wymóg określony w pkt 13 odnosi się do zapewnienia zabezpieczenia miejsca połączenia układu oddechowego oraz bezpieczeństwa użytkownika urządzenia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania stosowane przez producenta, zapewniające prawidłową pracę układu wydechowego oraz bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane aparaty były wyposażone w moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazujący na pomiarze saturacji pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga wyposażenia respiratora w moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej na podstawie pomiaru saturacji pacjenta. Zamawiający wymaga funkcji określonych w SWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany tryb wentylacji nieinwazyjnej HFO był certyfikowanym trybem wentylacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego określenia „certyfikowany tryb wentylacji”, jeżeli funkcja jest integralną funkcją urządzenia dopuszczonego do obrotu i użytkowania.


Pytanie nr 38

Czy Zamawiający oczekuje zaproponowania trybu wentylacji CMV + HFO tj. nałożenie trybu wentylacji oscylacyjnej na wentylację klasyczną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga dodatkowego trybu wentylacji MV + HFO, jeżeli nie został on wskazany w wymaganiach określonych w SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Zamawiający wymaga realizacji funkcji opisanych w wymaganiach techniczno-funkcjonalnych, w tym wentylacji HFO zgodnie z pkt 30–36.

Udzielone odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oraz składaniu oferty. Wykonawca, korzystając z dopuszczenia wskazanego w odpowiedzi na pytanie, zobowiązany jest odpowiednio oznaczyć ten fakt w formularzu parametrów oferowanych.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 21.07.2026 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.07.2026 r. godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.08.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularz do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail magdalena.kuszevska@wszckielce.pl

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Enerada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-07-14
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

14.07.2026

2 up
Z-CIA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
mgr Grzegorz Majka

