



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Kielce, 22.07.2026 r.

znak sprawy: EZ/153/2026/RŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793). Przedmiotem zamówienia są „**Sukcesywne dostawy akcesoriów okulistycznych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r poz. 793) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 7

Czy zamawiający, dopuści strzałki PVA pakowane jednostkowo po 5 szt. – jednorazowe, sterylne o właściwościach :” PVA spongi jednorazowe, sterylne , pakowane po 5 szt. ref 70003, produkcja EU. Niepylająca, pozbawiona włókien, wycinana metodą wykrawania trójkątna pianka z polialkoholu winylowego (PVA).Szybkie wchłanianie płynów (czas przenikania od czubka do podstawy <15 sek.).Wysoka retencja płynów; Grubość w stanie mokrym: 8 do 10 mm ' ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 7

Czy zamawiający, dopuści oferowanie pełnych opakowań producenta w ilości równoważnej lub z zaokrągleniem do pełnych pudełek ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wartości ograniczenia opisanego w § 3 ust. 7 Projektu umowy, do 20% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit a) Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit b) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit c) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto towaru niezgodnego z umową, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit d) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych opisanych do 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 2 Poz. 1


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: 100% fluorowany perfluorowęglowodór zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), perfluorohydrindanu (0-2%) i perfluorocykloheksylobutanu (0-4%). Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,3. Ciężar właściwy w g/ml (w 20°C): 1,91–1,96. Prężność pary (mbar): 8,8. Opakowanie zawiera: fiolkę o pojemności 7 ml oraz plastikową strzykawkę o objętości 5 ml lub 10 ml i kaniulę 20G. Warunki przechowywania: temperatura poniżej 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 2 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: Wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy. Gęstość (w 22 °C): 0,98 g/cm³. Lepkość (w 25°C): 1000–1500 mPas. Napięcie międzyfazowe w por. z roztworem do irygacji: 44,9 mN/m. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,40. Opakowanie: strzykawka o pojemności 10 ml. Warunki przechowywania: temperatura poniżej 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 13 Pakiet nr 2 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: Jałowy roztwór do stosowania w chirurgii witreoretinalnej w celu wybarwienia granicznej warstwy wewnętrznej siatkówki (ILM) i/lub błony nasiatkówkowej podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej (ERM). Skład: 2% luteina rozpuszczalna (zawierająca izomer - zeaksantynę), 0,05% PBB®- barwnik Pure Benzyl - Brilliant Blue, 0,15% błękit trypanowy. Osmolarność: 250 - 350 mOsm/kg. pH: 6.0 – 7.4. Opakowanie: 5 sztuk szklanych ampułkostrzykawk o pojemności 0,5 ml. Warunki przechowywania: temperatura poniżej 30°C, chronić przed światłem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 2 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: 2% roztwór hydroksyprometylocelulozy. Masa cząsteczkowa: > 500 000 Daltonów. Lepkość (w 25°C): 2 400 – 4 000 mPa.s (co 5s-1). Osmolarność: 265 – 300 mOsm/kg. pH: 6.8 – 7.6. Pojemność: 2.5 ml. Kaniula o grubości 23G. Temperatura przechowywania: poniżej 25°C – nie zamrażać?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 5 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: Sterylna, niegorączkotwórcza mieszanka wysoko oczyszczonego oleju silikonowego i częściowo fluorowanej olefiny. Gęstość (w 22 °C): 1,02 g/ml. Lepkość (w 25°C): 3000–4000 mPas. Napięcie międzyfazowe w por. z roztworem do irygacji: >40 mN/m. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,40. Opakowanie: strzykawka o pojemności 10 ml. Warunki przechowywania: temperatura powyżej 15°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 Pakiet nr 6 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o parametrach: Wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy. Gęstość (w 22 °C): 0,98 g/cm³. Lepkość (w 25°C): 5000–5900 mPas. Napięcie międzyfazowe w por. z roztworem do irygacji: 44,9 mN/m. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,40. Opakowanie: strzykawka o pojemności 10 ml. Warunki przechowywania: temperatura poniżej 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści strzałki okulistyczne wykonane z materiału PVA? Celuloza niesie za sobą ryzyko wytrącenia pyłków.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu wiskoelastyków w osobnych opakowaniach o poniższych parametrach:

- hialuronian sodu 1.8%: masa cząsteczkowa 1.2-2.2 mln Da, lepkość około 100 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność 1 ml

- hialuronian sodu 1.4%: masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da, lepkość około 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność 1 ml

Oba preparaty przechowywana w temp 2-25°C

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie dekaliny o poniższym opisie:

Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiole 5 ml, czysty



płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przezroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodorową, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +-2 stopnie C od 2.66cSt do 3.00 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu o poniższym opisie:

Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki podczas operacji zaćmy, o stężeniu 0,06%, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pH: 6,0-7,8. Opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu oraz etykiety umożliwiające znakowanie karty pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści również olej o lepkości 4500-5500 i gęstości od 0,967-0,975?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści również strzałki pakowane w blistry po 5 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%, pH 6,8-7,8 pod nazwą chemiczną: sól tetrasodowa 3,3'-[(3,3'-dimetylo-4,4'-bifenylo)bis(azo)]bis(kwasu 5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalenodisulfonowego), masę cząsteczkową 960,8, wzór cząsteczkowy C₃₄ H₂₄ N₆ Na₄ O₁₄ S₄?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści wysokochłonne, zapewniające szybką absorpcję krwi i płynu z pola chirurgicznego strzałki z gąbki piankowej (PVA – polimeru acetalu poliwinylu, który jak wykazały badania ze względu na skład chemiczny ma lepsze niż celuloza (ulegająca szybkiej hydratacji) właściwości adsorpcyjne)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZMIANA TERMINÓW

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach modyfikuje pkt. 28 oraz 29 SWZ tj. *termin składania i otwarcia ofert* i wyznacza nowe terminy w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert: **29.07.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **29.07.2026 r. godz. 10:30**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 23 SWZ-Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **26.08.2026 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor
Łastowska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

22-07-2026

mgr Jolanta Wóblewska-Więsek
KL-1220
22.07.2026 r.

2 y.

Z-CA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

mgr Grzegorz Majka

2026-07-23

23.07.2026
Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
Krzysztof Bidas