




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 24.07.2026 r.

EZ/160/2026/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na „Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów okresowych inkubatorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/160/2026/UG

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powołaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.


Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wykonawcę z certyfikatem na urządzenie tożsame, tego samego typu i producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie certyfikatu dotyczącego urządzenia tożsamego, tego samego typu i producenta. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla konkretnych modeli inkubatorów firmy GE HealthCare znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego. Wymóg posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia aktualnego imiennego świadectwa/certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie obsługi serwisowej aparatury będącej przedmiotem zamówienia wynika z konieczności zapewnienia, aby czynności serwisowe były wykonywane przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i znajomość rozwiązań technicznych zastosowanych w konkretnych urządzeniach. Pojęcie „urządzenie tożsame” nie jest jednoznaczne i może obejmować urządzenia jedynie podobne pod względem funkcjonalnym lub należące do tej samej grupy wyrobów, co nie gwarantuje posiadania wymaganych kompetencji w zakresie serwisowania konkretnych modeli inkubatorów objętych zamówieniem.

Pytanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia pkt g) Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez „kontrolę połączeń instalacji zasilających i gazów medycznych”? Wykonawca zajmujący się serwisem aparatury medycznej nie jest podmiotem, który sprawdza instalacje szpitalne oraz należące do infrastruktury Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie, że zakres zobowiązań Wykonawcy ograniczony jest wyłącznie do



sprawdzenia stanu urządzeń/aparatów w tym zawartych w nim elementów. Mając na względzie powyższe, wnosimy o następującą zmianę postanowienia: „kontroli podłączeń instalacji zasilających i gazów medycznych, o ile ww. instalacje stanowią część takiego urządzenia/aparatu. Obowiązki Wykonawcy nie obejmują kontroli, oceny stanu technicznego, konserwacji ani odpowiedzialności za infrastrukturę Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący „kontroli podłączeń instalacji zasilających i gazów medycznych” odnosi się wyłącznie do elementów stanowiących integralną część urządzenia/aparatu objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. Zakres obowiązków Wykonawcy nie obejmuje kontroli, oceny stanu technicznego, konserwacji ani odpowiedzialności za infrastrukturę Zamawiającego, w szczególności instalacje szpitalne, gniazda, przyłącza oraz inne elementy infrastruktury technicznej niebędące częścią urządzenia.

Pytanie nr 3

Dla urządzeń będących przedmiotem umowy, starszych niż 7 lat, producent nie gwarantuje dostępności wszystkich części zamiennych zarówno przy przeglądach jak i naprawach. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy dany przegląd lub naprawa będzie niemożliwa do zrealizowania ze względu na brak dostępnych części zamiennych. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z przeglądu czy też naprawy urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje sytuację opisaną powyżej oraz o potwierdzenie, że wystąpienie tej sytuacji nie będzie rodziło jakichkolwiek roszczeń ani jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy, w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych, takich jak termin naprawy.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy wykonanie przeglądu lub naprawy urządzenia będzie niemożliwe z uwagi na brak dostępności wymaganych części zamiennych, niezależny od Wykonawcy i wynikający z zaprzestania ich produkcji lub braku dostępności u producenta/dostawców, okoliczność ta nie będzie skutkowałą naliczeniem kar ani powstaniem odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie czynności w wymaganym terminie. Wykonawca zobowiązany jest jednak do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz przedstawienia informacji potwierdzających brak dostępności części i wskazania dalszego możliwego sposobu postępowania.

Pytanie nr 4

Orzeczenie techniczne. Zwracamy uwagę, że Wykonawca w raporcie serwisowym przekazywanym Zamawiającemu po wykonanym przeglądzie technicznym lub naprawie wskazuje wyłącznie stan konkretnego sprzętu i dostępności części/ możliwości naprawy, w tym w szczególności wyraźnie zaznacza jeśli ten sprzęt jest niesprawny lub/i nie ma możliwości jego naprawy. Na podstawie tego dokumentu Zamawiający jako użytkownik wyrobu medycznego, do którego mają zastosowanie określone obowiązki wskazane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w szczególności art. 63 ust. 2 tej ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przyszłości aparatu, w tym jego ewentualnej kasacji lub wyłączeniu go z użytkowania w przypadku niesprawności



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



i/lub braku możliwości naprawy. Wnosimy o doprecyzowanie, że dokument wymieniony w postanowieniu uwzględniać ma wyłącznie informacje na temat stanu technicznego danego aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokument sporządzany przez Wykonawcę po wykonanym przeglądzie technicznym lub naprawie powinien zawierać informacje dotyczące stanu technicznego danego urządzenia, w tym w szczególności stwierdzone usterki, zakres wykonanych czynności oraz informacje dotyczące możliwości dalszej eksploatacji urządzenia.

Decyzja dotycząca dalszego użytkowania urządzenia, jego wycofania z eksploatacji, naprawy lub kasacji należy do Zamawiającego jako użytkownika wyrobu medycznego.

Pytanie nr 5


§3 ust. 10 Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że zmiana terminu przeglądu z inicjatywy Zamawiającego nie może nastąpić później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem przeglądu:

10. Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub samodzielnie w uzasadnionych przypadkach (nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem przeglądu) dokonać zmiany terminu wykonania przeglądu oraz czasu jego realizacji w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu w szczególności w przypadku, gdy aparat jest uszkodzony lub ilość zaplanowanych zabiegów uniemożliwia wyłączenie aparatu z bieżącej eksploatacji. Przyczyny zmiany terminu wykonania przeglądu oraz czasu jego realizacji zostaną opisane w protokole, o którym mowa w ust. 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia, zgodnie z którym zmiana terminu przeglądu z inicjatywy Zamawiającego mogłaby nastąpić wyłącznie nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem przeglądu. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy aparatury medycznej, mogą wystąpić sytuacje wymagające zmiany terminu wykonania przeglądu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamawiający zobowiązuje się jednak do poinformowania Wykonawcy o konieczności zmiany terminu wykonania przeglądu niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu takiej okoliczności.

Pytanie nr 6

§9 ust. 1 pkt 1) lit. a) Odstąpienie od umowy o świadczenie usług ma skutek ex nunc (por. wyrok SN o sygn. V CSK 30/07), co oznacza, że dotyczy wyłącznie niewykonanej części umowy. Świadczenia już zrealizowane w sposób prawidłowy pozostają skuteczne i nie podlegają unieważnieniu, a Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną część usług. Kara umowna stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 k.c.). Nie znajduje zatem uzasadnienia ani podstawy prawnej naliczanie kary od części umowy, która została wykonana zgodnie z warunkami umowy i



rozliczona przez strony. Naliczanie kary od wartości całkowitej umowy, obejmującej również część wykonaną i rozliczoną, prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Zwracamy się w związku z powyższym o zmianę ww. postanowienia:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 10.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

§9 ust. 1 pkt 1) lit. b) Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kary umownej określonej w pkt b) poprzez zastąpienie stałej kwoty 600,00 zł za każdy dzień zwłoki - karą procentową w wysokości 0,5% wartości brutto usługi (czynności/prac), której dotyczy zwłoka, naliczaną za każdy dzień zwłoki. Proponowane rozwiązanie pozwoli na proporcjonalne dostosowanie wysokości kary do rzeczywistej wartości i zakresu opóźnionego świadczenia, co Wykonawca uważa za bardziej sprawiedliwe niż stała kwota oderwana od wartości usługi. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację postanowienia:

b) za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym - w wysokości 0,5 wartości brutto usługi, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

§9 ust. 1 pkt 1) lit. e) Jak wyżej – prosimy o obniżenie wartości kary do „1000,00 zł”, wskazując, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy, w tym kary umowne, podlegają w kalkulowaniu do ceny ofertowej ponoszonej przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

§9 ust. 2 Wykonawca zwraca się o obniżenie łącznego limitu kar umownych z 30% do „20%” wartości umowy, wskazując, że proponowany pierwotnie próg w sposób nadmierny zwiększa jego ryzyko finansowe wynikające z umowy. Proponowany poziom 20% odpowiada standardom rynkowym stosowanym w umowach o zbliżonym charakterze i zakresie ryzyka, zachowując jednocześnie funkcję dyscyplinującą kar umownych wobec Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

§10 ust. 5 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego terminu na usunięcie naruszeń przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy. W obecnym brzmieniu termin ten określony jest jako „nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych”, co w praktyce pozwala stronie wzywającej na wyznaczenie terminu nawet jednodniowego, całkowicie mijającego się z celem takiego wezwania, jakim jest realne umożliwienie



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



usunięcia nieprawidłowości. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wskazanie terminu wynoszącego 5 dni kalendarzowych, bez możliwości jego skracania przez stronę wzywającą. Takie rozwiązanie zapewni obu stronom realną możliwość reakcji na wezwanie i wyeliminuje ryzyko wykorzystywania zbyt krótkich terminów w sposób sprzeczny z intencją tego zapisu. Proponujemy zatem następującą modyfikację postanowienia:

5. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, min. 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 10 ust. 5 projektu umowy. Zamawiający wskazuje, że obecne brzmienie postanowienia zapewnia możliwość wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu na usunięcie stwierdzonych naruszeń lub przyczyn ich powstania, z uwzględnieniem charakteru naruszenia oraz okoliczności konkretnego przypadku. Określenie terminu jako „nie dłuższego niż 5 dni kalendarzowych” stanowi maksymalny czas, jaki może zostać wyznaczony przez stronę zamierzającą odstąpić od umowy, nie oznacza natomiast automatycznego obowiązku wyznaczania terminu krótszego. Zamawiający każdorazowo będzie określał termin adekwatny i realny do usunięcia danego naruszenia, mając na uwadze prawidłową realizację przedmiotu umowy.

Treść udzielonych wyjaśnień jest wiążąca i stanowi integralną część dokumentacji postępowania. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe informacje przy przygotowaniu oraz składaniu ofert.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-07-27
mgr Sebastian Szaniawski

28.07.2026
lek. Grażyna Szczęsna-Markowska
specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii
6562352

28.07.2026
Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr inż. Stefan Bąk

28.07.2026
RADCA PRAWNY
KL/1407

Agnieszka Zwierchowska-Łucka

