




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail:
www.wszzkielce.pl



TI.073.1562.2026

Kielce, dnia 29.05.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) pn. „Naprawa, modernizacja i wykonywanie przeglądów ultrasonograficznego aparatu EPIQ 7G będącego na wyposażeniu I Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 1: Dot. §10 wzoru umowy - Wnosimy o uzupełnienie § 10 projektu umowy poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu kar umownych oraz procedury poprzedzającej ich naliczenie, np. o następującej treści: „Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Przed naliczeniem jakiegokolwiek kary umownej Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonego naruszenia, wyznaczając odpowiedni termin na jego usunięcie. Kara umowna może zostać naliczona wyłącznie w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu oraz dalszego utrzymywania się naruszenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, załącza zmodyfikowany załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Pytanie 2: Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych o 50% oraz wprowadzenie limitu wszystkich kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto umowy. Jednocześnie prosimy o wyłączenie możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokości kar umownych, Zamawiający ogranicza wysokość odszkodowania do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody pozostającej w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, załącza zmodyfikowany załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Pytanie 3: W § 10 ust. 2 projektu umowy Zamawiający przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje ograniczenie wysokości takiego odszkodowania do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody pozostającej w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza wysokość odszkodowania do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody pozostającej w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, z wyłączeniem utraconych korzyści. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Pytanie 4: Wnosimy o zmianę zapisu OPZ, punkt 1, z „Wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych z ograniczeniem do wymiany 3 standardowych głowic USG w pierwszym roku po wykonanej naprawie i modernizacji” na “ Wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych z ograniczeniem do wymiany maksymalnie 3 standardowych głowic USG (z wyłączeniem głowic matrycowych,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



wolumetrycznych, dwupłaszczyznowych oraz przezprzelykowych) w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, liczonych od dnia jej zawarcia."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, załącza zmodyfikowany Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie 5: Wnosimy o uzupełnienie projektu umowy §2 o następujący zapis: Modernizacja obejmująca wymianę komponentów sprzętowych oraz aktualizację oprogramowania do wymaganej konfiguracji zostanie wykonana w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, załącza zmodyfikowany załącznik nr 3 do zaproszenia.

2 p

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr inż. Stefan Bąk

Dyrektora
ds. Technicznych

mgr inż. Kłaudia Bujnowska

Dział Techniczny

mgr inż. Kłaudia Bujnowska
Inspektor

29.07.2026 r.
mgr inż. Kłaudia Bujnowska
KL-1220

Kierownik Działu Nadzoru
i Napraw Aparatury Medycznej

Jacek Parandyk