



Kielce 30.07.2026 r.

znak sprawy EZ/164/2026/SL

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na Zakup foteli do transportu pacjentów w pozycji siedzącej oraz fotela bariatrycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 6, Pakiet 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie System jezdny:- koła przednie, skrętne średnica min. 125 cm, według naszej wiedzy powinno być System jezdny:- koła przednie, skrętne średnica min. 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treści opisu przedmiotu zamówienia doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „System jezdny – koła przednie, skrętne o średnicy min. 125 mm.”

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w Załączniku nr 2.1 oraz 2.2 do Zaproszenia. Zmodyfikowane załączniki zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr inż. *Sławomir Bąk*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

2026-07-30
mgr *Sebastian Szaniawski*

30.07.2026 r.
mgr *Jolanta Włodarska-Włoczek*
RADCA PRAWNY
KL-1220