

Kielce 18.08.2026 r.

EZ/150/2026/WS

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na „**Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B *Clostridioides difficile* w próbkach kału, o poziomie wykrywalności: GDH 1 ng/ml, toksyna A 2 ng/ml, toksyna B 7 ng/ml, czułości: GDH 95,1%, toksyna A 94,3%, toksyna B 91,8% oraz swoistości: GDH 95,5%, toksyna A 97,2%, toksyna B 96,6%, posiadający wbudowaną kontrolę wewnętrzną, bez kontroli dodatkowej w zestawie oraz bez deklarowanej przez producenta możliwości wykonywania badania z hodowli bakteryjnej i podłoża transportowego Cary-Blair?

Uzasadnienie: Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej wartości diagnostycznej oferowanego testu.



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane testy mają zbyt wysokie poziomy wykrywalności. Ma to istotne znaczenie w celu wykrycia choroby i zapobiegania transmisji szczepu w środowisku szpitalnym. Poza tym oferent nie określił względem jakiej metody była wyznaczana czułość i swoistość testu. Dla nas bardzo istotna jest możliwość wykonania badania z hodowli bakteryjnej celem zachowania prawidłowego toku diagnostycznego zgodnie z wymogami ośrodka referencyjnego. Kał pobrany poza godzinami pracy Zakładu Mikrobiologii jest przechowywany w podłożu Cary-Blair. Niemożność wykonania badania z tego podłoża stanowi czynnik dyskwalifikujący dany test.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 rozważy wydzielenie testów immunoenzymatycznych do odrębnego pakietu lub dopuści zaoferowanie testów immunochromatograficznych w ramach tego samego pakietu?

Uzasadnienie: Testy immunoenzymatyczne oraz immunochromatograficzne są oparte na różnych technologiach diagnostycznych, wymagają odmiennej organizacji pracy laboratorium oraz są oferowane przez różnych producentów. Łączenie obu grup produktów w jednym pakiecie może prowadzić do



ograniczenia konkurencji i uniemożliwić złożenie oferty przez wykonawców posiadających rozwiązania tylko w jednej z tych technologii. Wydzielenie testów do odrębnych części lub dopuszczenie obu technologii pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości uzyskania wiarygodnych wyników diagnostycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów immunochromatograficznych w miejsce wymaganych w dwóch pozycjach testów immunoenzymatycznych, z uwagi na zmianę wymaganej technologii wykonania badań oraz konieczność zachowania określonych przez Zamawiającego wymagań technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. Ponadto, po wszczęciu postępowania zmiana podziału zamówienia na części nie jest możliwa z przyczyn technicznych związanych z funkcjonalnością Platformy e-Zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej Zamawiający wydzieli poz. 1 i 6 z pakietu 1 w celu utworzenia z nich osobnego pakietu (obejmującego wyłącznie testy immunoenzymatyczne) bądź też umożliwi składanie ofert na indywidualnie oceniane, osobne pozycje pakietów 1? Testy wyspecyfikowane w poz. 1 i 6 są oparte na innej metodyce, a ich wyniki są niekompatybilne i nieporównywalne pod względem metodologicznym i interpretacyjnym z wynikami innych testów opisanych w pakiecie nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto, po wszczęciu postępowania zmiana podziału zamówienia na części nie jest możliwa z przyczyn technicznych związanych z funkcjonalnością Platformy e-Zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy w Pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny o następujących parametrach: WYKRYWALNOŚĆ: GDH - 1 ng/ml; toksyna A - 2 ng/ml; toksyna B-7 ng/ml, CZUŁOŚĆ: GDH 95,10% TOXIN A 94,30% TOXIN B 91,80%, SWOISTOŚĆ: GDH 95,50% TOXIN A 97,20% TOXIN B? 96,60%? Produkt konfekcjonowany w op. x 10 szt. – prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią ilość opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie testu immunochromatograficznego o ww. parametrach, dopuszcza tylko konfekcjonowanie testów w op. x 10 szt., po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań.

Pytanie nr 5

Czy w Pakiecie 1 poz. 3 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu konfekcjonowania i podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie nr 6

Czy w Pakiecie 1 poz. 4 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza test konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.



Pytanie nr 7

Czy w Pakiecie 1 poz. 7-9 Zamawiający dopuści kontrole pakowane pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontrole pakowane pojedynczo.

Pytanie nr 8

Czy w Pakiecie 1 poz. 7-9 Zamawiający dopuści kontrole pakowane w op. x 10 szt., x 20 szt. lub x 25 szt. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontrole pakowane w op. x 10 szt., x 20 szt., po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp udostępnia na stronie prowadzonego postępowania „ogłoszenie o zmianie”.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: **03.09.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **03.09.2026 r. godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.12.2026r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

Anna Łęcka-Obrowolska
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-08-18
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail: wioleta.strozyk@wszkielce.pl

Z-CIA DYREKTORA

ds. Organizacyjnych i Administracyjnych

mgr inż. Stefan Bąk

18-08-2026

