



Kielce 25.08.2026 r.

znak sprawy EZ/165/2026/SL

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) na Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2026 r poz. 793) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dot. pakietu nr 4

Pytanie nr 1

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett 980 co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu Czy Zamawiający wymaga, aby cenę czujnika tlenu uwzględnić w wycenie przeglądów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uwzględnienia w wycenie materiałów przewidzianych do wymiany wg. zaleceń producenta.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett 980, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają przeglądowi obejmującemu wymianę zestawu serwisowego 10K. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach pierwszego przeglądu wliczyć koszty zestawu serwisowego 10K?

Odpowiedź:

Ze względu na zróżnicowany i trudny do przewidzenia przyszły czas pracy oraz obecne wskazanie liczników tego czasu w wycenie należy uwzględnić tylko czujniki tlenu i jednorazową wymianę akumulatorów.

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Pytanie nr 3


Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 11 Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1 lit. b

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania opisanego warunku – czy poprzez aktualność świadectwa lub certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe należy zrozumieć, że taki dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 5 lat temu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że użyte w warunku udziału w postępowaniu określenie „aktualnym, imiennym świadectwem/certyfikatem” nie oznacza, że dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Przez „aktualne” świadectwo/certyfikat Zamawiający rozumie dokument potwierdzający, na dzień składania ofert, posiadanie przez wskazaną osobę aktualnych kwalifikacji w zakresie serwisu technicznego co najmniej jednego modelu respiratora objętego danym Pakietem. W przypadku gdy świadectwo/certyfikat został wydany bezterminowo i nie utracił ważności, jego data wystawienia nie stanowi samodzielnej przesłanki do uznania dokumentu za nieaktualny.



Jeżeli natomiast dokument został wydany na określony czas, na dzień składania ofert powinien pozostawać w okresie swojej ważności.

Pytanie nr 4

Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 13 pkt 3 dot. Wykazu usług

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Czy wykonawca może złożyć jeden dokument przedstawiający wykaz usług w przypadku złożenia oferty na dwa pakiety czy Zamawiający wymaga złożenia odrębnych wykazów usług, tj. na każdy pakiet osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wykazu usług w przypadku składania oferty na więcej niż jeden Pakiet.

Wykonawca może przedstawić jeden wykaz usług obejmujący usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dla kilku Pakietów, pod warunkiem, że z treści wykazu oraz załączonych dokumentów jednoznacznie wynika spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego dla każdego z Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, w szczególności w zakresie przedmiotu usługi, okresu jej realizacji oraz wymaganej wartości.

W przypadku gdy ta sama usługa spełnia wymagania określone dla więcej niż jednego Pakietu, Wykonawca może wskazać ją w jednym wykazie usług, z zaznaczeniem Pakietów, dla których jest ona wykazywana.

Pytanie nr 5

Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział 13 pkt 3 dot. Wykazu usług

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Czy wykonawca może złożyć jeden dokument przedstawiający wykaz osób w przypadku złożenia oferty na dwa pakiety czy Zamawiający wymaga złożenia odrębnych wykazów osób, tj. na każdy pakiet osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wykazu osób w przypadku składania oferty na więcej niż jeden Pakiet.

Wykonawca może wskazać w jednym wykazie tę samą osobę, jeżeli osoba ta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dla wszystkich Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, tj. posiada aktualne, imienne świadectwo/certyfikat potwierdzający ukończenie pozytywnie kursu/szkolenia w zakresie serwisu technicznego co najmniej jednego modelu respiratorów właściwego dla danego Pakietu.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej Pakietów, z treści wykazu osób oraz załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać spełnienie wymagań określonych dla każdego z tych Pakietów.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 3 ust. 9

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Wykonawca wnosi o dopisanie do paragrafu, Zamawiający powiadomi wykonawca niezwłocznie o konieczności zmiany terminu w opisanych przypadkach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 7

*Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowa postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 6
Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6*

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi przeglądu wraz z kartą pracy

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, iż fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi przeglądu wraz z kartą pracy

Pytanie nr 8

*Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowa postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 6
Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6*

Wykonawca wnosi o wskazanie na jaki adres email należy przysyłać karty pracy lub raporty serwisowe w przypadku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
W systemie KSeF wykonawca nie ma możliwości dodania załączników do faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż karty pracy lub raporty serwisowe należy przysyłać na adres e-mail jacek.parandyk@wszzkielce.pl

Pytanie nr 9

Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 8 ust. 5

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

z p.
Z-CIA DYREKTORA
ds. Organizacji i Administracyjnych
mgr inż. Stefan Bąk

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-08-25
mgr Sebastian Czarniawski
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sylvia Lasa
INSPEKTOR

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

