

Kielce 28.08.2026 r.

znak sprawy EZ/165/2026/SL

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) na Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy o zmniejszenie ilości przeglądów w respiratorze Evita V800 ASUJ-0102 z 2 na 1 z uwagi na fakt, że obecnie urządzenie objęte jest gwarancją do końca października 2027 roku, w związku z tym wykonanie przeglądu technicznego w 2026 roku i w 2027 roku jest w ramach obowiązującej gwarancji po stronie producenta. Podsumowując, w trakcie 36-miesięcznej umowy serwisowej płatny przegląd będzie jedynie w 2028 roku.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 dla pakietu 1 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy)

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę ilości wymaganych przeglądów z 3 na 2 dla wszystkich respiratorów serii Oxylog (2000 plus, 3000 plus, VE300), zgodnie z wymaganiami producenta przegląd techniczny respiratorów z serii Oxylog odbywa się co 24 miesiące, zatem w trakcie 36-miesięcznej umowy serwisowej taki przegląd wypada 2, a nie 3 razy.


Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 dla pakietu 1 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy)

Pytanie nr 3

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty typu Savina w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację zaworów Bypass i Exp valve, czujnika O2 i zaworu kalibracyjnego V4, klawiatury membranowej, diód informacyjnych, wyświetlacz LCD klawiatury membranowej, diód informacyjnych napięcia offsetu V_PAW_INSP i V_EXP_INSP przy pomocy



HIT Software. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 12 lit. b) projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma dysponować dostępem do dokumentacji technicznej, aktualnych instrukcji serwisowych i oprogramowania serwisowego producenta z prawem legalnej dystrybucji. W przypadku realizacji umowy z naruszeniem powyższych postanowień Zamawiający odmówi podpisania protokołu z przeprowadzonej usługi, co będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych określonych w § 9 umowy lub do odstąpienia od umowy.

Pytanie nr 4

W przedmiotowym pakiecie część aparatów typu Savina które w czasie trwania umowy zgodnie z instrukcją producenta w standardowym przeglądzie muszą mieć wymienioną turbinę jako część eksploatacyjna respiratora, wymiany dokonuje się co 8 lat. Turbina znacząco podnosi wartość przeglądu. Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiami producenta i procedurą przeglądu będzie wymagał wymiany turbiny od wszystkich Wykonawców?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający będzie wymagał wymiany turbin zgodnie z harmonogramem producenta co 8 lat od daty produkcji w odniesieniu do wszystkich Wykonawców

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 700 zł do 350 zł za zwłokę w wykonaniu czynności / prac objętych umową ponad terminy określone w umowie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznych kar umownych z 30% do 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

W związku z powyższym Zamawiający załącza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian

**NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ NOWY TERMIN
ZWIĄZANIA OFERTA.**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 ustawy Pzp, przesuwa termin składania i otwarcia ofert:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: **16.09.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **16.09.2026 r. godz. 10:30**

Jednocześnie zmienia się treść pkt. 25 SWZ:

*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14.12.2026 r.***

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania ogłoszenie o zmianie

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacji Administracyjnych

2 op.
mgr inż. Stefan Bąk

2026 -08- 31

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

28-08-2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny

28.08.2026