



Kielce, dnia 09.09.2026 r.

Znak sprawy: EZ/168/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) pn. **Zakup i dostawa ANGIOGRAFÓW z wyposażeniem – 3 kpl. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzki, Szpitalu Zespolonym w Kielcach”***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 135 ust. 6 w powiązaniu z art. 135 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z wizją lokalną w dn. 07.09.2026r. prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przejmują gwarancję na elementy infrastruktury, które będą musiały być dopasowane do angiografu zgodnie z wytycznymi producenta, którego angiograf zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym oraz umożliwi uruchomienie elementów infrastruktury (w tym nieodpłatny dostęp do mediów i zasilania elektrycznego) niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu? W przeciwnym razie koszty związane z przejęciem gwarancji od Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (firma Porr), będą musiały być wliczone do ceny oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zamierza zapewnić koordynację prac związanych z dostawą i montażem angiografu z generalnym wykonawcą inwestycji oraz umożliwić wykonanie czynności niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia, w tym zapewnić dostęp do mediów i zasilania elektrycznego w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy, montażu i uruchomienia.

Zamawiający nie potwierdza jednak przejęcia ani bezwarunkowego utrzymania gwarancji generalnego wykonawcy w zakresie elementów infrastruktury, które zostaną zmodyfikowane, wykonane lub wykorzystane przez dostawcę angiografu. Zakres odpowiedzialności za te elementy zostanie ustalony w ramach koordynacji z generalnym wykonawcą, w szczególności na podstawie protokołu przekazania frontu robót, uzgodnionej dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru wykonanych prac.

Wykonawca dostawy i montażu będzie odpowiedzialny za szkody, wady i awarie spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, w tym za koszty przywrócenia stanu poprzedniego, napraw, ponownego uruchomienia oraz ewentualnych czynności wymaganych przez generalnego wykonawcę. Koszty prac koniecznych do dostosowania infrastruktury do wymagań wybranego angiografu, o ile nie zostaną odrębnie uzgodnione z Zamawiającym, powinny zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawcy dostawy i montażu.

Pytanie nr 2

W związku z wizją lokalną przeprowadzoną w dn. 07.09.2026r. prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. 6 – Termin i miejsce wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga: „dostawa i montaż przez Wykonawcę Urządzenia wraz z wyposażeniem – realizacja w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do dostawy.” W związku z tym, że instalacja



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



aparatu przewidziana jest w miejscu w którym aktualnie prowadzone są roboty budowlane, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający umożliwi i zagwarantuje dostawę i montaż urządzenia przed zakończeniem odbiorów końcowych z Generalnym Wykonawcą tych robót tj. firmą Porr?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy i montażu angiografu przed zakończeniem odbioru końcowego inwestycji, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu, zakresu i technologii prac z generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.

Wykonanie prac przed odbiorem końcowym będzie wymagało w szczególności:

- *przekazania wykonawcy dostawy wyłącznie uzgodnionego frontu robót;*
- *zatwierdzenia dokumentacji technicznej i wymagań dotyczących dostosowania infrastruktury;*
- *określenia zasad odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, kolizje i awarie;*
- *sporządzenia protokołu stanu infrastruktury przed rozpoczęciem prac;*
- *prowadzenia prac w sposób niezakłócający robót PORR i funkcjonowania obiektu;*
- *przeprowadzenia odrębnego odbioru montażu, prób, pomiarów i uruchomienia urządzenia;*
- *przekazania dokumentacji powykonawczej, instrukcji, protokołów pomiarów i dokumentów dopuszczających urządzenie do użytkowania.*

Dostawa i montaż przed odbiorem końcowym nie będzie oznaczał przejęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za prace wykonane przez dostawcę angiografu ani automatycznego rozszerzenia gwarancji PORR na urządzenie dostarczone w ramach odrębnego postępowania.

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Białas

2026-09-10

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-09-09

mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz

Radca Prawny

KI-1400

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14

e-mail: magdalena.wojcik@wszckielce.pl