



Znak sprawy: EZ/203/2026/RŁ

Kielce, 17.09.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) na „**Zakup pomp infuzyjnych 1 strzykawkowych – 10 sztuk dla potrzeb I Kliniki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Pkt.8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy ze stopniem ochrony środowiskowej IP43?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe obsługiwane za pomocą kolorowego, graficznego ekranu dotykowego, wyświetlającego niezbędny w danym momencie interfejs (klawiaturę lub pola wyboru) ? Tego typu nowoczesne rozwiązanie pozwala z jednej strony zmniejszyć wymiary pompy, zwiększyć czytelność przekazywanej informacji , a z drugiej zmniejsza ilość przycisków stanowiących potencjalne źródło awarii . Taka intuicyjna obsługa jest obecnie obecna w większości urządzeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe, w których możliwa do zastosowania prędkość infuzji zależy od wielkości strzykawki:

Strzykawka 2/3 ml: (0,01 ~ 150) ml/h

Strzykawka 5/6 ml: (0,01 ~ 300) ml/h

Strzykawka 10/12 ml: (0,1 ~ 800) ml/h


Strzykawka 20/25 ml: (0,1 ~ 1200) ml/h

Strzykawka 30/35 ml: (0,1 ~ 1500) ml/h (w trybie TCI maks.1200ml/h)

Strzykawka 50/60 ml: (0,1 ~ 2300) ml/h (w trybie TCI maks.1200ml/h)

Skok prędkości 0,01ml/h w zakresie 0,01-100ml/h lub 0,1-100ml/h w zależności od wielkości strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 4

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy, w których prędkość bolusa można regulować co 0.01ml/h w zakresie 1-100ml/h, co 0.1ml/h w zakresie 100-1000ml/h i co 1ml/h w zakresie 1000-2300ml/h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe, w których bolus może być mierzony w następujących jednostkach: ml, dawka (po wybraniu dawki, jednostka bolusa i jednostka dawki leku będą wyświetlane spójnie. Jednostki bolusa to: ng, µg, mg, g, U, KU, IU, EU, mmol, mol, kcal)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe posiadające bibliotekę leków o maksymalnej pojemności 5000 wpisów, w której leki można podzielić na 30 kategorii rozróżnianych kolorystycznie bez możliwości tworzenia profili pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor
Łastowska

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-09-17

mgr Sebastian Szaniawski

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA-13940

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

2026-09-18