



Kielce 23.09.2026r.

znak sprawy EZ/201/2026/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 793). Przedmiotem zamówienia „*Zakup respiratora z wyposażeniem dla noworodków i dzieci na potrzeby Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSZZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy pozycji 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cewnika 6Fr/48?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2- dotyczy pozycji 92

Czy Zamawiający wymaga, aby nawilżacz gazów oddechowych umożliwiał pracę z minimalnym przepływem od 2 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nawilżacz gazów oddechowych umożliwiał pracę z minimalnym przepływem od 2 l/min.

Pytanie nr 3- dotyczy pozycji 92

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo terapii wymaga, aby nawilżacz posiadał wbudowany automatyczny detektor poziomu wody? Funkcja ta zapobiega wentylacji pacjenta suchym gazem i chroni układ przed przepaleniem

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalnym wymaganiem jest wyposażenie nawilżacza w alarm braku wody.

Pytanie nr 4- dotyczy pozycji 92

Czy w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności klinicznej, Zamawiający wymaga nawilżacza z w pełni konfigurowalnym trybem pracy manualnej, umożliwiającym ustawienie temperatury przez użytkownika poza predefiniowanymi trybami?


Pozwala to na pełną personalizację terapii w nietypowych i trudnych przypadkach klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza nawilżacza z w pełni konfigurowalnym trybem manualnym. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcję wentylacji w trybie synchronizacji z czynnością ośrodka oddechowego noworodka typu NAVA.

Pytanie nr 5- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kwot kar umownych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,c odpowiednio o połowę licząc za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie nr 6- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnego progu kar umownych w § 8 ust. 2 do 20 % wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 7- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wskazanego w § 9 ust. 2 lit. c do 14 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 8- dotyczy pozycji 95

Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 95 nie doszło do pomyłki i zamiast „resuscytator” powinno być użyte słowo „respirator”? Obecnie zapis w punkcie 95 brzmi: „Resuscytator wyposażony w...”.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy).

Pytanie nr 9- dotyczy wzoru umowy

Dot. § 3 ust. 5 PPU, który przewiduje dostarczenie sprzętu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi i danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego. Czy Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis nie obejmuje obowiązku przekazania przez Wykonawcę narzędzi serwisowych producenta, specjalistycznego oprogramowania serwisowego, dokumentacji technicznej lub serwisowej, kodów źródłowych ani innych informacji stanowiących know-how producenta, podlegających odrębnym zasadom autoryzacji, certyfikacji lub licencjonowania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż powyższy zapis nie obejmuje obowiązku przekazania przez Wykonawcę narzędzi serwisowych producenta, specjalistycznego oprogramowania serwisowego, dokumentacji technicznej lub serwisowej ani innych informacji stanowiących know-how producenta, podlegających odrębnym zasadom autoryzacji, certyfikacji lub licencjonowania. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga przekazania kodów serwisowych. Jeżeli w nomenklaturze Wykonawcy określenie „kody serwisowe” jest stosowane zamiennie z innymi określeniami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dane pełniące funkcjonalnie taką samą rolę jak kody serwisowe.

~~Należy zaznaczyć, iż zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga przekazania kodów serwisowych, jeśli w nomenklaturze Wykonawcy określenie kodów serwisowych jest stosowane zamiennie to należy ze~~

Pytanie nr 10- dotyczy zapisów SWZ, pkt. 6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do max. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026r poz. 793), przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 30.09.2026r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.09.2026r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt. 23 SWZ- Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.10.2026r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem minimalnych parametrów i warunków technicznych danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

2026-09-23

24.09.2026
mgr Jolanta Wróblewska
RADCA PRAWNY
KL-1220

24.09.2026
ZAC DYREKTOR
ds. technictwa

24.09.2026

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-516

magdalena.kuszewska@wszkielce.pl

